

	<p style="text-align: center;">Országos Fogászati és Szájsebészeti Szakfelügyelet</p> <p style="text-align: center;">Dr. Kivovics Péter egyetemi docens</p> <p style="text-align: center;">ofszsz@gmail.com www.ofszsz.hu</p>
---	--



Állásfoglalás a „Bazális” implantázum rendszerrel és a „PEEK” műanyag implantátum rendszerrel kapcsolatosan

Napjainkban rendkívül nagy számban kerülnek piacra újabb és újabb implantációs rendszerek. Elvárható módon egy-egy új imlantátum piaci megjelenését szigorú protokollok előzik meg. Ez azt jelenti, hogy új terméket csak akkor lehet bevezetni, ha megfelelően dokumentált és szakmailag elfogadható tudományos vizsgálatok állnak rendelkezésre annak biológiai, élettani, és egyéb tulajdonságairól. Az alaputatásokon túl széleskörű klinikai vizsgálatok eredményei is szükségesek, melyek nemzetközileg is elismert tudományosan elfogadott szaklapokban kell, hogy publikálásra kerüljenek. Ezek megfelelő hitelességet biztosítanak az adott termék minőségét és megbízhatóságát tekintve, valamint az implantátumot felhasználó orvosok ezek által tudják megvédeni magukat, ha vitás kérdések merülnének fel az adott rendszerrel kapcsolatban.

Magyarországon az utóbbi időben megjelentek olyan implantátum gyártók, és implantátum típusok, amelyek bizonyíthatóan nem felelnek meg a fenti feltételeknek, de sajnos a hazai rendszer sajátosságaiból adódóan minden külön engedélyeztetési,

vagy véleményezési eljárás nélkül elkezdhetik forgalmazni, használni, sőt népszerűsíteni őket.

Az Országos Fogászati és Szájsebészeti Szakfelügyelet és a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága Elnöksége közös állásfoglalásában aggodalmának ad hangot ezekkel kapcsolatban, és nevesítve ezúton hívja fel a kollégák és a szakma figyelmét arra, hogy a „**bazális**”-nak nevezett implantátumok, illetve a „**PEEK**” műanyag implantátumok nem felelnek meg a korszerű implantológia alapelveinek. Sem biológiai, sem biomechanikai, sem protetikai szempontból nem tartjuk elfogadhatónak a nevezett implantátumokat. Ezért, valamint a velük szerzett tapasztalatok hiányos és nem kellően hiteles dokumentációja miatt ezek használatát, beültetését szakmailag hibásnak minősítjük. Ebből adódóan azokat a kollégákat, akik ezeket az implantátumokat saját felelősségükre fogorvosi helyreállítás céljából mégis beültetik, és ebből következően esetleg szakmai-, igazságügyi-, vagy jogi vitás ügybe keverednek, nem áll módunkban támogatni, illetve megvédeni.

A MAFIT elnöksége szerint a lege artis, vagyis a szakma szabályai szerinti gyógyítás alapelveivel ellentétes ezeknek az implantátumoknak az alkalmazása, vagyis szakmai hibának minősíthető.

Tisztelt Kollégák, kérjük a fentiek figyelembe vételével kellő súllyal mérlegeljék ezeknek a rendszereknek a felhasználását, és szíveskedjenek erről kollégáikat is tájékoztatni.

Budapest, 2013. március 10.

Dr. Nagy Katalin
Egyetemi tanár
A Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaságának Elnöke

Dr. Kivovics Péter
Egyetemi docens
Országos Fogászati és Szájsebészeti Szakfelügyelő Főorvos