



# SEMMEIWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság  
Beszerzési Igazgatóság

Igazgató  
Dr. Ménesi Balázs

**Iktatószám:** 9795/ 5 /GFIBSZI/2016.  
**Tárgy:** 1. sz. kiegészítő tájékoztatás  
**Ügyintéző:** Kispál Dániel  
**Telefonszám:** +36-1-210-9610  
Mobil:+36-20-825-9923  
**Fax:** +36-1-210-9618

## Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint Ajánlatkérő „**2 db lélegeztetőgép és a hozzá kapcsolódó karbantartás beszerzése a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika részére**” tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja:

### 1. Kérdés:

6.

*Eladó köteles az 5. pontban megjelölt Berendezés üzembehelyezést követően 12 hónap jótállási időtartam alatt azokra vonatkozóan karbantartási, hibajavítási, cserekeszülék- és alkatrészellátási szolgáltatást (jótállás) nyújtani, majd a jótállási időtartam lejártát követő naptól kezdődően 48 (negyvennyolc) hónapon keresztül a Berendezés szervizszolgáltatását (karbantartás és hibajavítás) köteles elvégezni évente egy alkalommal a Közbeszerzési Műszaki Leírásban foglaltak szerint.*

Kérjük szíves pontosításukat, hogy a fenti 6. pontban megadott „karbantartási, hibajavítási, cserekeszülék- és alkatrészellátási szolgáltatás” pontosan mit takar.

Álláspontunk szerint jelen szerződés alapján az Eladónak csak a jótállási időszak alatt felmerült, rendeltetésszerű használat mellett bekövetkezett hibák javítására terjed ki a kötelezettsége. A jótállást követő 48 hónapra szóló általános díjas karbantartási és felülvizsgálati szolgáltatás részét nem képezi az eseti hibák javítása.

2016. május 24-én benyújtott kiegészítő tájékoztatás kérésében feltüntetett az alábbi jótállásra vonatkozó észrevételünket, a k) pontban egészítjük ki.

Megítélésünk szerint az Eladó nem tartozik jótállással az alábbi hibák esetén:

- az eszköz célszerűtlen, szakszerűtlen, vagy a gépkönyvnek, használati útmutatójának nem megfelelő használata során keletkező hibák;
- az Eladó szakemberein kívüli más személyek által gondatlanságból, avagy szándékosan okozott meghibásodások, rongálások;
- a betegoldali tartozékok, illetve a kopó- és fogyóanyagok hiánya vagy meghibásodása, azok az eszközt birtokló intézmény általi cseréjének elmulasztása, nem megfelelő sterilizálásból és fertőtlenítésből adódó meghibásodás;

Iroda: 1091 Budapest, Üllői út 55.  
Tel: 210-9610  
Fax: 210-9618



Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.  
Központi e-mail cím:  
[titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu](mailto:titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu)

- d) a gyártó által javasolttól eltérő, installált, harmadik személytől származó szoftverre visszavezethető meghibásodások;
- e) számítógépes vírus miatti meghibásodások;
- f) az Eladó szakembere által az eszközön elhelyezett zárjegyek eltávolítása, továbbá illetéktelen személy eljárására visszavezethető hibajelenségek;
- g) az eszközön nem az Eladó szakembere által végrehajtott átalakítás vagy szakszerűtlen javítás miatti hibajelenségek;
- h) a hálózati feszültség-ingadozásból eredő, vagy a hálózati túlfeszültségre visszavezethető meghibásodások;
- i) elemi kár miatti meghibásodások;
- j) nem megfelelő gázellátásból eredő meghibásodások;
- k) a gyártó által javasolttól eltérő, harmadik személytől származó tartozékok, alkatrészek használatára visszavezethető meghibásodások;

A karbantartási szolgáltatás kezdete a jótállási időszakot követően lép életbe, ebből kifolyóan a jótállási időszak alatt nem igényel tervezett gyártói karbantartást a munkaállomás.

**Ennek következtében kérjük a szerződés tervezet 6. 11. és 16. pontját módosítani.**

### **1. Válasz:**

Ajánlatkérő megerősíti Ajánlattevő álláspontját, miszerint az általa a)–k) pontban felsoroltak nem tartoznak a jótállás körébe. Egyebekben Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy az általános iparági standard szerint kéri a Gyártó által előírt karbantartást a jótállás időtartama alatt is, amely alapvetően a jótállás feltétele.

Ajánlatkérő az alábbiak szerint pontosítja a szerződéstervezet 6. pontját:

6.  
*Eladó köteles az 5. pontban megjelölt Berendezés üzembehelyezését követően 12 hónap jótállási időtartam alatt azokra vonatkozóan gyártó által előírt felülvizsgálati karbantartási szükség szerint hibajavítási, cserekeszülék- és alkatrészellátási szolgáltatást (jótállás) nyújtani, majd a jótállási időtartam lejártát követő naptól kezdődően 48 (negyvennyolc) hónapon keresztül a Berendezés szervizszolgáltatását (karbantartás és hibajavítás) köteles elvégezni évente egy alkalommal a Közbeszerzési Műszaki Leírásban foglaltak szerint.*

Ajánlatkérő az alábbiak szerint pontosítja a szerződéstervezet 11. pontját:

11.  
*A Szerződés alapján az Eladó köteles az 5. pontban meghatározott Berendezést az ezen Szerződés mindkét fél általi aláírását követő 2 hónapon belül telepíteni és üzemképes állapotba helyezni. A Berendezéshez kapcsolódó szerviz (karbantartási és hibajavítási) szolgáltatást az Eladó a 12 (tizenkettő) hónapos jótállási határidő lejártának napjától számított 48 (negyvennyolc) hónapos határozott időtartamban nyújtja, azzal, hogy a gyártó által előírt felülvizsgálati karbantartási tevékenység a jótállás időtartamára is kiterjed.*

Ajánlatkérő az alábbiak szerint pontosítja a szerződéstervezet 16. pontját:

16.  
*A Vevő az ezen Szerződés 12. pontjában meghatározott ellenszolgáltatást – szerződésszerű teljesítés esetén – a következő módon és ütemezéssel egyenlíti ki:*

*Az Eladó a szerződésszerűen leszállításra kerülő eszköz teljes ellenértékéről (vételár) az ezen Szerződésben meghatározott átadás-átvételt és az ahhoz kapcsolódó igazolt teljesítést (teljesítésigazolás) követően állíthat ki számlát az aláírt szállítólevél alapján, lehetőség szerint az aláírt szállítólevéllel együtt. Eladó a kiállított*

számlát egyidejűleg elektronikus úton is megküld Vevő kapcsolattartójának, ezt követően a Vevő az alakilag és tartalmilag helyes számla kézhezvételét követő 30 napon belül, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) –(2) bekezdése és a Kbt. 135. § (1) ,(6) és (10) bekezdései szerint átutalással egyenlít ki az Eladó ..... számú bankszámlájára. A Ptk. 6:216. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Eladó a tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntartja. A vételár tartalmazza a jótállás időtartama alatti hibajavítási, cserekészülék- és alkatrészellátási szolgáltatás és a gyártó által előírt felülvizsgálati karbantartási szolgáltatás díját is.

A Vevő a szerződésszerűen elvégzett teljes körű szervizszolgáltatás ellenértéket (szervizdíj) kapcsán a számlát az Eladó a Vevő kapcsolattartója által aláírt teljesítésigazolás alapján, de legkésőbb az elvégzett szervizszolgáltatási feladat teljesítését követő munkanapon állítja ki, melyet egyidejűleg elektronikus úton is megküld Vevő kapcsolattartójának. Eladó az alakilag és tartalmilag helyes számlát 2 (kettő) eredeti példányban, cégszerűen aláírva nyújtja be. Vevő az Eladó teljesítését igazoló, átvevővel leigazolt, átvételi elismervénnyel ellátott, alakilag és tartalmilag helyes számláját annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül banki átutalással egyenlíti ki Eladó .....Banknál vezetett ..... számú bankszámlájára, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 135. § (1), (6) és (10) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével.

Ajánlatkérő az alábbiak szerint pontosítja a szerződéstervezet 22. pontját:

Az Eladó kötelezettsége a Szerződés 5. pontjában meghatározott Berendezés szállítása és III. pontnak megfelelő üzembe helyezése, továbbá teljes körű hibajavítási, cserekészülék biztosítási és alkatrészellátási szolgáltatás, illetve a gyártó által előírt felülvizsgálati karbantartási szolgáltatás végzése a jótállás időtartama alatt. Ennek érdekében Eladó köteles kiképzett szervizmérnököt biztosítani, valamint szervizbázist fenntartani a Szerződés teljes időtartama alatt.

## **2. Kérdés:**

11.

A Berendezéshez kapcsolódó szerviz (karbantartási és hibajavítási) szolgáltatást az Eladó a 12 (tizenkettő) hónapos jótállási határidő lejártának napjától számított 48 (negyvennyolc) hónapos határozott időtartamban nyújtja azzal, hogy a karbantartási tevékenység a Szerződés 15. pontja első francia bekezdésének utolsó mondata alapján a jótállás időtartamára is kiterjed.

Kérjük, szíves pontosításukat, hogy mit értenek a fenti pont alatt. A Szerződés 15. pontja első francia bekezdésének utolsó mondata alapján a fedezet csak a jótállás időtartamára terjed ki?

**Megítélésünk szerint a 12 (tizenkettő) hónapos jótállási határidő lejártának napjától számított 48 (negyvennyolc) hónapos határozott időtartamra is vonatkoznia kellene.**

## **2. Válasz:**

Ajánlatkérő az 1. kérdésre adott válaszában módosított a szerződéstervezet 11. pontját.

## **3. Kérdés:**

38.

Az Eladó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Vevő által bejelentett hibajavítás megkezdésének időhatára minden naptári napon legfeljebb 24 óra, amely a hiba bejelentésének időpontjával veszi kezdetét.

Cégünk munkatársai munkanapokon állnak rendelkezésre, ebből kifolyóan a hibajavítás megkezdése is munkanapokon lehetséges. Megítélésünk szerint a hét utolsó munkanapján vagy nem munkanapon bejelentett hibák elhárításának megkezdésére rendelkezésre álló 24 óra munkanaptól munkanapig érvényes.

**A fentiek értelmében kérjük a fenti 38. pont valamint a 41. pont pontosítását és módosítását.**

### **3. Válasz:**

Ajánlatkérő az alábbiak szerint pontosítja a szerződéstervezet 38. pontját:

38.

*Az Eladó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Vevő által bejelentett hibajavítás megkezdésének időhatára legfeljebb 24 óra, amely a hiba bejelentésének időpontjával veszi kezdetét. Amennyiben Vevő a hibabejelentést nem munkanapon teszi meg, akkor a hibajavítás megkezdésének időhatára a következő munkanapon 8.00 órától veszi kezdetét.*

Ajánlatkérő az alábbiak szerint pontosítja a szerződéstervezet 41. pontját:

41.

*Az Eladó köteles a karbantartási és javítási feladatok ellátására megfelelő felkészültségű, legalább két fő szakemberrel rendelkező szervizbázist fenntartani. Eladó 44. pontban megjelölt kapcsolattartója köteles a hibajelentések fogadására a hét minden munkanapján 8-16 óráig. A hibabejelentést követő 24 órán belül figyelembe véve a 38. pontban foglaltakat - a szervizmérnök telefonon igazoltan jelentkezik az adott berendezés kezelőjénél a hibajelenség pontosítása, illetve esetleges hibaelhárítás céljából.*

*Meghibásodás esetén a javítási munkát a bejelentéstől számított 48 órán belül megkezdi.*

*A hibát el kell hárítani a bejelentéstől számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb*

*o negyvennyolc órán belül alkatrészt nem igénylő helyszíni hibaelhárítás esetén,*

*o egy százhusz órán belül alkatrészt igénylő hibaelhárítás esetén.*

### **4. Kérdés:**

40.

*Az Eladó vállalja, hogy az évente egy alkalommal elvégzett karbantartások keretében a Berendezésen készült képek minőség ellenőrzését (quality control) elvégzi.*

Kérjük szíves állásfoglalásukat, hogy mit értenek a fenti pont alatt.

**Megítélésünk szerint lélegeztető gép esetében nem szükséges képeket érintő minőségellenőrzés.**

### **Válasz:**

Ajánlatkérő az alábbiak szerint pontosítja a szerződéstervezet 40. pontját:

40.

*Az Eladó vállalja, hogy az évente egy alkalommal elvégzett karbantartások keretében a Berendezés minőség ellenőrzését (quality control) elvégzi.*

### **5. Kérdés:**

5.

*Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az ezen Szerződés 11. pontjában meghatározott teljesítési határidőig szállít a Vevő részére 2 db lélegeztetőgépet, valamint annak tartozékait (a továbbiakban: Berendezés), azt telepíti és üzembe helyezi, a sikeres próbaüzemről szóló jegyzőkönyvet kiállítja, továbbá a Berendezéssel kapcsolatos teljes körű szerviz **(karbantartási és hibajavítási)** szolgáltatást nyújt a közbeszerzési eljárás Eljárást megindító Felhívásában és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a*

jogszabályokban rögzített minőségben, kivitelben, típusban és mennyiségben, az Ajánlatában megadott (3. sz. melléklet) áron, valamint a Szerződésben meghatározott feltételekkel.

6.

Eladó köteles az 5. pontban megjelölt Berendezés üzembehelyezést követően 12 hónap jótállási időtartam alatt azokra vonatkozóan karbantartási, hibajavítási, cserekészülék- és alkatrészellátási szolgáltatást (jótállás) nyújtani, majd a jótállási időtartam lejártát követő naptól kezdődően 48 (negyvennyolc) hónapon keresztül a Berendezés szervizszolgáltatását **(karbantartás és hibajavítás)** köteles elvégezni évente egy alkalommal a Közbeszerzési Műszaki Leírásban foglaltak szerint.

12.

A jótállási időszak lejártát követő naptól kezdődően a szerviz **(karbantartási és hibajavítási)** szolgáltatás nyújtásáért az Eladót mindösszesen nettó .....- Ft, azaz évente egy alkalommal .....- Ft összegű ellenszolgáltatás illeti meg (szervizdíj).

Kérjük az 5., 6., és 12. pontoknál megjelölt „(karbantartási és hibajavítási)” megnevezést javítsák „karbantartási és felülvizsgálati” kifejezésre.

#### **5. Válasz:**

Ajánlatkérő a jótállási időtartam lejárát követően is igényt tart a tulajdonát képző Berendezések vonatkozásában a hibajavítási szolgáltatásra, így ebben a vonatkozásban a szerződés szövegét nem változtatja.

#### **6. Kérdés:**

7.

Az Eladó köteles az ezen Szerződés 6. pontjában megjelölt telepítési helyen belül a Vevő által megjelölt helyre szállítani a Berendezést, és ott üzembe helyezni. Az Eladó kötelezettsége a helyiség fogadóképességének kialakítása. Az üzembe helyezést követően az Eladó köteles átadni a Vevőnek a magyar nyelvű kezelési útmutatót, továbbá köteles elvégezni az 5 fő kezelőszemélyzet oktatását a készülék használatára vonatkozóan. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv ezt követően készül el.

8.

Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a Berendezés a tartozékaival együtt a 6. pontban meghatározott telepítési helyre bevihető, telepíthető és működtethető. Az Eladó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a beviteli útvonalat ellenőrizte.

**Kérjük a fenti pontok tisztázását, mivel megítélésünk szerint a Vevő kötelezettsége a helyiség fogadóképességének kialakítása, valamint annak szavatolása, hogy a Berendezés a tartozékaival együtt a 6. pontban meghatározott telepítési helyre bevihető, telepíthető és működtethető legyen.**

#### **6. Válasz:**

Ajánlatkérő az alábbiak szerint pontosítja a szerződéstervezet 7. pontját:

„7.

Az Eladó köteles az ezen Szerződés 6. pontjában megjelölt telepítési helyen belül a Vevő által megjelölt helyre szállítani a Berendezést, és ott üzembe helyezni. A Vevő kötelezettsége a helyiség fogadóképességének kialakítása. Az üzembe helyezést követően az Eladó köteles átadni a Vevőnek a magyar nyelvű kezelési útmutatót, továbbá köteles elvégezni az 5 fő kezelőszemélyzet oktatását a készülék használatára vonatkozóan. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv ezt követően készül el.”

Ajánlatkérő a 8. pontban előírt feltételek megítélésekor kifejezetten Eladó szakértelmére és tapasztalatára kíván tájékozódni, így nem ebben a vonatkozásban sem kívánja módosítani a szerződés-tervezetet.

### **7. Kérdés:**

13.

*Az évenszervizdíj átalánydíj, amely a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden, a műszaki leírásban és ezen Szerződésben meghatározott munka elvégzésének költségét magába foglalja, amely a szerződés időtartama alatt nem változtatható. A szervizdíj magában foglalja továbbá a Berendezés üzembehelyezésétől kezdődően 2 (kettő) évente a karbantartási anyagok cseréjét, illetve az évente elvégzett kötelező felülvizsgálat díját is.*

**Módosításra javasoljuk a fenti pontban feltüntetett, a karbantartási anyagok cseréjére vonatkozó 2 (kettő) éves gyakoriságot, mivel a gyártó ajánlása szerint előírt évenkénti karbantartás minden évben magába foglalja a szükséges karbantartási anyagok cseréjét.**

### **7. Válasz:**

Ajánlatkérő az alábbiak szerint pontosítja a szerződéstervezet 13. pontját:

13.

*Az évenszervizdíj átalánydíj, amely a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden, a műszaki leírásban és ezen Szerződésben meghatározott munka elvégzésének költségét magába foglalja, amely a szerződés időtartama alatt nem változtatható. A szervizdíj magában foglalja továbbá a Berendezés üzembehelyezésétől kezdődően évente a karbantartási anyagok cseréjét, illetve az évente elvégzett kötelező felülvizsgálat díját is.*

### **8. Kérdés:**

38.

*Az Eladó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Vevő által bejelentett hibajavítás megkezdésének időhatára minden naptári napon legfeljebb 24 óra, amely a hiba bejelentésének időpontjával veszi kezdetét.*

**A fenti pont kiegészítéseként kérjük szíveskedjenek pontosítani a bejelentett hibajavítás formáját és módját.**

Megítélésünk szerint a visszakövethetőség érdekében a hibák bejelentése írásban történjen, az Eladó által a szerződésben rögzített elérhetőségek egyikén.

„hibabejelentésre fax vagy e-mail elérhetőség:”

### **8. Válasz:**

Ajánlatkérő szerződés-tervezet 44. pontjában megjelölésre kerül mind a Vevő, mind az Eladó kapcsolattartója, illetve a kapcsolattartók telefonszáma, telefax száma és email címe. A tervezet 45. pontja értelmében a „Felek között a Szerződéssel kapcsolatos, a munkavégzés menetét, a teljesítést érdemileg befolyásoló közlés, értesítés csak írásban érvényes és hatályos. A Felek ezért megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében egymással szóban vagy telefonon közölt ilyen közlést, értesítést telefaxon, levélpostai vagy elektronikus úton utólag megerősítik. A Felek a visszaigazolt e-mailt az egymás közötti kapcsolattartásban írásbeli formának ismerik el.” Az idézett rendelkezés a szerződés minden területén értelmezhető, így a hibajavítás vonatkozásában is.

### **9. Kérdés:**

39.

*Az Eladó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a javítás megkezdésétől számított 48 órán belül a Berendezést és kiegészítő részeit (tartozékait) rendeltetésszerű állapotban adja át a Vevő részére. Az Eladó*

kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a javítás 120 órás határidejét alkatrész-hiányra hivatkozással sem lépi túl.

41.

Az Eladó köteles a karbantartási és javítási feladatok ellátására megfelelő felkészültségű, legalább két fő szakemberrel rendelkező szervizbázist fenntartani. Eladó 44. pontban megjelölt kapcsolattartója köteles a hibajelentések fogadására a hét minden munkanapján 8-16 óráig. A hibabejelentést követő 24 órán belül a szervizmérnök telefonon igazoltan jelentkezik az adott berendezés kezelőjénél a hibajelenség pontosítása, illetve esetleges hibaelhárítás céljából.

Meghibásodás esetén a javítási munkát a bejelentéstől számított 48 órán belül megkezdi.

A hibát el kell hárítani a bejelentéstől számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb o negyvennyolc órán belül alkatrészt nem igénylő helyszíni hibaelhárítás esetén, o egyszázhusz órán belül alkatrészt igénylő hibaelhárítás esetén.

**Kérjük a 6. pont értelmében a fenti pontokat kiegészíteni a cserekészülék biztosításának lehetőségével a 12 hónapos jótállási időszakra vonatkozóan.**

*Az Eladó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a javítás 120 órás határidejét alkatrész-hiányra hivatkozással sem lépi túl, ellenkező esetben a javítás időtartamára az Áruval mindenben megegyező cserekészüléket biztosít.*

#### **9. Válasz:**

Ajánlatkérő az alábbiak szerint pontosítja a szerződéstervezet 39. pontját:

39.

„Az Eladó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a javítás megkezdésétől számított 48 órán belül a Berendezést és kiegészítő részeit (tartozékait) rendeltetésszerű állapotban adja át a Vevő részére. Az Eladó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a javítás 120 órás határidejét alkatrész-hiányra hivatkozással sem lépi túl, ellenkező esetben a javítás időtartamára az Áruval mindenben megegyező cserekészüléket biztosít.”

Ajánlatkérő a szerződés 41. pontjának módosítását nem tartja indokoltnak.

#### **10. Kérdés:**

Kérjük, a 62. pontot szíveskedjenek kiegészíteni azzal, hogy a jótállás csak rendeltetésszerű használat mellett bekövetkezett hibákra vonatkozik.

#### **10. Válasz:**

Ajánlatkérő a hatályos Ptk. jogszabályok figyelembevételével állította össze a szerződés-tervezetet, amelyekre a tervezetben hivatkozás található. A Berendezés nem rendeltetésszerű használatának megítélésének kérdésében a szerződés-tervezet XIV. pontjában foglaltak szerint járnak el a felek.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Kérem, hogy jelen kiegészítő tájékoztatás kézhezvételét faxon a +36-1-210-9618 számon, vagy e-mailen a kispal.daniel@semmelweis-univ.hu e-mail címen visszaigazolni szíveskedjenek.

Az eljárást megindító felhívásban ajánlattételi határidőként **2016. május 31. 10:00 óra** került megjelölésre.

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdésre tekintettel ezúton tájékoztatja a Gazdasági Szereplőket, hogy **az eljárással kapcsolatban beérkezett kérdések feldolgozása további időt vesz igénybe, ezáltal a megfelelő válaszadás és ajánlattétel biztosítása érdekében az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja:**

**Meghosszabbított ajánlattételi határidő: 2016. június 7. (kedd), 10:00 óra.**

Ajánlatok benyújtásának helye:

Semmelweis Egyetem, Beszerzési Igazgatóság,  
1091 Budapest, Üllői út 55. I. em.

Tájékoztatjuk a Gazdasági Szereplőket, hogy az közbeszerzési eljárás kapcsán további kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek be az Ajánlatkérőhöz. A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban a beérkezett kérdésekre adott válaszokat ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártá előtt ésszerű időben megküldi az eljárást megindító felhívás 23. pont 6. alpontjában foglaltak alapján, amely szerint a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az **ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot**. Ajánlatkérő a módosított közbeszerzési dokumentációt a 2. sz. kiegészítő tájékoztatások megadásakor fogja megküldi a Gazdasági Szereplőknek.

Budapest, 2016. május 27.

Tisztelettel:

