



# SEMMEIWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság  
Beszerzési Igazgatóság

Igazgató  
Dr. Ménesi Balázs

**Iktatószám:** 9795/ 6 /GFIBSZI/2016.  
**Tárgy:** 2. sz. kiegészítő tájékoztatás  
**Ügyintéző:** Kispál Dániel  
**Telefonszám** +36-1-210-9610  
Mobil:+36-20-825-9923  
**Fax:** +36-1-210-9618

## Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint Ajánlatkérő „**2 db lélegeztetőgép és a hozzá kapcsolódó karbantartás beszerzése a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika részére**” tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban az alábbi 2. sz. kiegészítő tájékoztatást nyújtja:

### 1. Kérdés:

„A műszaki táblázatban az alábbi található:

3.	Színes, dönthető és forgatható érintőképernyő, min. 15” képátmérővel
----	--

A termék leírásában kiemelten szereplő mobil használatot - egy integrált (beépített, nem forgatható, nincs plussz kábel, egyszerűbben fertőtleníthető, meghibásodási lehetősége kevesebb) képernyő, mely nagy látószögű, 13,3"-os képátlójú, és a riasztások 360°-ban láthatóak - *jobban kielégítő tulajdonságú készülék megajánlását elfogadja-e Ajánlatkérő?*”

### 1. Válasz:

**Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban kiírtakon nem kíván változtatni. A közbeszerzési dokumentációban kiírt 3. számú minimális műszaki követelményt fenntartja, amely az alábbi:**

3.	Színes, dönthető és forgatható érintőképernyő, min. 15” képátmérővel
----	--

### 2. Kérdés:

„A műszaki táblázatban az alábbi található:

4.	Biztonsági másodkijelző legalább a be- és kilégzési fázis, kilégzési perctérfogat valamint a belégzési O2 koncentráció kijelzésével, amely a főképernyővel egyidejűleg és annak hibája esetén is működik
----	--

A termék leírásában kiemelten szereplő mobil és biztonságos használatot - egy integrált (beépített, nem forgatható, nincs plussz kábel, egyszerűbben fertőtleníthető, meghibásodási lehetősége kevesebb) képernyő, mely nagy látószögű, 13,3"-os képátlójú, és a riasztások 360°-ban láthatóak - *jobban kielégítő tulajdonságú készülék (mely opcionálisan ismétlő képernyővel ellátható) megajánlását elfogadja-e Ajánlatkérő?*”

Iroda: 1091 Budapest, Üllői út 55.  
Tel: 210-9610  
Fax: 210-9618



Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.  
Központi e-mail cím:  
[titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu](mailto:titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu)

## 2. Válasz:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban kiírtakon nem kíván változtatni. A közbeszerzési dokumentációban kiírt 4. számú minimális műszaki követelményt fenntartja, amely az alábbi:

4.	Biztonsági másodkijelző legalább a be- és kilégzési fázis, kilégzési perctérfogat valamint a belégzési O <sub>2</sub> koncentráció kijelzésével, amely a főképernyővel egyidejűleg és annak hibája esetén is működik
----	--

## 3. Kérdés:

„A műszaki táblázatban az alábbi található:

9.	Központi sűrített levegő és O <sub>2</sub> ellátás
----	--

A termék leírásában kiemelten szereplő mobil és biztonságos használatot - egy beépített, csendes, nagyteljesítményű (260l/perc) turbinával állítja elő a lélegeztetéshez szükséges levegőt, szállításnál is csak O<sub>2</sub> palck szükséges - jobban kielégítő tulajdonságú készülék megajánlását elfogadja-e Ajánlatkérő? ”

## 3. Válasz:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban kiírtakon nem kíván változtatni. A közbeszerzési dokumentációban kiírt 9. számú minimális műszaki követelményt fenntartja, amely az alábbi:

9.	Központi sűrített levegő és O <sub>2</sub> ellátás
----	--

## 4. Kérdés:

Az értékelési szempontok között az alábbi található:

3.	Non-invazív lélegeztetés minden lélegeztetési módban (igen / nem)
----	---

A Kiíró általi értékelési szempont nem fedí az orvosszakmai meghatározásokat, hisz non-invazív lélegeztetés nem használható minden lélegeztetési módban, csak nyomásvezérelt módokban! Kérjük a **minden lélegeztetési mód** változtatását **nyomásvezérelt lélegeztetési módokra!**

## 4. Válasz:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban kiírtakon nem kíván változtatni. A közbeszerzési dokumentációban kiírt 3. számú értékelési szempontot fenntartja, amely az alábbi:

Szempont	Súlyszám
3. Non-invazív lélegeztetés minden lélegeztetési módban (előny az igen)	4

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Kérem, hogy jelen 2. sz. kiegészítő tájékoztatás kézhezvételét faxon a +36-1-210-9618 számon, vagy e-mailen a kispal.daniel@semmelweis-univ.hu e-mail címen visszaigazolni szíveskedjenek.

Tájékoztatjuk a Gazdasági Szereplőket, hogy az Ajánlatkérő az ezen 2. sz. kiegészítő tájékoztatás megadása mellett e-mailen küldi meg a Gazdasági Szereplő részére az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentációt is.

Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentációban a módosulásokat sárga színű kiemeléssel jelöltük. A módosulások az alábbi oldalakon találhatóak meg: 1., 2., 3., 4., 12., 13., 16., 66., 67., 68., 69., 72. oldal.

A 2. sz. kiegészítő tájékoztatás és az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentáció elérhető az alábbi oldalon is:

<http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesi-eljarasok/aktiv-eljarasok/>

**Jelszó: Lélegeztető2016**

Budapest, 2016. június 01.

Tisztelettel:



**Dr. Ménesi Balázs**  
beszerzési igazgató