



# SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszzerzési Igazgatóság

Igazgató  
Dr. Ménesi Balázs

Ikt. sz.: 15358-15/GFI/BSZI/2016  
Ügyintéző: Bori Beate  
Tel.: +36-20-825-9925  
Fax: +36-1-210-9618  
Tárgy: 3. számú kiegészítő tájékoztatás  
adása

## Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Tájékoztatom, hogy a Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő által indított „*Kórtermi éjjeliszekekrények és elektromos kórtermi ágyak beszerzése a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika részére*” tárgyú, Kbt. Harmadik Része szerinti uniós értékhatár alatti eljárásrendben lefolytatásra kerülő, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérése érkezett, melyre vonatkozóan Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdésére figyelemmel az ajánlattételi határidő lejártá előtt ésszerű időben az alábbi 3. számú kiegészítő tájékoztatást nyújtja Gazdasági Szereplőnek.

### Kérdés 1:

„Mivel nem egy altatógépről, radiológiai, vagy életmentő eszközről van szó, mivel a jótállás ideje alatt a javítás megoldott és mivel véleményünk szerint erősen versenykorlátozó minimum feltétel a „gyártó által kiképzett szakember”, kérjük Ajánlatkérőt fogadja el olyan szerviz szakember / szerviz mérnök bemutatását, aki nem konkrétan egy gyártó termékét képes javítani, hanem általában elektromos ágy szervizelésében van tapasztalata”?

### Válasz 1:

Az Ajánlatkérő célja az üzemszerű működés biztosítása és a működtetés során esetlegesen felmerülő hibák gyors és hatékony elhárítása, a termék szakszerű javítása és egyes alkatrészek gyors cseréje. Ezt az Ajánlatkérő olyan szervizháttér biztosításával látja megalapozottnak, ahol legalább egy fő, az adott termék javítására és szervizelésére lett kiképezve a gyártó által. A képzés és a megszerzett szerviz tapasztalatok alapján elvárható a hiba felmérése és elhárítása.

Ennek a feltételnek több termék gyártója és forgalmazója is megfelel, ezért Ajánlatkérő nem kíván módosítani az előírt alkalmassági követelményen.

### Kérdés 2:

„A fenti pályázatra az általunk megajánlani kívánt kórtermi ágyak és éjjeliszekekrények az elvárt EN60601-2-52 szabványnak teljes mértékben megfelelnek továbbá az elvárt műszaki követelmények számos pontján jobb paraméterekkel rendelkeznek.

Az ajánlatkérő a korábbi kérdésekre adott válaszában tárgyszerű és objektív indok nélkül elutasította a műszaki paraméterek minimális bővítését, ezzel korlátozva az ajánlattevők körét illetve a versenyhelyzetet, amely sérti a Kbt. 2. § 1-2 bekezdésében foglaltakat.

Kérjük a fenti indokok alapján a kórtermi ágyak és éjjeliszekekrények műszaki méreteinek a +/- 10%-os eltérést megengedni szíveskedjenek, hogy az esélyegyenlőség és a versenyhelyzet megvalósuljon”?

**Válasz 2:**

Ajánlattevő által jelen kérdésben megfogalmazott általános +/- 10%-os eltérést az Ajánlatkérő szakmailag nem fogadja el, az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározásra kerültek a műszaki paraméterek és az ott megadott értéktől való eltérés lehetséges mértéke. A kiírt feltételeknek több gyártó terméke is megfelel, nem versenykorlátozó, ajánlatkérő nem kíván módosítani a paramétereken.

**Ajánlattételi határidő változatlanul 2016. június 20. 10:00 óra**

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 3. számú kiegészítő tájékoztatásra adott válaszokról szóló dokumentumot, az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi a <http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesi-eljarasok/aktiv-eljarasok/> oldalon azon Gazdasági Szereplők részére, akiknek Ajánlatkérő megküldte a felhívást.

Kérem, hogy jelen tájékoztatás kézhezvételét fax fordultával a +36-1-210-9618 számon, vagy e-mail-en a [bori.beate@semmelweis-univ.hu](mailto:bori.beate@semmelweis-univ.hu) e-mail címre **visszaigazolni** szíveskedjen.

Budapest, 2016. június 16.

Tisztelettel:

