



SE10179944

## SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság  
Beszerzési Igazgatóság

Igazgató  
Dr. Ménesi Balázs

Iktatószám: 1048/ 7 /GFIBSZI/2016.  
Tárgy: 1. sz. kiegészítő tájékoztatás  
Ügyintéző: Kispál Dániel  
Telefonszám +36-1-210-9610  
Fax: +36-1-210-9618

### Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint Ajánlatkérő „**Tételesen finanszírozott egyszerűhasználatos szívsebészeti eszközök adásvételével történő beszerzése 24 hónapra a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika részére**” tárgyában, közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) *Második Része alapján (uniós eljárásrend szerinti) nyílt* közbeszerzési eljárást folytat le, amelynek kapcsán az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja:

#### 1. Kérdés:

„Kérjük Ajánlatkérőt, hogy jelölje meg az egységes európai dokumentum azon részeit, amelynek kitöltésére az Ajánlatkérő és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet kötelezett.”

#### 1. Válasz:

Ajánlatkérő ezen kiegészítő tájékoztatás nyújtásával egyidőben a gazdasági szereplő(k) rendelkezésére bocsátja az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokat. Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumok III. fejezete tartalmazza az útmutatót az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumhoz, valamint a (kitöltendő) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványát. A hivatkozott útmutató egyértelmű eligazítást ad arra vonatkozólag, hogy az Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum mely részeit kell kitöltenie.

#### 2. Kérdés:

A 4. terméksorban Kis membránfelületű (1,85-1,99m<sup>2</sup>) speciális egyszerűhasználatos oxigenátorok szívtranszplantációhoz adásvételével történő beszerzését kéri, a Gazdasági Szereplő terméke 1,81 nm membránfelületű.

Kérdésünk: Elfogadják-e a 4. terméksorra ajánlatképpen a Gazdasági Szereplő 1,81 nm membránfelületű oxigenátorát?

#### 2. Válasz:

Nem tudjuk elfogadni, ennek oka, hogy minden elhúzó extrakorporális műtét során biztonsági szempontból számolni kell aktív felület veszteséssel. Ez nagymértékben befolyásolhatja a beteg állapotát, ezért a megadott névleges minimum értéktől való eltérés nem megengedhető.

Iroda: 1091 Budapest, Üllői út 55.  
Tel: 210-9610  
Fax: 210-9618



Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.  
Központi e-mail cím:  
[titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu](mailto:titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu)

### **3. Kérdés:**

*Kérdésünk a 2. és 4. terméksorral kapcsolatban:*

*Technikailag megfelelő-e az oxigenátor amennyiben minden, az ajánlati dokumentációban megjelölt paraméternek megfelel, top-inlet elrendezésű azaz a gázcserét végző felületen a vér felülről lefelé halad, viszont a vénás szár a vénás tartály alján csatlakozik?*

### **3. Válasz:**

**Igen, elfogadható.**

Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokban a módosításokat sárga színű kiemeléssel jelöltük. A módosítások és változások az alábbi oldalakon találhatóak meg: 1., 2., 12., 17., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 94., 95., 99., 100., 102., 123., 124. oldal.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a fentiekben hivatkozott oldalszámok közül a 12. oldal 15. pontjában tett helyesbítés nem látható és nincsen sárga színű kiemeléssel jelölve. Ennek oka, hogy a szövegből a „steril” szó előtt törlésre került a „nem” szó. Mindezek értelmében tehát a közbeszerzési dokumentáció 12. oldalának 15. pontjában az „1-1 db nem steril mintapéldány” helyett az ajánlati felhívás szerinti „1-1 db steril mintapéldány” előírást kell érteni.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

A fentiekben túl tájékoztatom, hogy a jelen 1. számú kiegészítő tájékoztatás és az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumok a közbeszerzési eljárás tárgyának megnevezése alatt elérhetőek az alábbi oldalon:


<http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesi-eljarasok/aktiv-eljarasok/>

**Jelszó:** Szívseb-Eszk-2016


Kérem, hogy az 1. számú kiegészítő tájékoztatás és az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumok kézhezvételét faxon a +36-1-210-9618 számon, vagy e-mailen a kispal.daniel@semmelweis-univ.hu e-mail címen visszaigazolni szíveskedjenek.

Budapest, 2016. július 20.

Tisztelettel:

  
**Dr. Ménési Balázs**  
beszerzési igazgató



  
2./2. old.

