



SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerzési Igazgatóság

Igazgató

Dr. Ménesi Balázs

Ikt. sz.: 37306- 11/GFIBSZI/2016
Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás III.
Ügyintéző: dr. Berencsi Bernadett
Telefonszám: +36-1-210-9610
Fax: +36-1-210-9618

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint Ajánlatkérő a „*PET-CT berendezés beszerzése karbantartással a Semmelweis Egyetem részére*” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második része alapján uniós eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 26. § (2) bekezdése alapján az alábbi *III. számú kiegészítő tájékoztatást nyújtja:*

1. Kérdés:

„A Közbeszerzési dokumentumok 143. oldal első bekezdés szerint:

„A tervezési feladatokat az Ajánlatkérő érintett szakapparátusaival (Nukleáris Medicina Tanszék, Beruházási és Létesítmény-fenntartási Igazgatóság, Biztonságtechnikai Igazgatóság, Informatikai Igazgatóság, Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Főigazgatóság, Klinikai Központ Sugárvédelmi Szolgálat) egyeztetve, szakmai iránymutatásaikat figyelembe véve kell elvégezni; **a kivitelezést megkezdeni csak hozzájárulásuk után lehet.**”

Kérjük megerősíteni, hogy fenti hozzájárulások megszerzésének ideje nem számít bele a megadott teljesítési határidőbe (60 nap).”

1.Válasz:

Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy helyesen értelmezi, a hivatkozott hozzájárulások megszerzésének ideje nem számít bele a megadott 60 napos teljesítési határidőbe.

2. Kérdés:

„A PET CT laboratórium területén az épületre vonatkozó állagvédelmi tevékenység:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| · Gépezeti alapvezetékek | felújítása / cseréje |
| · Nyílászárók | felújítása / cseréje |
| · Udvar felőli homlokzati beázások | megszüntetése |

Kérjük megerősíteni, hogy a fenti tevékenységek nem képezik részét az építészeti kialakításnak.”



SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerzési Igazgatóság

Igazgató

Dr. Ménesi Balázs

2. Válasz:

Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a nyertes ajánlattevőtől *kizárólag az ágvezetékek cseréjét kéri a felszálló strangokig.*

A belső nyílászárók (ajtók, áttekintő ablakok) cseréje szintén a nyertes ajánlattevő feladatát képezi. A külső nyílászárók cseréje vagy utólagos árnyékolása az ajánlattevő által elkészítendő sugárvédelmi terv függvényében, szükség szerint végzendő el.

Az udvar felőli *homlokzati beázások megszüntetése nem képezi az ajánlattevő feladatát.*

3. Kérdés:

„Kérjük megerősíteni, hogy Ajánlatkérő biztosítja a szükséges betáp igényt a meglévő elosztó helyséből.”

3. Válasz:

Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy az elektromos energia betáplálási igényt az épület villamos főelosztójában Ajánlatkérő biztosítja. A kivitelező elektromos hálózat kialakítására vonatkozó feladata kizárólag a főelosztóig tart.

4. Kérdés:

„Kérjük megadni, hogy a klíma rendszer kültéri egységei hol helyezhetők el?”

4. Válasz:

Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a klíma rendszer kültéri egységei az utcafronttól nem láthatóan, a belső udvar talajszintjére helyezve, avagy a tetőn helyezendők el.

5. Kérdés:

„Kérjük megadni, hogy Mobil WC telepítése hol lehetséges?”

5. Válasz:

Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a mobil wc(k) épületen kívüli pontos telepítési helye(i) a szerződéskötéskor, a teljesítést megelőzően kerülnek egyeztetésre.

6. Kérdés:

„Kérjük megadni, hogy a projekt területén van-e padló alatt bármilyen KÖZMŰ vezeték?”

6. Válasz:

Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a projekt területén a padló alatti meglévő közművezetékek kiváltásra kerülnek; ott egyedül a PET-CT laboratórium részére szükséges új közművezetékek helyezhetők el.



SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerezési Igazgatóság

Igazgató

Dr. Ménesi Balázs

A Kbt. 113. § (4) és (6) bekezdései alapján, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglaltak betartásával Ajánlatkérő nem hosszabbítja meg az ajánlattételi határidőt.

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét és az ajánlat kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő összeállítását és benyújtását.

Kérem, hogy jelen kiegészítő tájékoztatás kézhezvételét fax fordultával a +36-1-210-9618 számon, vagy e-mailen a berencsi.bernadett@semmelweis-univ.hu e-mail címen visszaigazolni szíveskedjenek.

Budapest, 2016. augusztus 8.

Tisztelettel:


Dr. Ménesi Balázs

beszerzési igazgató

