



SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerezési Igazgatóság

Igazgató
Dr. Ménesi Balázs

Ikt. sz.: 3249- 5 /GFIBSZI/2016
Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás I.
Ügyintéző: dr. Berencsi Bernadett
Telefonszám: +36-1-210-9610
Fax: +36-1-210-9618

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint Ajánlatkérő az „*Érsebészeti fogyóanyagok beszerzése*” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. Harmadik Része alapján uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 26. § (2) bekezdése alapján az alábbi **I. számú kiegészítő tájékoztatást nyújtja:**

1. Kérdés:

„Kérjük szíves kiegészítő tájékoztatásukat az alábbiakról:

Fenti közbeszerzési felhívás Specifikáció (2. rész) Dacron alapú műerek vonatkozásában, a névleges méretekből érvényesen engedélyezett eltérést hosszúság esetében ± 5 mm-ben határozza meg.

Értelmezésünk szerint ez azt jelenti, hogy ha egy pályázó a felsorolt méretekből hosszúság esetében 5 mm-nél nagyobb eltéréssel tud ajánlatot tenni, akkor az ajánlat a teljes 2. rész vonatkozásában érvénytelennek tekintendő.

Tekintettel arra, hogy valamennyi gyártó cég e termékeket általánosan egymástól eltérő hosszúsággal állítja elő, a specifikációban meghatározott hosszúságtól való ± 5 mm eltérés engedélyezésével értelmezésünk szerint kizárják azon pályázókat, akik például az Y elágazású kivitelű terméküket nem 45, hanem 50 cm hosszúsággal gyártják.

Értelmezésünk szerint ugyanez vonatkozik az egyenes műereknél a 20 cm hosszúságú termék helyett 30 cm a 25 cm hosszúságú termék helyett 40 cm hosszúságúra ajánlatot tévő pályázóra is. Véleményünk szerint a hosszúságban meghatározott eltérés ± 5 mm-ben történő meghatározása szakmailag teljes mértékben indokolatlan.

Kérjük válaszukat, hogy a hosszúsági előírásoktól + 5 mm-nél nagyobb mértékben eltérő termékre vonatkozó ajánlatot műszakilag megfelelőnek tekintik-e.”

1.Válasz:

Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy elfogadja a +5 mm-nél nagyobb hosszúsági eltéréssel rendelkező termék megajánlását is, melyre figyelemmel **módosítja a közbeszerzési dokumentumokat (Közbeszerzési műszaki leírás).**



SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerezési Igazgatóság

Igazgató

Dr. Ménesi Balázs

2. Kérdés:

„Az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás I. fejezet 5.) „A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra)” 3. részében a következőket támasztja követelményként valamennyi Ajánlattevő számára: „**Ajánlattevő feladata protézisenként 2-2 darab, saját anyagával megegyező (ti. PTFE) varróanyag térítésmentes biztosítása.**”

Az Ajánlattevő piackutatást végzett, amelynek eredményeként megállapította, hogy a PTFE varróanyag beszerzése több ajánlattevő számára, többek között az számára sem lehetséges. Magyarországon csak egy cég forgalmaz PTFE varróanyagot, aki csak kórházak megrendelésére szállít, viszonteladót nem szolgálnak ki. A külföldi lehetséges partnerektől sem érkezett pozitív válasz. Miután az általunk képviselt PTFE protézis megfelel a kiírás szerinti műszaki paraméternek, mindemellett az előző tender /1721/2013/iktatószámú, 2013. február 11-én megjelent ajánlati felhívás/kapcsán, mint szerződő partnerek „prolene” varróanyagot szállíthattunk, amely általánosan használt és egyenértékű varróanyag a PTFE alapanyagú protézisekhez is, szeretnénk választ kapni az alábbiakban feltett kérdésünkre.

Az Ajánlattevő kérdése a következő:

Elfogadja-e az Ajánlatkérő protézisenként 2 darab prolene varrófonal térítésmentes biztosítását?”

2.Válasz:

Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy elfogadja a kérdésében foglaltak szerinti teljesítést, melyre figyelemmel módosítja/pontosítja a közbeszerzési dokumentumokat (Közbeszerzési műszaki leírás).

Ajánlatkérő az egységes szerkezetbe foglalt módosított közbeszerzési dokumentumokat jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg valamennyi Érdeelt Gazdasági Szereplő részére megküldi.

A Kbt. 113. § (4) és (6) bekezdései alapján, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglaltak betartásával Ajánlatkérő nem hosszabbítja meg az ajánlattételi határidőt.

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét és az ajánlat kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő összeállítását és benyújtását.

Kérem, hogy jelen kiegészítő tájékoztatás és a módosított közbeszerzési dokumentumok kézhezvételét fax fordultával a +36-1-210-9618 számon, vagy e-mailen a berencsi.bernadett@semmelweis-univ.hu e-mail címen visszaigazolni szíveskedjenek.

Budapest, 2016. augusztus 2.

Tisztelettel:

Dr. Ménesi Balázs
beszerzési igazgató