



Igazgató
Dr. Ménesi Balázs

Ikt. sz.: 26893- ~~10~~ /GFIBSZI/2016
Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás II.
Ügyintéző: Rab Zsófia
Telefonszám: +36-1-210-9610

Tisztelt Gazdasági Szereplő(k)!

A Semmelweis Egyetem, mint Ajánlatkérő a „*Tételes elszámolású külső, mechanikus keringéstámogató (műszív) eszközök beszerzése a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika részére*” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. § alapján az alábbi **II. számú kiegészítő tájékoztatást** nyújtja:

5. Kérdés: A Közbeszerzési dokumentumok 3. részében megajánlott középtávú, biventrikuláris, pulzatilis flow-t biztosító mechanikus keringéstámogató eszközre vonatkozóan:

5.1.: Legalább 24 órás folyamatos használatot biztosító akkumulátorkészlet

Kérdés: Tekintettel arra, hogy a kiírásban „ágy melletti és/vagy hordozható külső vezérlő egység” szerepel, helyesen értelmezzük-e hogy a fenti paraméter csak a hordozható külső vezérlőegység akkumulátorkészletére vonatkozik?

5.2.: A vezérlőegységhez csatlakoztatható monitor, ami automatikus naplózási funkcióval rendelkezik, valamint kijelzőjén a riasztási funkciók mellett megoldási javaslat is megjelenik

Kérdés: Az ágy melletti külső vezérlő egység, ami tartalmazza a monitort is folyamatos automatikus naplózási funkcióval rendelkezik. Helyesen értelmezzük-e, hogy a hordozható külső vezérlőegység esetében elég, hogy a mobilitás érdekében csak egy kis monitoron jelzi a hibakódokat és a betegnél egy részletes magyar nyelvű magyarázat is mindig jelen van?

5. Válasz:

5.1.: Igen, Gazdasági Szereplő helyesen értelmezi.

5.2.: Igen, elegendő.

6. Kérdés: Az Ajánlati felhívás II.2.4 pontjában (6. oldal) foglaltaknak megfelelően:

6.1.: 2. pont: „A betegek vezérlőegységének előnyös tulajdonságai: kijelzője magyar nyelven közöl információt”

Kérdés: Feltétlen szükséges a magyar nyelvű megjelenítés vagy elégséges az általánosan elfogadott szakmai nyelven, angolul történő megjelenítés amennyiben mind magyar és angol nyelvű kezelési útmutató is rendelkezésre áll?

6.2.: 3. pont: „A betegek vezérlőegysége a pumpa rövid távú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik”

Kérdés: Helyesen értelmezzük-e, hogy ebben a pontban az ágy melletti vezérlőegységre vonatkozik a feltétel?

6.3.: 4. pont: „A külső tápegység a pumpa rövid távú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik”



Igazgató
Dr. Ménesi Balázs

Kérdés: Helyesen értelmezzük-e, hogy a fenti feltétel a hordozható külső tápegységre vonatkozik és feltételként szabja egy backup energiaellátási mód jelenlétét?

6.4.: 5. pont: „Az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai - egyszerre négy akkumulátor töltésére alkalmas”

Kérdés: Helyesen értelmezzük-e, hogy a fenti kérdés a hordozható külső tápegységre vonatkozik és feltételként szabja négy akkumulátor szállítását, amiket párosával lehet tölteni?

6.5.: 5. pont: „Az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai - Kijelzi az elemek töltöttségi állapotát”

Kérdés: Alternatívának elfogadható-e, ha maga az elem alkalmas a töltöttségi állapotának kijelzésére és ehhez nincs szükség egy külön eszközre?

6.6.: 5. pont: „Az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai - Meghatározott ciklusszám után képes az akkumulátorok újrakalibrálására a kapacitás visszanyerése céljából”

Kérdés: Helyesen értelmezzük-e, hogy a cél az akkumulátorok rendszeres újrakalibrálása és ez akár megtörténhet a keringéstámogató eszköz gyártója által végzett rendszeres karbantartás során is?

6.Válasz:

6.1.: A magyar nyelvű megjelenítés nem minimumkövetelmény, hanem a bírálati szempontrendszer egy elbírálandó eleme az I. számú módosított közbeszerzési dokumentumok V. fejezet 4. pontja (Az érvényes ajánlat(ok) bírálati szempont szerinti értékelése) alapján. Előnyös tulajdonság, amely a pontozás során bír relevanciával. Nem feltétlenül szükséges tehát, de jobb (és több pontot érdemel), ha magyar nyelvű az üzenet.

6.2.: Gazdasági Szereplő nem értelmezi helyesen. A feltétel mind az ágy melletti, mind a mobil vezérlőegységre vonatkozik. Igen válasz esetén mindkettőnek rendelkeznie kell olyan vészmegoldással, amely hálózati áramkimaradás vagy az akkumulátor-rendszer részleges meghibásodása esetén is biztosítja a tápellátást.

6.3.: Igen, Gazdasági Szereplő helyesen értelmezi.

6.4.: Gazdasági Szereplő nem jól értelmezi. Előnyös tulajdonságként akkor adható plusz pont, ha a négy akkumulátor egyidejűleg is tölthető, nem csak párosával.

6.5.: Igen, elfogadható – ez esetben is jár előnyös tulajdonságként a pont.

6.6.: Gazdasági Szereplő nem értelmezi helyesen. Előnyös tulajdonságnak az minősül, ha az újrakalibrálásra automatikusan, beavatkozás nélkül kerül sor.

7. Kérdés: A Közbeszerzési dokumentumok 6. részében megajánlott hosszútávú, intraperikardiális, axiális elven működő, teljesen implantálható mechanikus keringéstámogató eszközre vonatkozóan:

7.1.: Legalább 24 órás folyamatos használatot biztosító akkumulátorkészlet

Kérdés: Helyesen értelmezzük-e, hogy feltételként szabják annyi akkumulátor szállítását, hogy töltött állapotban legalább 24 órás folyamatos ellátást lehessen velük biztosítani?



7.2.: A betegek vezérlőegysége kijelzővel, automatikus naplózási funkcióval rendelkezik, kijelzi a csatlakoztatott akkumulátorok töltöttségi állapotát, valamint kijelzőjén a riasztási üzenet is megjelenik

Kérdés: Helyesen értelmezzük-e, hogy a betegek vezérlőegységének tudnia kell az alapvető működési adatokat naplózni, a riasztási üzeneteket megjeleníteni mely utóbbiak részletes elemzését rövid magyar nyelvű útmutató segíti?

7.Válasz:

7.1.: Igen, Gazdasági Szereplő helyesen értelmezi.

7.2.: Igen, Gazdasági Szereplő helyesen értelmezi.

8. Kérdés: Az Ajánlati felhívás II.2.4 pontjában (12. oldal) foglaltaknak megfelelően:

8.1.: 2. pont: „A betegek vezérlőegységének előnyös tulajdonságai: kijelzője magyar nyelven közöl információt”

Kérdés: Helyesen értelmezzük-e, hogy a miniaturizálás érdekében csak kóddal megjelenített riasztási üzenetek értelmezéséhez megfelelő egy rövid magyar nyelvű útmutató?

8.2.: 3. pont: „A betegek vezérlőegysége a pumpa rövid távú üzemeltetéséhez elégséges akkumulátorral rendelkezik”

Kérdés: A beteg biztonságának garantálására megfelelő alternatíva lehet-e annak biztosítása, hogy az egyik akkumulátor eltávolítása során a pót-akkumulátor veszi át az energiaellátási funkciót?

8.3.: 4. pont: „A külső tápegység a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik”

Kérdés: A beteg biztonságának garantálására megfelelő alternatíva lehet-e annak biztosítása, hogy az akkumulátortöltő külső tápegysége használható a vezérlőegység tartalék tápegységként?

8.4.: 5. pont: „Az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai - egyszerre négy akkumulátor töltésére alkalmas”

Kérdés: Helyesen értelmezzük-e, hogy a fenti kérdés feltételként szabja négy akkumulátor szállítását, amiket egymás után párosával lehet tölteni?

8.5.: 5. pont: „Az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai - Meghatározott ciklusszám után képes az akkumulátorok újrakalibrálására a kapacitás visszanyerése céljából”

Kérdés: Helyesen értelmezzük-e, hogy a cél az akkumulátorok rendszeres újrakalibrálása és ez akár megtörténhet a keringéstámogató eszköz gyártója által végzett rendszeres karbantartás során is?

8.Válasz:

8.1.: Gazdasági Szereplő nem értelmezi helyesen. Plusz pont akkor jár az előnyös tulajdonságért, ha a kijelző magyar nyelvű riasztási hibaüzenetet ad.

8.2.: Gazdasági Szereplő által hivatkozott pont helyesen: „A betegek vezérlőegysége a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges **beépített tartalék** akkumulátorral rendelkezik. Előnyös tulajdonságként Ajánlatkérő számára nem megfelelő alternatíva. Akkor jár a pont, ha az üzemi akkumulátoroktól független tartalék áramellátási lehetőség van a rendszerben.

8.3.: Ajánlatkérő számára előnyös tulajdonságként nem megfelelő alternatíva. Akkor jár a pont, ha a hálózati tápellátástól független tartalék áramellátási lehetőség van a tápegységben.





SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerezési Igazgatóság

Igazgató

Dr. Ménesi Balázs

8.4.: Gazdasági Szereplő nem jól értelmezi. Előnyös tulajdonságként akkor adható plusz pont, ha a négy akkumulátor egyidejűleg is tölthető, nem csak párosával.

8.5.: Gazdasági Szereplő nem értelmezi helyesen. Előnyös tulajdonságnak az minősül, ha az újrakalibrálásra automatikusan, beavatkozás nélkül kerül sor.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és az ajánlat kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő összeállítását és benyújtását.

Kérem, hogy jelen kiegészítő tájékoztatás kézhezvételét fax fordultával a +36-1-210-9618 számon, vagy e-mailen a rab.zsofia@semmelweis-univ.hu e-mail címen visszaigazolni szíveskedjenek.

Budapest, 2016. szeptember 14.

Tisztelettel:



Dr. Ménesi Balázs
beszerzési igazgató