

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310777-2016:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Budapest: Szívműködést (keringést) támogató eszközök
2016/S 173-310777**

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetés

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 148-267413)

I. szakasz: Ajánlatkérő

- I.1) **Név és címek**
Semmelweis Egyetem
AK06765
Üllői út 26.
Budapest
1085
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rab Zsófia, közbeszerzési referens
Telefon: +36 12109610
E-mail: titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: <http://semmelweis.hu/>
A felhasználói oldal címe: <http://semmelweis.hu/>

II. szakasz: Tárgy

- II.1) **A beszerzés mennyisége**
- II.1.1) **Elnevezés:**
Tételes elszámolású külső, mechanikus keringéstámogató (műszív) eszközök beszerzése a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika részére.
Hivatkozási szám: 26893/GFIBSZI/2016
- II.1.2) **Fő CPV-kód**
33182000
- II.1.3) **A szerződés típusa**
Árubeszerzés
- II.1.4) **Rövid meghatározás:**
Tételes elszámolású külső, mechanikus keringéstámogató (műszív) eszközök beszerzése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

- VI.5) **E hirdetés feladásának dátuma:**
06/09/2016

VI.6) **Az eredeti hirdetmény hivatkozásai**

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 148-267413

VII. szakasz: Változások

VII.1) **A módosítandó vagy megadandó információ**

VII.1.2) **Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész**

Szakasz száma: I.3

A módosítandó szöveg helye: Kommunikáció:

A következő helyett:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: <http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesi-eljarasok/aktiv-eljarasok/>

Helyesen:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: <http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesi-eljarasok/aktiv-eljarasok/>

Szakasz száma: II.1.1

A módosítandó szöveg helye: Elnevezés:

A következő helyett:

Tételes elszámolású külső, mechanikus keringéstámogató (műszív) eszközök beszerzése a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika részére.

Helyesen:

Adásvételi keretszerződés tételes elszámolású külső, mechanikus keringéstámogató (műszív) eszközök beszerzésére a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika részére.

Szakasz száma: II.1.4

A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás:

A következő helyett:

Tételes elszámolású külső, mechanikus keringéstámogató (műszív) eszközök beszerzése.

Helyesen:

Tételes elszámolású külső, mechanikus keringéstámogató (műszív) eszközök beszerzése, teljes körű szervizelés, szoftverek update-je és upgrade-je, szervizmérnök rendelkezésre állása, valamint proctor szolgáltatás biztosítása.

1. rész: Extracorporalis membrán oxigenátor (ECMO) 50 db, ebből 3 db konszignációs raktárban.
2. rész: Rövidtávú mechanikus keringéstámogató eszköz 40 db, ebből 4 db konszignációs raktárban.
3. rész: Középtávú, biventrikuláris, pulzatilis flow-t biztosító mechanikus keringéstámogató eszköz 5 db.
4. rész: Hosszútávú, extraperikardiális, axiális elven működő, teljesen implantálható mechanikus keringéstámogató eszköz 5 db.
5. rész: Hosszútávú, intraperikardiális, centrifugális elven működő, teljesen implantálható mechanikus keringéstámogató eszköz 10 db.
6. rész: Hosszútávú, intraperikardiális, axiális elven működő, teljesen implantálható mechanikus keringéstámogató eszköz 5 db.

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 1

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:

A következő helyett:

1. rész: Extracorporalis membrán oxigenátor (ECMO) 50 db, ebből 3 db implantációra elegendő mennyiség konszignációs raktárban.

(...)

Összsúlyszám: 10:

1. nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 7;
2. a vezérlőegység beépített akkumulátorának kapacitása (óra), súlyszám: 1;
3. a hálózatról leválasztás esetén az akkumulátoron töltött idő kiegészítő külső áramforrás alkalmazásával meghosszabbítható (igen-nem), súlyszám: 1;
4. a rendszerből lehetséges beteg naplófájl letöltése (a letöltött betegfájl értékeléséhez szükséges szoftvert az ajánlattevő biztosítja) (igen-nem), súlyszám: 1.

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1–10 pont.

(...)

Helyesen:

1. rész: Extracorporalis membrán oxigenátor (ECMO) 50 db, ebből 3 db konszignációs raktárban.

(...)

Összsúlyszám: 10

1. nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 7;
2. a vezérlőegység beépített akkumulátorának kapacitása (min. 0,5 óra, max. 5 óra), (egyenes arányosítás) súlyszám: 1;
3. a hálózatról leválasztás esetén az akkumulátoron töltött idő kiegészítő külső áramforrás alkalmazásával meghosszabbítható (igen-nem) (pontozás), súlyszám: 1;
4. a rendszerből lehetséges beteg naplófájl letöltése (a letöltött betegfájl értékeléséhez szükséges szoftvert az ajánlattevő biztosítja) (igen-nem) (pontozás), súlyszám: 1.

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1–10 pont.

A 2. értékelési részzempont esetében 0,5 óránál rövidebb időtartam érvényesen nem ajánlható, továbbá az 5 óránál hosszabb időtartamra adott ajánlat az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) kap.

Szakasz száma: II.2.5

Rész száma: 1

A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok:

A következő helyett:

Minőségi kritérium - Név: 2. A vezérlőegység beépített akkumulátorának kapacitása (óra), (egyenes arányosítás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 3. A hálózatról leválasztás esetén az akkumulátoron töltött idő kiegészítő külső áramforrás alkalmazásával meghosszabbítható (igen-nem), (pontozás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 4. A rendszerből lehetséges beteg naplófájl letöltése (a letöltött betegfájl értékeléséhez szükséges szoftvert az ajánlattevő biztosítja) (igen-nem), (pontozás) / Súlyszám: 1

Helyesen:

Minőségi kritérium - Név: 2. A vezérlőegység beépített akkumulátorának kapacitása (min. 0,5 óra, max. 5 óra), (egyenes arányosítás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 3. A hálózatról leválasztás esetén az akkumulátoron töltött idő kiegészítő külső áramforrás alkalmazásával meghosszabbítható (igen-nem), (pontozás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 4. A rendszerből lehetséges beteg naplófájl letöltése (a letöltött betegfájl értékeléséhez szükséges szoftvert az ajánlattevő biztosítja) (igen-nem), (pontozás) / Súlyszám: 1

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:

A következő helyett:

2. rész: Rövidtávú mechanikus keringéstámogató eszköz 40 db, ebből 4 db implantációra elegendő mennyiség konszignációs raktárban.

(...)

Összsúlyszám: 15:

1. nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 10;
2. az implantáció lehetséges pozíciója (db), súlyszám: 2.

A mindkét elvárt paramétert (perifériás implantáció lehetséges; centrális implantáció lehetséges) megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, a csak egy paramétert megajánló 1 pontot;

3. a vezérlőegység beépített akkumulátorának kapacitása (óra), súlyszám: 1;
4. a hálózatról leválasztás esetén az akkumulátoron töltött idő kiegészítő külső áramforrás alkalmazásával meghosszabbítható (igen-nem), súlyszám: 1;
5. a rendszerből lehetséges beteg naplófájl letöltése (a letöltött betegfájl értékeléséhez szükséges szoftvert az ajánlattevő biztosítja) (igen-nem), súlyszám: 1.

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1–10 pont.

(....)

Helyesen:

2. rész: Rövidtávú mechanikus keringéstámogató eszköz 40 db, ebből 4 db konszignációs raktárban.

(...)

Összsúlyszám: 13:

1. nettó ajánlati ár (Ft), súlyszám: 10;
2. a vezérlőegység beépített akkumulátorának kapacitása (min. 0,5 óra, max. 5 óra) (egyenese arányosítás), súlyszám: 1;
3. a hálózatról leválasztás esetén az akkumulátoron töltött idő kiegészítő külső áramforrás alkalmazásával meghosszabbítható (igen-nem) (pontozás), súlyszám: 1;
4. a rendszerből lehetséges beteg naplófájl letöltése (a letöltött betegfájl értékeléséhez szükséges szoftvert az ajánlattevő biztosítja) (igen-nem) (pontozás), súlyszám: 1.

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1–10 pont.

A 2. értékelési részzempont esetében 0,5 óránál rövidebb időtartam érvényesen nem ajánlható, továbbá az 5 óránál hosszabb időtartamra adott ajánlat az értékelési pontthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) kap.

(...)

Szakasz száma: II.2.5

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok:

A következő helyett:

Minőségi kritérium - Név: 2. Az implantáció lehetséges pozíciója (db), (pontozás) / Súlyszám: 2

Minőségi kritérium - Név: 3. A vezérlőegység beépített akkumulátorának kapacitása (óra), (egyenese arányosítás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 4. A hálózatról leválasztás esetén az akkumulátoron töltött idő kiegészítő külső áramforrás alkalmazásával meghosszabbítható (igen-nem), (pontozás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 5. A rendszerből lehetséges beteg naplófájl letöltése (a letöltött betegfájl értékeléséhez szükséges szoftvert az ajánlattevő biztosítja) (igen-nem), (pontozás) / Súlyszám: 1

Helyesen:

Minőségi kritérium - Név: 2. A vezérlőegység beépített akkumulátorának kapacitása (min. 0,5 óra, max. 5 óra), (egyenese arányosítás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 3. A hálózatról leválasztás esetén az akkumulátoron töltött idő kiegészítő külső áramforrás alkalmazásával meghosszabbítható (igen-nem), (pontozás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 4. A rendszerből lehetséges beteg naplófájl letöltése (a letöltött betegfájl értékeléséhez szükséges szoftvert az ajánlattevő biztosítja) (igen-nem), (pontozás) / Súlyszám: 1

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 3

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:

A következő helyett:

(...)

Összsúlyszám: 15:

1. nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 10;

2. a betegek vezérlőegységének előnyös tulajdonságai (db), súlyszám: 1;

Az alábbiak közül mindkét paramétert megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, a csak egy paramétert megajánló 5,5 pontot:

— kijelzője magyar nyelven közöl információt,

— közvetlen hozzáférést biztosít a napló eseményeinek megtekintéséhez.

1 pontot kap az ajánlat, ha egyetlen előnyös tulajdonsággal sem rendelkezik a felsoroltak közül;

3. a betegek vezérlőegysége a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), súlyszám: 2;

4. a külső tápegység a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), súlyszám: 1;

5. az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai (db), súlyszám: 1.

Az alábbiak közül mindhárom paramétert megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, a két paramétert megajánló 7 pontot, a csak egy paramétert megajánló 4 pontot:

— egyszerre négy akkumulátor töltésére alkalmas,

— az akkumulátorok tesztelésére alkalmas, kijelzi az akkumulátorok töltöttségi állapotát és esetleges meghibásodását,

— meghatározott ciklusszám után képes az akkumulátorok újrakalibrálásra a kapacitás visszanyerése céljából.

1 pontot kap az ajánlat, ha egyetlen előnyös tulajdonsággal sem rendelkezik a felsoroltak közül.

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1–10 pont.

(...)

Helyesen:

(...)

Összsúlyszám: 14:

1. nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 10;

2. a betegek vezérlőegységének előnyös tulajdonságai (db) (pontozás), súlyszám: 1;

Az alábbiak közül mindkét paramétert megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, a csak egy paramétert megajánló 5,5 pontot:

— kijelzője magyar nyelven közöl információt,

— közvetlen hozzáférést biztosít a napló eseményeinek megtekintéséhez.

1 pontot kap az ajánlat, ha egyetlen előnyös tulajdonsággal sem rendelkezik a felsoroltak közül;

3. a betegek vezérlőegysége a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem) (pontozás), súlyszám: 1;

4. a külső tápegység a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem) (pontozás), súlyszám: 1;

5. az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai (db) (pontozás), súlyszám: 1.

Az alábbiak közül mindhárom paramétert megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, a két paramétert megajánló 7 pontot, a csak egy paramétert megajánló 4 pontot:

- egyszerre négy akkumulátor töltésére alkalmas,
- az akkumulátorok tesztelésére alkalmas, kijelzi az akkumulátorok töltöttségi állapotát és esetleges meghibásodását,
- képes az akkumulátorok újralibrálásra a kapacitás visszanyerése céljából.

1 pontot kap az ajánlat, ha egyetlen előnyös tulajdonsággal sem rendelkezik a felsoroltak közül.

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1–10 pont.

(...)

Szakasz száma: II.2.5

Rész száma: 3

A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok:

A következő helyett:

Minőségi kritérium - Név: 2. A betegek vezérlőegységének előnyös tulajdonságai (db), (pontozás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 3. A betegek vezérlőegysége a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), (pontozás) / Súlyszám: 2

Minőségi kritérium - Név: 4. A külső tápegység a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), (pontozás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 5. Az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai (db), (pontozás) / Súlyszám: 1

Helyesen:

Minőségi kritérium - Név: 2. A betegek vezérlőegységének előnyös tulajdonságai (db), (pontozás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 3. A betegek vezérlőegysége a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), (pontozás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 4. A külső tápegység a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), (pontozás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 5. Az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai (db), (pontozás) 1

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 4

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:

A következő helyett:

(...)

Összsúlyszám: 15:

1. nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 10;

2. a betegek vezérlőegységének előnyös tulajdonságai (db), súlyszám: 1.

Az alábbiak közül mindkét paramétert megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, a csak egy paramétert megajánló 5,5 pontot:

- kijelzője magyar nyelven közöl információt,
- közvetlen hozzáférést biztosít a napló eseményeinek megtekintéséhez.

1 pontot kap az ajánlat, ha egyetlen előnyös tulajdonsággal sem rendelkezik a felsoroltak közül.

3. a betegek vezérlőegysége a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), súlyszám: 2;

4. a külső tápegység a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), súlyszám: 1;

5. az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai (db), súlyszám: 1.

Az alábbiak közül mindhárom paramétert megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, a két paramétert megajánló 7 pontot, a csak egy paramétert megajánló 4 pontot:

- egyszerre négy akkumulátor töltésére alkalmas,
- az akkumulátorok tesztelésére alkalmas, kijelzi az akkumulátorok töltöttségi állapotát és esetleges meghibásodását,
- meghatározott ciklusszám után képes az akkumulátorok újralibrálásra a kapacitás visszanyerése céljából.

1 pontot kap az ajánlat, ha egyetlen előnyös tulajdonsággal sem rendelkezik a felsoroltak közül.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1–10 pont.

(...)

Helyesen:

(...)

Összsúlyszám: 14:

1. nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 10;

2. a betegek vezérlőegységének előnyös tulajdonságai (db) (pontozás), súlyszám: 1.

Az alábbiak közül mindkét paramétert megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, a csak egy paramétert megajánló 5,5 pontot:

— kijelzője magyar nyelven közöl információt.

— közvetlen hozzáférést biztosít a napló eseményeinek megtekintéséhez.

1 pontot kap az ajánlat, ha egyetlen előnyös tulajdonsággal sem rendelkezik a felsoroltak közül;

3. a betegek vezérlőegysége a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem) (pontozás), súlyszám: 1;

4. a külső tápegység a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem) (pontozás), súlyszám: 1;

5. az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai (db) (pontozás), súlyszám: 1.

Az alábbiak közül mindhárom paramétert megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, a két paramétert megajánló 7 pontot, a csak egy paramétert megajánló 4 pontot:

— egyszerre négy akkumulátor töltésére alkalmas,

— az akkumulátorok tesztelésére alkalmas, kijelzi az akkumulátorok töltöttségi állapotát és esetleges meghibásodását,

— képes az akkumulátorok újralibrálásra a kapacitás visszanyerése céljából.

1 pontot kap az ajánlat, ha egyetlen előnyös tulajdonsággal sem rendelkezik a felsoroltak közül.

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1–10 pont.

(...)

Szakasz száma: II.2.5

Rész száma: 4

A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok:

A következő helyett:

Minőségi kritérium - Név: 2. A betegek vezérlőegységének előnyös tulajdonságai (db), (pontozás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 3. A betegek vezérlőegysége a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), (pontozás) / Súlyszám: 2

Minőségi kritérium - Név: 4. A külső tápegység a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), (pontozás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 5. Az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai (db), (pontozás) / Súlyszám: 1

Helyesen:

Minőségi kritérium - Név: 2. A betegek vezérlőegységének előnyös tulajdonságai (db), (pontozás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 3. A betegek vezérlőegysége a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), (pontozás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 4. A külső tápegység a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), (pontozás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 5. Az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai (db), (pontozás) / Súlyszám: 1
Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 5

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:

A következő helyett:

(...)

Összsúlyszám: 15:

1. nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 10;

2. a betegek vezérlőegységének előnyös tulajdonságai (db), súlyszám: 1.

Az alábbiak közül mindkét paramétert megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, a csak egy paramétert megajánló 5,5 pontot:

— kijelzője magyar nyelven közöl információt,

— közvetlen hozzáférést biztosít a napló eseményeinek megtekintéséhez.

1 pontot kap az ajánlat, ha egyetlen előnyös tulajdonsággal sem rendelkezik a felsoroltak közül;

3. a betegek vezérlőegysége a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), súlyszám: 1;

4. a pumpát a testen kívül elhelyezkedő akkumulátorokkal összekötő drive-line moduláris szerkezetű, mely lehetővé teszi a drive-line cseréjét a készülék cseréje nélkül (igen-nem), súlyszám: 1;

5. a külső tápegység a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), súlyszám: 1;

6. az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai (db), súlyszám: 1.

Az alábbiak közül mindhárom paramétert megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, a két paramétert megajánló 7 pontot, a csak egy paramétert megajánló 4 pontot:

— egyszerre négy akkumulátor töltésére alkalmas,

— az akkumulátorok tesztelésére alkalmas, kijelzi az akkumulátorok töltöttségi állapotát és esetleges meghibásodását,

— meghatározott ciklusszám után képes az akkumulátorok újralibrálásra a kapacitás visszanyerése céljából.

1 pontot kap az ajánlat, ha egyetlen előnyös tulajdonsággal sem rendelkezik a felsoroltak közül.

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1–10 pont.

(...)

Helyesen:

(...)

Összsúlyszám: 14:

1. nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 10,

2. a betegek vezérlőegységének előnyös tulajdonságai (db) (pontozás), súlyszám: 1.

Az alábbiak közül mindkét paramétert megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, a csak egy paramétert megajánló 5,5 pontot:

— kijelzője magyar nyelven közöl információt,

— közvetlen hozzáférést biztosít a napló eseményeinek megtekintéséhez.

1 pontot kap az ajánlat, ha egyetlen előnyös tulajdonsággal sem rendelkezik a felsoroltak közül.

3. a betegek vezérlőegysége a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem) (pontozás), súlysám: 1;
4. a pumpát a testen kívül elhelyezkedő akkumulátorokkal összekötő drive-line moduláris szerkezetű, mely lehetővé teszi a drive-line cseréjét a készülék cseréje nélkül (igen-nem) (pontozás), súlysám: 0,5;
5. a külső tápegység a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem) (pontozás), súlysám: 0,5;
6. az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai (db) (pontozás), súlysám: 1.

Az alábbiak közül mindhárom paramétert megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, a két paramétert megajánló 7 pontot, a csak egy paramétert megajánló 4 pontot:

- egyszerre négy akkumulátor töltésére alkalmas,
- az akkumulátorok tesztelésére alkalmas, kijelzi az akkumulátorok töltöttségi állapotát és esetleges meghibásodását,
- képes az akkumulátorok újraprogramozására a kapacitás visszanyerése céljából.

1 pontot kap az ajánlat, ha egyetlen előnyös tulajdonsággal sem rendelkezik a felsoroltak közül.

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1–10 pont.

(...)

Szakasz száma: II.2.5

Rész száma: 5

A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok:

A következő helyett:

Minőségi kritérium - Név: 2. A betegek vezérlőegységének előnyös tulajdonságai (db), (pontozás) / Súlysám: 1

Minőségi kritérium - Név: 3. A betegek vezérlőegysége a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), (pontozás) / Súlysám: 1

Minőségi kritérium - Név: 4. A pumpát a testen kívül elhelyezkedő akkumulátorokkal összekötő drive-line moduláris szerkezetű, mely lehetővé teszi a drive-line cseréjét a készülék cseréje nélkül (igen-nem), (pontozás) / Súlysám: 1

Minőségi kritérium - Név: 5. A külső tápegység a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), (pontozás) / Súlysám: 1

Minőségi kritérium - Név: 6. Az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai (db), (pontozás) / Súlysám: 1

Helyesen:

Minőségi kritérium - Név: 2. A betegek vezérlőegységének előnyös tulajdonságai (db), (pontozás) / Súlysám: 1

Minőségi kritérium - Név: 3. A betegek vezérlőegysége a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), (pontozás) / Súlysám: 1

Minőségi kritérium - Név: 4. A pumpát a testen kívül elhelyezkedő akkumulátorokkal összekötő drive-line moduláris szerkezetű, mely lehetővé teszi a drive-line cseréjét a készülék cseréje nélkül (igen-nem), (pontozás) / Súlysám: 0,5

Minőségi kritérium - Név: 5. A külső tápegység a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), (pontozás) / Súlysám: 0,5

Minőségi kritérium - Név: 6. Az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai (db), (pontozás) / Súlysám: 1

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 6

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:

A következő helyett:

(...)

Összsúlysám: 15:

1. nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 10;

2. a betegek vezérlőegységének előnyös tulajdonságai (db), súlyszám: 1.

Az alábbiak közül mindkét paramétert megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, a csak egy paramétert megajánló 5,5 pontot:

— kijelzője magyar nyelven közöl információt,

— közvetlen hozzáférést biztosít a napló eseményeinek megtekintéséhez.

1 pontot kap az ajánlat, ha egyetlen előnyös tulajdonsággal sem rendelkezik a felsoroltak közül;

3. a betegek vezérlőegysége a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), súlyszám: 2;

4. a külső tápegység a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), súlyszám: 1;

5. az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai (db), súlyszám: 1.

Az alábbiak közül mindhárom paramétert megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, a két paramétert megajánló 7 pontot, a csak egy paramétert megajánló 4 pontot:

— egyszerre négy akkumulátor töltésére alkalmas,

— az akkumulátorok tesztelésére alkalmas, kijelzi az akkumulátorok töltöttségi állapotát és esetleges meghibásodását,

— meghatározott ciklusszám után képes az akkumulátorok újrakalibrálásra a kapacitás visszanyerése céljából.

1 pontot kap az ajánlat, ha egyetlen előnyös tulajdonsággal sem rendelkezik a felsoroltak közül.

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1–10 pont.

(...)

Helyesen:

(...)

Összsúlyszám: 14:

1. nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 10;

2. a betegek vezérlőegységének előnyös tulajdonságai (db) (pontozás), súlyszám: 1;

Az alábbiak közül mindkét paramétert megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, a csak egy paramétert megajánló 5,5 pontot:

— Kijelzője magyar nyelven közöl információt.

— Közvetlen hozzáférést biztosít a napló eseményeinek megtekintéséhez.

1 pontot kap az ajánlat, ha egyetlen előnyös tulajdonsággal sem rendelkezik a felsoroltak közül.

3. a betegek vezérlőegysége a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem) (pontozás), súlyszám: 1;

4. a külső tápegység a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem) (pontozás), súlyszám: 1;

5. az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai (db) (pontozás), súlyszám: 1.

Az alábbiak közül mindhárom paramétert megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, a két paramétert megajánló 7 pontot, a csak egy paramétert megajánló 4 pontot:

— egyszerre négy akkumulátor töltésére alkalmas,

— az akkumulátorok tesztelésére alkalmas, kijelzi az akkumulátorok töltöttségi állapotát és esetleges meghibásodását,

— képes az akkumulátorok újrakalibrálásra a kapacitás visszanyerése céljából.

1 pontot kap az ajánlat, ha egyetlen előnyös tulajdonsággal sem rendelkezik a felsoroltak közül.

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1–10 pont.

(...)

Szakasz száma: II.2.5

Rész száma: 6

A következő helyett:

Minőségi kritérium - Név: 2. A betegek vezérlőegységének előnyös tulajdonságai (db), (pontozás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 3. A betegek vezérlőegysége a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), (pontozás) / Súlyszám: 2

Minőségi kritérium - Név: 4. A külső tápegység a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), (pontozás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 5. Az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai (db), (pontozás) / Súlyszám: 1

Helyesen:

Minőségi kritérium - Név: 2. A betegek vezérlőegységének előnyös tulajdonságai (db), (pontozás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 3. A betegek vezérlőegysége a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), (pontozás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 4. A külső tápegység a pumpa rövidtávú üzemeltetéséhez elégséges beépített tartalék akkumulátorral rendelkezik (igen-nem), (pontozás) / Súlyszám: 1

Minőségi kritérium - Név: 5. Az akkumulátortöltő előnyös tulajdonságai (db), (pontozás) / Súlyszám: 1

Szakasz száma: III.1.3

A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A következő helyett:

(...)

M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő ismertesse az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával műszakilag egyenértékű (mechanikus keringéstámogató eszközök) szállításait legalább az alábbi tartalommal:

— a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,

— az ellenszolgáltatás nettó összege,

— a teljesítés mennyisége (db),

— a teljesítés ideje/időtartama (év/hó/nap, -tól, -ig megjelöléssel),

— a teljesítés helye (címe),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— saját teljesítés aránya (adott esetben).

(...)

Helyesen:

(...)

M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő ismertesse az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával műszakilag egyenértékű (mechanikus keringéstámogató eszközök) szállításait legalább az alábbi tartalommal:

— a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés ellenszolgáltatás fejében történt,

— a teljesítés mennyisége (db),

- a teljesítés ideje/időtartama (év/hó/nap, -tól, -ig megjelöléssel),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- saját teljesítés aránya (adott esetben).

(...)

Szakasz száma: III.1.3

A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

A következő helyett:

(...)

Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő az alkalmasság igazolásának ellenőrzését első körben az ESPD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében végzi.

(...)

Helyesen:

(...)

Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő az alkalmasság igazolásának ellenőrzését első körben az ESPD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében végzi.

Az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének alfa szakaszát kitölteni.

(...)

Szakasz száma: III.1.3

A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A következő helyett:

(...)

M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) a közbeszerzés tárgyával műszakilag egyenértékű (mechanikus keringéstámogató eszközök) szállításokra vonatkozó egy vagy több referenciával, amely(ek) össz mennyisége eléri részenként az alábbi mennyiségeket, és amely(ek) tekintetében a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt:

(...)

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a megajánlott termékre vonatkozó érvényes CE tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű intézkedések bizonyítékaival a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9 §. (2) bekezdésében foglaltak szerint (gyártói megfelelőségi nyilatkozattal

és – ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE megfelelésértékelési tanúsítvánnyal), amely bizonyítja, hogy a megajánlott áru megfelel a 93/42/EEC irányelvben vagy a 4/2009. EüM rendeletben foglaltaknak.

Az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének alfa szakaszát kitölteni.

Helyesen:

(...)

M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) a közbeszerzés tárgyával műszakilag egyenértékű (mechanikus keringéstámogató eszközök), ellenszolgáltatás fejében történő szállításokra vonatkozó egy vagy több referenciával, amely(ek) összmenyisége eléri részenként az alábbi mennyiségeket, és amely(ek) tekintetében a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt:

(....)

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a megajánlott termékre vonatkozó érvényes CE tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű intézkedések bizonyítékaival a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 9 §. (2) bekezdésében foglaltak szerint (gyártói megfelelési nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE megfelelésértékelési tanúsítvánnyal), amely bizonyítja, hogy a megajánlott áru megfelel a 93/42/EEC irányelvben vagy a 4/2009. EüM rendeletben foglaltaknak.

Szakasz száma: III.2.2

A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A következő helyett:

Kötbér minden részben:

- késedelmi: késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett eseti megrendeléssel érintett Áru nettó ellenértékének napi 1 %-a, de legfeljebb 20 %-a;
- hibás teljesítési: hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett eseti megrendelés nettó ellenértékének napi 1 %-a, de legfeljebb 20 %-a;
- meghiúsulási: Alapja az Eladó által visszaigazolt megrendelés meghiúsulással érintett tételei nettó árának 30 %-a. Ha az Eladó a teljesítést megtagadja, valamint ha Eladó 1 naptári hónapon belül 2. alkalommal is késedelmesen teljesíti vagy elmulasztja a szállítást, ebben az esetben a meghiúsulási kötbér alapja a Szerződés teljes nettó ellenértékének 30 %-a.

1–2. rész: a meghiúsulási kötbér kiegészül: ha Eladó konszignációs raktárból felhasznált Árut a lejelentéstől számított 21. napon sem pótolja, a kötbér az érintett Áru(k) nettó értékének 30 %-a.

Terjedelmi korlát miatt bővebben a közbeszerzési dokumentumokban.

Helyesen:

Kötbér minden részben:

- késedelmi: a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett eseti megrendeléssel érintett Áru nettó ellenértékének napi 1 %-a, de legfeljebb 20 %-a;
- meghiúsulási: Alapja az Eladó által visszaigazolt megrendelés meghiúsulással érintett tételei nettó árának 25 %-a. Ha az Eladó a teljesítést megtagadja, valamint ha Eladó 30 naptári napon belül 2. alkalommal is késedelmesen teljesíti vagy elmulasztja a szállítást, a meghiúsulási kötbér alapja a Szerződés teljes nettó ellenértékének 25 %-a.

1–2. rész: a meghiúsulási kötbér kiegészül

Ha Eladó konszignációs raktárból felhasznált Árut a lejelentéstől számított 21.napon sem pótolja, a kötbér az érintett Áru(k) nettó értékének 25 %-a.

Minőségi v. mennyiségi hiányosság esetén, valamint ha kiderül, hogy az Áru típusában (rendszerében) nem felel meg a minőségi követelményeknek, a Vevő a Ptk. 6:159. § (2) bek. szerint kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Terjedelmi korlát miatt bővebben a közbeszerzési dokumentumokban.

Szakasz száma: IV.2.2

A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:

A következő helyett:

Dátum: 16/09/2016

Helyi idő: 10:00

Helyesen:

Dátum: 05/10/2016

Helyi idő: 10:00

Szakasz száma: IV.2.7

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:

A következő helyett:

Dátum: 16/09/2016

Helyi idő: 10:00

Helyesen:

Dátum: 05/10/2016

Helyi idő: 10:00

Szakasz száma: IV.2.7

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:

A következő helyett:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

Helyesen:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. § (1) bekezdésében-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

Szakasz száma: VI.3

A módosítandó szöveg helye: További információk: 1 és 5:

A következő helyett:

1. Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania:

— Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bekezdése, Kbt. 67. § (1), (3) és (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat a dokumentációban meghatározott tartalommal,

— Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot, melyben fel kell tüntetnie az ajánlattevő(k) nevét és címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat (ajánlati elemeket), amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek,

— az idegen nyelvű dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítások tartalmának hitelességére vonatkozó nyilatkozatot.

(...)

5. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi, illetve műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjaiban.

(...)

Helyesen:

1. Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania:

— Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bekezdése, Kbt. 67. § (1), (3) és (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat a dokumentációban meghatározott tartalommal; A 66. § (6) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani,

— Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot, melyben fel kell tüntetnie az ajánlattevő(k) nevét és címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat (ajánlati elemeket), amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek,

— az idegen nyelvű dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítások tartalmának hitelességére vonatkozó nyilatkozatot.

(...)

5. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevők műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a felhívás III.1.3) pontjában.

(...)

Szakasz száma: VI.3

A módosítandó szöveg helye: További információk: 9 és 12:

A következő helyett:

(...)

9. A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a <http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesi-eljarasok/aktiv-eljarasok/> oldalon.

A dokumentumok letöltéséről átvételi elismervényt készít gazdasági szereplő, mely tartalmazza az átvevő elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím, levelezési cím, fax szám), átvevő/kapcsolattartó nevét és az átvevő aláírását és megküldi a rab.zsofia@semmelweis-univ.hu címre. Ezt követően Ajánlatkérő jelszó megadásával biztosítja a dokumentumok elérhetőségét. Hétfőtől-csütörtökig 8:00–15:00 óráig, pénteken 8:00–13:00-ig beérkezett átvételi elismervények esetén még aznap, azt követően beérkezettek esetén a következő munkanapon bocsátja rendelkezésre a dokumentumokat.

(...)

12. Csatolandó Ajánlattevő ajánlatához a gyártó nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattevő akadályoztatása esetén – a vis major esetét is beleértve – a gyártó biztosítja a folyamatos ellátást az Ajánlattevő által kötött szerződés feltételei szerint.

Helyesen:

9. A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a <http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesi-eljarasok/aktiv-eljarasok/> oldalon a „musziv2016” jelszó megadásával.

A dokumentumok letöltéséről – szintén a fent megadott linken található – átvételi elismervényt kell kitöltenie gazdasági szereplőnek – mely tartalmazza az átvevő elérhetőségeit (telefonszám, email cím, levelezési cím, fax szám), átvevő/kapcsolattartó nevét, az átvevő aláírását – és kell megküldenie a rab.zsofia@semmelweis-univ.hu címre. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban

megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig, melyet a visszaküldött átvételi elismervénnyel szükséges igazolnia.


(...)

11. A benyújtott papír alapú és az elektronikus ajánlat példányai eltérése esetén ajánlatkérő az eredeti papír alapút tekinti irányadónak. (Az eredeti hirdetményben 11. pont nem szerepelt.)

12. —.

VII.2) **További információk:**

Budapest, 2016. szeptember 8.



Dr. Farkas Dénes
Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
Lajstromszám: 00281