



SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerezési Igazgatóság

Igazgató
Dr. Ménesi Balázs



Ikt. sz.: 15583-13/GFIBSZI/2016
Tárgy: Kiegészítő tájékoztatásra
válasz
Ügyintéző: Juszkuné dr.Kertész Adrienn
Telefonszám: +36-1-210-9610
Fax: +36-1-210-9618

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint Ajánlatkérő a „*Telemetriás és betegágy melletti megfigyelő monitorrendszer beszerzése a Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika részére*” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második része alapján uniós eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 26. § (2) bekezdése alapján az alábbi **kiegészítő tájékoztatást nyújtja:**

1. Kérdés:

„1. ajánlati elem: telemetriás betegmegfigyelő monitorrendszer vonatkozásában:

A telemetriás egység feltételei között szerepel: „Elemes vagy akkus táplálás”, mint elvárás. A kötelezően szállítandó tartozékok között „Tölthető akkumulátor 15 egység működtetéséhez”, „Tartalék tölthető akkumulátor 15 egység működtetéséhez” valamint „Akkumulátortöltő 15 egység töltéséhez”. Elemes táplálás esetén is meg kell ajánlani a fenti három tételt?”

1.Válasz:

Ajánlatkérő a technikai specifikációban szereplő feltételekkel egyenértékű megoldást elfogad. A közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában előírtakat nem kívánja módosítani.

2.Kérdés:

„1. ajánlati elem: telemetriás betegmegfigyelő monitorrendszer vonatkozásában:

A telemetriás egység feltételei között szerepel: „EKG monitorozás 6 eres kábellel” és „Elvezetések I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vx, Vy”. Fenti feltétel csak nagyon kevés gyártó esetén ajánlható paraméter, mely erősen szűkíti a versenyben érvényes ajánlattal részt vehető pályázókat. Kérjük, fogadják el az öt eres kábellel való monitorozást és a I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vx elvezetések megjelenítését.”

2.Válasz:

Ajánlatkérő a technikai specifikációban szereplő feltételekkel egyenértékű megoldást elfogad. A közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában előírtakat nem kívánja módosítani.

3.Kérdés:

„2. ajánlati elem: betegágy melletti megfigyelő monitorrendszer kardiológiai őrzőbe vonatkozásában:

A monitorrendszer elemeitől elvárt a transzport funkció megléte. „Transzport alatt elvárt funkciók: min. 6” érintőképernyő, megjelenítendő görbék: (min. 3 görbe, HR, légzésszám, NIBP, SpO₂, 2xIBP, etCO₂ mellékáram), riasztás, adattárolás, min. 24 óra. A transzport funkció biztosítható transzport modullal, transzport monitorral vagy a monitorral, azonos kábelzettel”. Jól értjük-e, hogy a feladatot egy olyan, a fenti feltételeknek megfelelő monitorral is meg lehet valósítani, amely paciens kábeleivel azonosak a megajánlott ágymelletti monitor paciens kábeleivel? Hány ilyen transzport monitorra van szükség a rendszerhez?”



SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerezési Igazgatóság

Igazgató

Dr. Ménesi Balázs

3. Válasz:

Ajánlatkérő a technikai specifikációban szereplő feltételekkel egyenértékű megoldást elfogad. A közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában előírtakat nem kívánja módosítani.

4. Kérdés:

„2. ajánlati elem: betegágy melletti megfigyelő monitorrendszer kardiológiai őrzőbe vonatkozásában:

A monitorrendszerhez kiírás szerint minimum 6 elvezetéses EKG kábelt kell szállítani, és ennek segítségével kell 12 elvezetéses EKG-t készíteni.

Kérem, fogadják el, hogy a 12 elvezetéses EKG-t 10 eres kábellel biztosítsuk. A kért 6 eres kábel segítségével 12 elvezetéses EKG –t két cég készüléke képes csak készíteni és ez erősen versenykorlátozó.

Továbbá ezek a származtatott EKG-k – a gyártók leírás szerint – a végtagi elvezetések vonatkozásában is eltérőek lehetnek a tradicionális 4 végtagi 6 mellkasi elektródával készített EKG-tól. Az ezeket elemző szakcikkek körültekintésre intenek ezek elemzése és a diagnosztikai következtetések levonása során.”

4. Válasz:

Ajánlatkérő a technikai specifikációban szereplő feltételekkel egyenértékű megoldást elfogad. A közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában előírtakat nem kívánja módosítani.

5. Kérdés:

„2. ajánlati elem: betegágy melletti megfigyelő monitorrendszer kardiológiai őrzőbe vonatkozásában:

„A monitorrendszerhez kiírás szerint „Be-és kilégzési O₂ monitorozása, megjelenítése” valamint „Be-és kilégzési CO₂ monitorozása, kijelzése” szükséges. Mivel ki-és belégtett O₂ monitorozás csak géppel lélegeztetett beteg esetén használatos, és a lélegeztető gépek kivétel nélkül rendelkeznek ezzel a méréssel és a hozzá tartozó riasztással, kérem, fogadják el, CO₂ monitorozást O₂ monitorozás nélkül.”

5. Válasz:

Ajánlatkérő a technikai specifikációban szereplő feltételekkel egyenértékű megoldást elfogad. A közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában előírtakat nem kívánja módosítani.

6. Kérdés:

„3. ajánlati elem: betegágy melletti monitorrendszer, sebészeti ébredő és kiemelt megfigyelő helyiségbe vonatkozásában:

A monitorrendszer elemeitől elvárt a transzport funkció megléte. „Transzport alatt elvárt funkciók: min. 6” érintőképernyő, megjelenítendő görbék: (min. 3 görbe, HR, légzésszám, NIBP, SpO₂, 2xIBP, etCO₂ mellékáram), riasztás, adattárolás, min. 24 óra. A transzport funkció biztosítható transzport modullal, transzport monitorral vagy a monitorral, azonos kábelzettel”. Jól értjük-e, hogy a feladatot egy olyan, a fenti feltételeknek megfelelő monitorral is meg lehet valósítani, amely paciens kábele azonosak a megajánlott ágy melletti monitor paciens kábeleivel? Hány ilyen transzport monitorra van szükség a rendszerhez?”

6. Válasz:

Ajánlatkérő a technikai specifikációban szereplő feltételekkel egyenértékű megoldást elfogad. A közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában előírtakat nem kívánja módosítani.



SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerzési Igazgatóság

Igazgató

Dr. Ménesi Balázs

7.Kérdés:

„3. ajánlati elem: betegágy melletti monitorrendszer, sebészeti ébredő és kiemelt megfigyelő helyiségbe vonatkozásában:

A monitorrendszerhez kiírás szerint minimum 6 elvezetéses EKG kábelt kell szállítani, és ennek segítségével kell 12 elvezetéses EKG-t készíteni.

Kérem, fogadják el, hogy a 12 elvezetéses EKG-t 10 eres kábellel biztosítsuk. A kért 6 eres kábel segítségével 12 elvezetéses EKG -t két cég készüléke képes csak készíteni és ez erősen versenykorlátozó. További indoklás a 4. pontban.”

7.Válasz:

Ajánlatkérő a technikai specifikációban szereplő feltételekkel egyenértékű megoldást elfogad. A közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában előírtakat nem kívánja módosítani.

8.Kérdés:

„3. ajánlati elem: betegágy melletti monitorrendszer, sebészeti ébredő és kiemelt megfigyelő helyiségbe vonatkozásában:

A monitorrendszerhez kiírás szerint „Be-és kilégzési O₂ monitorozása, megjelenítése” valamint „Be-és kilégzési CO₂ monitorozása, kijelzése” szükséges. Mivel ki-és belégzett O₂ monitorozás csak géppel lélegeztetett beteg esetén használatos, és a lélegeztető gépek kivétel nélkül rendelkeznek ezzel a méréssel és a hozzá tartozó riasztással, kérem, fogadják el, CO₂ monitorozást O₂ monitorozás nélkül.”

8.Válasz:

Ajánlatkérő a technikai specifikációban szereplő feltételekkel egyenértékű megoldást elfogad. A közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában előírtakat nem kívánja módosítani.

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét és az ajánlat kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő összeállítását és benyújtását.

Kérem, hogy jelen kiegészítő tájékoztatás és a módosított közbeszerzési dokumentumok kézhezvételét fax fordultával a +36-1-210-9618 számon, vagy e-mailen a juszkune_kertesz.adrienn@semmelweis-univ.hu e-mail címen visszaigazolni szíveskedjenek.

Budapest, 2016. október 3.,



Tisztelettel;

Dr. Ménesi Balázs
beszerzési igazgató