



SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerzési Igazgatóság

Igazgató

Dr. Ménesi Balázs

Iktatószám: 12806- /GFIBSZI/2017.

Tárgy: Kieg. táj. nyújtása, közb. dok. mód. és
aj.tételi határidő meghossz.

Ügyintéző: Oláh Márta *ol*

Telefonszám: 1-210-9610/120

Validálta: Dr. Schäffer Kinga *sk*

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint Ajánlatkérő „**Altatógépek beszerzése a II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, a Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika, az Urológiai Klinika, valamint az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika részére**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része szerinti uniós értékhatár alatti eljárásrendben lefolytatásra kerülő, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján az alábbi **1. számú kiegészítő tájékoztatást nyújtja.**

Ajánlatkérő továbbá - figyelemmel a Kbt. 113. § (4) bekezdésében foglaltakra – a közbeszerzési **dokumentumok módosításáról is tájékoztatja** a Gazdasági Szereplőket.

A közbeszerzési dokumentumokban kizárólag a 2. részhez tartozó szakmai követelménytáblázat változott. Az egységes szerkezetbe foglalt módosítás – melyben korrektúrával kerültek átvezetésre az alábbi módosítások - az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, a <http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesi-eljarasok/aktiv-eljarasok/> oldalon érhető el.

A módosítás miatt az Ajánlatkérő - a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjára tekintettel - az **ajánlattételi határidő meghosszabbításáról is tájékoztatja** a Gazdasági Szereplőket a megfelelő ajánlattétel biztosítása érdekében.

Módosított ajánlattételi határidő: 2016. április 21. 11:00 óra.

Ajánlatok benyújtásának helye: Semmelweis Egyetem, Beszerzési Igazgatóság,
1091 Budapest, Üllői út 55. I. em.

„2. rész: Kősebészet projektrész – 1 db gyermek és újszülött aneszteziológiai munkaállomással” kapcsolatos kérdések:

1. Kérdés:

„A kiírás szerint: Gázbemenetek min. 4 db: Központi gáz: O2, SL4; Palackos gáz: O2, sűrített levegő.”

Az altatógépeken az O₂, N₂O és sűrített levegő (SL4) fali csatlakozások, valamint N₂O és O₂ tartalékgáz (palackos gáz) bemenetek szokásosak. Mivel ez esetben az altató munkaállomáshoz nem kérnek N₂O bemenetet, kérjük T. Kiíró, hogy a fali gázcsatlakozások megléte mellett fogadja el tartalék (palackos) gázbemenetként önmagában az O₂ csatlakozás meglétét.”

Válasz:

Ajánlatkérő a szakmai követelménytáblázatot az alábbiak szerint módosítja: „Gázbemenetek min. 3 db: Központi gáz: O₂, SL4; Palackos gáz: O₂.”

2. Kérdés:

„A kiírás szerint: Altatógáz elszívó rendszer, pótlevegő beállítási lehetőséggel túlszívás szabályozására.

Kérjük T. Kiíró, hogy erősítse meg: amennyiben automatikus pótlevegő-beszívás szabályozással rendelkezik a megajánlott készülék a túlszívás kiküszöbölése érdekében, nem szükséges a kézi pótlevegő beállítási lehetőség!”

Válasz:

Ajánlatkérő a szakmai követelménytáblázatot az alábbiak szerint módosítja: „Altatógáz elszívó rendszer a túlszívás megakadályozásával.”

3. Kérdés:

„A kiírás szerint: Tértfogatvezérelt SIMV+Nyomástámogatás (PS) és Nyomásvezérelt SIMV+Nyomástámogatás (PS) szükséges.

Kérjük T. Kiíró, fogadja el, ha a megajánlott készülék rendelkezik a „Nyomástámogatás” móddal, de ezt nem a „Tértfogatvezérelt SIMV” ill. „Nyomásvezérelt SIMV” módok kiegészítéseként kínálja, hanem önálló támogatott spontán lélegeztetési üzemmódként választható ki!”

Válasz:

Ajánlatkérő a szakmai követelménytáblázatot akként módosítja, hogy a „Tértfogatvezérelt SIMV+Nyomástámogatás (PS)” és „Nyomásvezérelt SIMV+Nyomástámogatás (PS)” sorokat törli.

4. Kérdés:

„A kiírás szerint: „Belégzési nyomás tartománya min. PEEP + 50 H₂Ocm”

Kérjük T. Kiíró, hogy amennyiben a megajánlott készülékben a belégzési nyomás nem függvénye az aktuálisan beállított PEEP értéknek, fogadja el megfelelő értéknek az 5-60 H₂Ocm belégzési nyomástartományt!”

Válasz:

Ajánlatkérő a szakmai követelménytáblázatot az alábbiak szerint egyértelműsíti: „P_{insp} min. 5-60 H₂Ocm.”

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét, és az ajánlat kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő összeállítását és benyújtását.

Budapest, 2017. április 13.

Tisztelettel



Dr. Ménesi Balázs
igazgató



Kapják: érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők

