

Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság
dr. Kiss Krisztina részre

Budapest
Üllői út 26.

Fax:
E-mail: kiss.krisztina@semmelweis-univ.hu

Tárgy: kiegészítő tájékoztatáskérés
Eljárás azonosítója: 2017/S 045-082190

Eljárás tárgya: „ESWL berendezés beszerzése.”

Tisztelt Ajánlatkérő!

Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció tanulmányozását követően az alábbi kérdéseink merültek fel, melyre adott válaszukkal kérjük, segítsék az ajánlattételt:

1. Jól értelmezzük-e, hogy az ajánlati dokumentáció VI. fejezet „Közbeszerzés műszaki leírás” műszaki követelmények alatt szereplő tulajdonság „A röntgenkészülék minél nagyobb röntgenernyővel rendelkezzen (a jobb tájékozódás érdekében)” előírt paramétere min. 9 cm helyett Ajánlatkérő min. 9 col (min. 22 cm) méretet vár el.
2. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy határozza meg az ajánlati dokumentáció VI. fejezet „A forgalmazó vállalja a klinikai kezelőszemélyzet ingyenes oktatását a készülék használatára, beleértve a sugárvédelmi oktatást is.” műszaki követelményben szereplő sugárvédelmi oktatás alatt milyen szintű oktatást vár el.
3. Jól értelmezzük-e, hogy az ajánlati dokumentáció VI. fejezet „A pályázó vállalja a készülék ingyenes telepítését és használatba helyezését is.” műszaki követelményben szereplő használatba helyezés alatt Tisztelt Ajánlatkérő a próbaüzemet érti.
4. Az ajánlati dokumentáció VI. fejezet „Közbeszerzés műszaki leírás” műszaki követelmények nem tartalmaz a berendezéshez szükséges páciens asztalt. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt erősítse meg, hogy az ajánlatnak a berendezéshez szükséges páciens asztalt is magában kell foglalnia.
5. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt adja meg, hogy az ajánlati dokumentáció 16. oldalán szereplő Felolvasólapon „Értékelési szempont: legalacsonyabb ár” meghatározás alatt található üres táblázatot (melyben a jótálláson kívül más meghatározás nem szerepel) milyen adattal kell kitölteni.