





# SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság  
Beszerzési Igazgatóság

Igazgató  
Dr. Ménesi Balázs

Iktatószám: 11268/12/GFIBSZI/2017.  
Tárgy: 2. sz. kiegészítő tájékoztatás megadása  
Ügyintéző: Kispál Dániel   
Telefonszám: +36-1-210-9610  
Fax: +36-1-210-9618  
Validálta: Dr. Schäffer Kinga 

## Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint Ajánlatkérő „Onkosebészeti eszközök (2 db műtőasztal és 2 db műtőlámpa 3 karos beépített kamerával) beszerzése a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére” tárgyában, közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része (uniós értékhatár alatti eljárásrend) szerint, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytat le, amelynek kapcsán az alábbi 2. sz. kiegészítő tájékoztatást nyújtja.

### 1. Kérdés:

A 2. kérdésre adott d) válasz azt jelenti, hogy kell még egy fali kontroll monitor. Ezt be kell építeni a falba vagy milyen tartóval gondolták felszerelni, hova és hogyan kell felszerelni?

### 1. Válasz:

A műtőt (mindkét műtőben az alaprajz hasonló) és a steril raktár helyiséget elválasztó fal ablaknyílásának bal oldalán, a steril raktár helyiségének terében a gipszkarton falon (falsíkon) vagy falban kell a "fali monitort" elhelyezni.

### 2. Kérdés:

A 12. kérdésre adott válaszban kérjük szíveskedjenek pontosítani, hogy mit jelent a külső és belső csatlakozási pont?

### 2. Válasz:

A műtő légtérben és az azon kívüli, a raktár helyiségben lévő csatlakozási pontokat értjük a kért külső és belső csatlakozási pontok alatt.

### 3. Kérdés:

14. kérdésre adott válasz:

Elfogadható-e, hogyha optikai kábel helyett vezeték nélkül oldjuk meg, hogy a beépített kamera képe a kontroll monitoron látható legyen?

Iroda: 1091 Budapest, Üllői út 55.  
Tel: 210-9610  
Fax: 210-9618



Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.  
Központi e-mail cím:  
[titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu](mailto:titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu)

### **3. Válasz:**

Nem, ajánlatkérő mérlegelte az adattovábbítás lehetséges formáinak előnyeit és hátrányait, és a jövőbeni feladatokat is figyelembe véve a legmegfelelőbbnek az optikai kábelen történő adattovábbítás látszik.

### **4. Kérdés:**

A 23. kérdésre nem kaptunk teljeskörű választ, ezért továbbra is szeretnénk kérni, hogy szíveskedjenek megadni, hogy milyen mennyezeti lemez van felszerelve, és mi a méretezése.

A válasz alapján a mennyezeti befűvőn lévő nyílás 16x16 cm. Ezen keresztül kell megoldani a műtőlámpa szerelését?

### **4. Válasz:**

A nyílás átmérője 16 cm-es és kör alakú, az új lámpát felszerelni a jelenlegi lámpa helyére kell, melyet I gerendák tartanak, az álmennyezet (befűvők) szükség szerinti megbontásának mértékét az ajánlattevő dönti el.

### **5. Kérdés:**

25. kérdésre adott válasz

A műtőlámpa kábelezésre nem volt szabvány, ezt a műtőlámpa teljesítményétől függően adták meg a gyártók. Kérjük szíveskedjenek pontosan megadni, hogy milyen kábel van kiépítve a műtőlámpa és a tápegység között.

### **5. Válasz:**

A kábel keresztmetszete 4 négyzetmiliméter.

### **6. Kérdés:**

33. kérdésre adott válasz

Szíveskedjenek megadni, hogy az audio/video rendszert hova gondolják elhelyezni?

### **6. Válasz:**

A műtőlámpa kívül a steril raktár átadó ablaka mellett, falon vagy falban van lehetőség a rendszert elhelyezni.

### **7. Kérdés:**

36. kérdésre adott válasz

Elfogadható-e vezeték nélküli adattovábbítás?

### **7. Válasz:**

Nem, értelmezésünk szerint a feltett kérdés megegyezik a jelen 2. sz. kiegészítő tájékoztató nyújtásban megfogalmazottakkal, a minden szempontból biztonságos adattovábbítást a tervezett optikai kábel biztosítja.

Tájékoztatom továbbá, hogy az 2. sz. kiegészítő tájékoztató elérhető a

<http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesi-eljarasok/aktiv-eljarasok/> oldalon az „Onkosebészeti eszközök (2 db műtőasztal és 2 db műtőlámpa 3 karos beépített kamerával) beszerzése a



**Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére”** tárgyi közbeszerzés eljárás megjelölés alatt. A megnyitás belépési jelszóval védett.

**A belépési jelszó: Műtőasztal2017**

Kérem, hogy jelen 2. sz. kiegészítő tájékoztatás kézhezvételét faxon a +36-1-210-9618 számon, vagy e-mailen a [kispa.daniel@semmelweis-univ.hu](mailto:kispa.daniel@semmelweis-univ.hu) e-mail címen visszaigazolni szíveskedjenek.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2017. április 03.

Tisztelettel,



**Dr. Ménesi Balázs**  
igazgató