



SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság
Beszerzési Igazgatóság

Igazgató
Dr. Ménesi Balázs

Iktatószám: 11240/ 4 /GFIBSZI/2017.
Tárgy: 1. sz. kiegészítő tájékoztatás
Ügyintéző: Dr. Molnár Gábor *GM*
Telefonszám +36-1-210-9610/119
Fax: +36-1-210-9618
Validálta: Dr. Schäffer Kinga *KS*

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint Ajánlatkérő „Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére” tárgyú, uniós eljárásrendben lefolytatásra kerülő, gyorsított, nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja:

1. Kérdés:

A 2. számú részajánlatban - Nagyfrekvenciás vágó-koagulátor endoszkópos felhasználásra - szakmai minimum követelmény a Softkoag, Forcedkoag.

Kérdésünk, hogy Ajánlatkérő elfogad-e a fent említett két koagulációs móddal megegyező, csak elnevezésében más (pulsation coagulation, mint softkoag és spraycoagulation mint forced koag.) koagulációs módokat?

1. Válasz:

Ajánlatkérő elfogad a szakmai minimum követelményben foglalt két koagulációs móddal megegyező, csak elnevezésében más (pulsation coagulation, mint softkoag és spraycoagulation mint forced koag.) koagulációs módokat.

2. Kérdés:

dokumentációt áttanulmányozva, annak Szakmai ajánlat fejezet 66. oldalán foglaltakkal kapcsolatban a következő Ajánlattevői felvilágosítási kérdéseket tesszük fel:

4. számú részajánlat Endoszkóposó automata tartozékok

Az előírt paraméterek oszlopban a következő szerepel:

„A készülék legyen felszerelve vegyszerpárolgás gőzeinek elszívására alkalmas kompresszorral és csőcsatlakozóval (min. 50 m³/h teljesítménnyel), a hálózati rendszerhez csatlakozást az ajánlatkérő készíti elő”

Kérjük T. Ajánlatkérőt konkrétan adja meg milyen eszköz és hova legyen beépítve vagy a készülék mellé szerelve annak biztosítására, hogy a vegyszertartályból történő esetleges vegyszerpárolgás gőzeit elszívják. Értelmezésünk szerint ezt a feladatot egy beépített ventilátor látja el, a leírásban szereplő kompresszor helyett.

Iroda: 1091 Budapest, Üllői út 55.
Tel: 210-9610
Fax: 210-9618



Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Központi e-mail cím:
titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu

KS *GM*

Az előírt paraméterek oszlopban a következő szerepel:

„Az ajánlat tartalmazza a hatékony és biztonságos üzemeltetéshez szükséges előszűrő rendszert, vízlágyító berendezést és vízmelegítő berendezést a helyi adottságok figyelem bevételeivel”

Kérjük T. Ajánlatkérőt erősítse meg, hogy az előszűrő rendszeren víz előszűrő rendszert ért, tovább azt, hogy a 3 készülék 1 közös helyiségben kerül telepítésre, így a megadott rendszer ki kell szolgálja mindhárom készüléket és ennek megfelelő kapacitással kell rendelkeznie?

Jól értelmezzük-e, hogy T. Ajánlatkérő a 3 készülék közös tartozékként előírja a hideg és meleg lágyvíz ajánlattevő által történő biztosítását?

2. Válasz:

A 3 készülék két különböző intézetben kerül telepítésre (2 db I. Sebészeti Klinika, 1 db Sürgősségi Belosztály Endoszkópia). Ajánlatkérő az előszűrő rendszeren természetesen víz előszűrő rendszert ért. Lágyvizet és melegvizet akkor szükséges biztosítani, ha a megajánlott készülék működéséhez ez szükséges.

3. Kérdés:

Az Önök, „Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése s Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti klinikája részére”, pályázati kiírásának 2. részének, műszaki előírására vonatkozóan az a kérdésem, hogy Önök nem írtak elő semmilyen kötelezően megajánlandó tartozékot. Az egyenlő elbírálás biztosítása érdekében javasoljuk ennek megadását! Szerintünk, az endoszkópos felhasználást feltételezve, minimum egy darab neutrális elektródára kábellel illetve egy darab kétpedálos lábkapcsolóra mindenképpen szükségük lenne.

3. Válasz:

Ajánlatkérő értelmezése szerint a kérdésben szereplő tartozék a vágóegység szerves részét képezi, ezért nem került külön előírásra kötelezően megajánlandó elemként a műszaki tartalomban. Amennyiben a T. Gazdasági Szereplő ezen tartozék pontos megnevezését kéri, az egy-egy darab neutrális elektróda kábellel, monopoláris endoszkóp kábel és kétpedálos lábkapcsoló legyen.

Budapest, 2017. április 24.

Tisztelettel:



Dr. Ménési Balázs
Dr. Ménési Balázs
beszerzési igazgató

Az I. számú kiegészítő tájékoztatást ellenjegyzem:

Dr. Schäffer Kinga
Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
Lajstromszám: 00275

dr. Schäffer Kinga
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00275

Levelezési cím: 1091 Budapest, Üllői út 55. I.em.
(Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság)
E-mail: schaffer.kinga@semmelweis-univ.hu