



# SEMMEIWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság  
Beszerzési Igazgatóság

Igazgató  
Dr. Ménesi Balázs

Iktatószám: 10179/ 8 /GFIBSZI/2017.  
Tárgy: 1. sz. kiegészítő tájékoztatás  
Ügyintéző: Dr. Molnár Gábor *[Signature]*  
Telefonszám +36-1-210-9610/119  
Fax: +36-1-210-9618  
Validálta: Dr. Schäffer Kinga *[Signature]*

## Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint Ajánlatkérő „Adásvételi szerződés endoszkópos terápiás és oktatási lehetőségek komplex fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére a Semmelweis Egyetemen” tárgyú, uniós eljárásrendben lefolytatásra kerülő, nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja:

### 1. Kérdés:

A fenti közbeszerzési eljárás műszaki specifikációját áttekintve az alábbi kérdésünk merült, fel, melyre várjuk szíves válaszukat.

A kiírásban az alábbi paraméter szerepel a duodenoszkópokra vonatkozóan:

Paraméter megnevezése	Előírt érték	Megajánlott érték
Levehető sapka a disztál végén	Igen	

Az általunk képviselt gyártó cég (Olympus) már évek óta nem forgalmaz olyan duodenoszkópot, melynek a disztális végén levehető sapka van.

A cég által jelenleg gyártott duodenoszkópok olyan műszaki megoldással készültek, melynél nincs szükség levehető sapkára a disztális végén.

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a fenti előírást törölje!

### 1. Válasz:

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás-kérésben foglaltaknak helyt ad, az eljárás keretében beszerzendő berendezések műszaki specifikációját ennek megfelelően módosítja és a módosítást átvezeti a Közbeszerzési Dokumentumok vonatkozó részében.

Budapest, 2017. április 18.

Tisztelettel:

*[Signature]*  
Dr. Ménesi Balázs  
beszerzési igazgató



Iroda: 1091 Budapest, Üllői út 55.  
Tel: 210-9610  
Fax: 210-9618



Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.  
Központi e-mail cím:  
[titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu](mailto:titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu)

*[Signature]*