



# SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerezési Igazgatóság

Igazgató

Dr. Ménesi Balázs

Tárgy: Válasz előzetes vitarendezési kérelemre

Iksz: 11240/ 16 /GFIBSZI/2017.

Ügyintéző: Dr. Molnár Gábor

Telefonszám: 210-9610/119

Validálta: Dr. Schäffer Kinga

## Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „*Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére*” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során 2017. április 24-én, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 80. § (1) bekezdése a) pontjában meghatározott határidőn belül az egyik érdeklődő gazdasági szereplő jelen levél mellékletét képező előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, amellyel kapcsolatos álláspontjáról Ajánlatkérő – a Kbt. 80. § (3) bekezdése szerinti határidőn belül – az alábbiakban tájékoztatja Ajánlattevőket.

## Ajánlatkérőnek a kérelemmel kapcsolatos álláspontja:

### 1. kérelmi elem:

Ajánlatkérő egyetért a T. Gazdasági Szereplővel abban, hogy az endoszkópmosó automata berendezésnek vezérléstől független paraméter monitorozó egységgel kell rendelkeznie.

Értelmezése szerint azonban „*az MSZ EN ISO 15883-4 szabványnak megfelelően, a hatékony fertőtlenítéshez szükséges, előírt paraméterek meglétét monitorozó egységgel rendelkezik.*” megfogalmazásba bele tartozik az is, hogy Ajánlatkérő az MSZ EN ISO 15883-4 szabvány 5.6. pontjában foglaltakat, tehát a **vezérléstől független** paraméter meglétét is előírja, ezért a szóban forgó előírást jelen kérelmi elem vonatkozásában **nem kívánja módosítani a felhívását.**

### 2. kérelmi elem:

Ajánlatkérő a 2. kérelmi elem tekintetében is egyetért a T. Gazdasági Szereplővel abban, hogy az endoszkópmosó automata berendezésnek ki kell elégítenie az MSZ EN ISO 15883-4 szabvány követelményeit.

Értelmezése szerint azonban a „*megajánlott áru rendelkezik az MSZ EN ISO 15883-4 szabványnak megfelelően a hatékony fertőtlenítéshez szükséges, előírt paraméterek meglétét*”

Iroda: 1091 Budapest, Üllői út 55.

Tel: 210-9610

Fax: 210-9618



Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.

Központi e-mail cím:

[titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu](mailto:titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu)

*monitorozó egységgel*” megfogalmazás azt is jelenti, hogy „*a megajánlott áru kielégíti a hatályos MSZ EN ISO 15883-4 szabvány követelményeit*”, az utóbbi megfogalmazás nem bír többletjelentéssel, ezért Ajánlatkérő a szóban forgó előírást **jelen kérelmi elem vonatkozásában nem kívánja módosítani a Közbeszerzési Dokumentumok Közbeszerzési Műszaki Leírásának (VI. Fejezet) a T. Gazdasági Szereplő által az előzetes vitarendezési kérelemben idézett részét (67. oldal).**

Az Ajánlattételi felhívás III.1.3. pontjában, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetében („Nyilatkozatminták”, 40. oldal) a 4. részben az MSZ EN ISO 15883-4 szabvánnyal összefüggésben benyújtandó igazolásnál „*Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód*” tekintetében adminisztratív okokból a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja helyett a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontra való hivatkozás szerepel, ezért Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás és Közbeszerzési Dokumentumok fent hivatkozott részeit az Ajánlati felhívást módosító hirdetmény (korrigendum) feladásával módosítja.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2017. április 27.

Tisztelettel:

  
**Dr. Ménési Balázs**  
igazgató



Kapják: Ajánlattevők

Melléklet:  
Előzetes vitarendezési kérelem

KL'

