



# SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság  
Beszerzési Igazgatóság

Igazgató  
Dr. Ménesi Balázs

Iktatószám: 10179/15/GFIBSZI/2017.  
Tárgy: III. sz. kiegészítő tájékoztatás  
Ügyintéző: Dr. Molnár Gábor *DM*  
Telefonszám: +36-1-210-9610/119  
Fax: +36-1-210-9618  
Validálta: Dr. Schäffer Kinga *SK*

## Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint Ajánlatkérő „Adásvételi szerződés endoszkópos terápiás és oktatási lehetőségek komplex fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére a Semmelweis Egyetemen” tárgyú, uniós eljárásrendben lefolytatásra kerülő, nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi, III. kiegészítő tájékoztatást nyújtja:

### 1. Kérdés:

Az Ajánlati dokumentáció 58. oldalán a 2. rész terápiás video-duodenoszkópot jelöl, azonban a műszaki specifikációt olvasva a video-duodenoszkóp és a dupla csatornás video-gasztroszkóp műszaki paraméterei keverednek, elírás történt:

„Dupla csatornás video-duodenoszkóp, amely kompatibilis a Fuji 2500 és VP-4450HD processzor alapú központi egységekkel „, műszaki követelmény kötelezően

Kérés: Kérjük javítani Terápiás video-duodenoszkópra, mert dupla csatornás video-duodenoszkóp nem létezik.

### 1. Válasz:

Ajánlatkérő javítja a dupla csatornás video-duodenoszkópot terápiás video-duodenoszkópra, így a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja.

### 2. Kérdés:

„Munkahossz: 1030 mm-1100 mm között” műszaki követelmény kötelezően előírt

Kérés: kérjük javítani 1030 – 1250mm közöttire, mert a video-duodenoszkópok munkahossza, a mélyebben fekvő vizsgálati terület miatt 1250mm hosszúnak kell lennie.

### 2. Válasz:

Ajánlatkérő a munkahossz előírást javítja, így a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja.

### 3. Kérdés:

„Munkacsatornák átmérői: min. 2,8 mm és min. 3,7mm” műszaki követelmény kötelezően előírt

Kérés: ez a duplacsatornás video-gasztroszkóp követelménye. A terápiás video-duodenoszkópok beavatkozásaihoz (pl stent betétel) szükséges egy, nagyobb munkacsatorna.

Kérjük javítani a következőre: munkacsatorna átmérő min. 4.2mm

### 3. Válasz:

Ajánlatkérő a munkacsatorna átmérő előírást javítja, így a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja.

### 4. Kérdés:

A következők is kötelezően előírt paraméterek, melyek nem a terápiás video-duodenoszkóp, hanem a dupla csatornás video-gasztroszkóp paraméterei:

Iroda: 1091 Budapest, Üllői út 55.  
Tel: 210-9610  
Fax: 210-9618



Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.  
Központi e-mail cím:  
[titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu](mailto:titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu)

*SK*

A terápiás video-duodenoszkóp oldalra tekintő, így más hajlítási irányokra és látómező irányra van szüksége.

Hajlíthatóság fel/le: min. 210°/90°

Hajlíthatóság jobb/bal: min. 100°/100°

Látómező iránya 0 fokos

Kérés: Kérjük javítani a következőkre:

Hajlíthatóság fel/le: min. 130°/90°

Hajlíthatóság jobb/bal: min. 110°/90°

Látómező: min. 100 fok (retro 5fok)

#### **4. Válasz:**

Ajánlatkérő a paramétereket javítja, így a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja.

Ajánlatkérő egyebekben tájékoztatja az érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy a módosított Közbeszerzési Dokumentumokat a **feladott korigendum megjelenésével egyidejűleg** küldi meg, illetve teszi közzé a honlapján.


Budapest, 2017. május 8.

Tisztelettel:



**Dr. Ménési Balázs**  
beszerzési igazgató

A III. számú kiegészítő tájékoztatást ellenjegyzem:

  
**Dr. Schäffer Kinga**  
felelős akkreditált közbeszerzési  
szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00275

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

**Lajstromszám: 00275**

**Levelezési cím:** 1091 Budapest, Üllői út 55. I.em.

(Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság)

**E-mail:** [schaffer.kinga@semmelweis-univ.hu](mailto:schaffer.kinga@semmelweis-univ.hu)