



SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság
Beszerzési Igazgatóság

Igazgató
Dr. Ménesi Balázs

Iktatószám: 11240/ 11 /GFIBSZI/2017.
Tárgy: 3. sz. kiegészítő tájékoztatás
és tájékoztatás korrigendum
feladásáról
Ügyintéző: Dr. Molnár Gábor *MG*
Telefonszám +36-1-210-9610/119
Fax: +36-1-210-9618
Validálta: Dr. Schäffer Kinga *SK*

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint Ajánlatkérő „Endoszkópos centrum felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája és I. sz. Sebészeti Klinikája részére” tárgyú, uniós eljárásrendben lefolytatásra kerülő, gyorsított, nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi, 3. számú kiegészítő tájékoztatást nyújtja:

1. Kérdés:

Az ajánlati Dokumentáció 53. oldalán az 1. rész műszaki követelményei között az alábbi kötelezően előírt követelmény olvasható az „Endoszkópos UH diagnosztikus berendezés dopplerrel” elnevezésű készülékre vonatkozóan:

„Közös billentyűzet a video endoszkópos torony központi egységével, (egy billentyűzetről mindkét egység vezérelhető)”

Kérdésünk: Egy toronyba épített endoszkópos ultrahang rendszer esetében is létezik az endoszkópos központi egységnek billentyűzete, amivel egy normál endoszkópos vizsgálat során tudunk elérni általános beállításokat és bizonyos funkciókat.

Elfogadható-e, az a készülék amelynél az ultrahangos endoszkópos vizsgálat közben változtatható, endoszkópos és ultrahangosképpel kapcsolatos funkciókat az ultrahangos központi egység billentyűzetéről és az endoszkópos vezérlő gombjairól lehet elérni. Az ultrahangos endoszkópos funkciókon túl az endoszkópos és ultrahangos kép közötti képernyőváltás, páciens adatok felvétele, fényszűrő funkció, zoom funkció, képküldés, mentés funkciók.

Ezáltal az endoszkópos központi egység billentyűzetét csak olyan funkciók elérésénél szükséges használni, amelyek csak az installációnál szükségesek, pl. óra-beállítás, intézmény nevének bevitele, szín beállítás. Installáció után az endoszkópos központi egység billentyűzete akár ki is köthető.

Iroda: 1091 Budapest, Üllői út 55.
Tel: 210-9610
Fax: 210-9618



Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Központi e-mail cím:
titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu

1. Válasz:

Elfogadható az a készülék, amelynél a vizsgálat során az endoszkópos és ultrahangos képpel kapcsolatos funkciókat az ultrahangos közös központi egység billentyűzetéről és az endoszkóp vezérlő gombjairól lehet elérni.

Budapest, 2017. május 3.

Tisztelettel:



Dr. Ménesi Balázs
beszerzési igazgató

Az III. számú kiegészítő tájékoztatást ellenjegyzem:

Dr. Schäffer Kinga
Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
Lajstromszám: 00275

dr. Schäffer Kinga
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Lajstromszám: 00275

Levelezési cím: 1091 Budapest, Üllői út 55. I.em.

(Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság)

E-mail: schaffer.kinga@semmelweis-univ.hu