



# SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerzési Igazgatóság

Igazgató  
Dr. Ménesi Balázs

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás nyújtása I.

Iksz: 6766-√/GFIBSZI/2017.

Ügyintéző: Dr. Kiss Krisztina

Telefonszám: 1-210-9610/123

Validálta: Dr. Farkas Dénes

## Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A „**Digitális mammográf beszerzése**” tárgyú közbeszerzési eljárás során a gazdasági szereplők az alábbi kiegészítő információkat kérték írásban, melyekre a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a tájékoztatást az alábbiakban adjuk meg:

### 1. Kérdés:

„Kérjük megerősíteni, hogy a dokumentáció Szakmai Ajánlat részében a Gantry/C-ív rész alatt szereplő „Szöget változtató kompressziós lap” minimum műszaki előírással egyenértékű flexibilis kompressziós lap is megajánlható, mivel ennek alkalmazásával az egész mell, beleértve az anteriorus rész egyenletes kompressziója szintén biztosítható.”

### Válasz:

Igen, a részében a Gantry/C-ív rész alatt szereplő „Szöget változtató kompressziós lap” minimum műszaki előírással egyenértékű flexibilis kompressziós lap is megajánlható.

### 2. Kérdés:

„Kérjük megerősíteni, hogy a jótállás keretében a kiszállási idő megadásánál a max. 24 órán a hibakeresés megkezdésének idejét érti Tisztelt Ajánlatkérő.”

### Válasz:

Igen, a jótállás keretében a kiszállási idő megadásánál a max. 24 órán a hibakeresés megkezdésének idejét érti Ajánlatkérő.

### 3. Kérdés:

„Kérjük megadni, hogy az Intézetben lévő, jelenleg használt munkaállomás informatikailag támogatja a DICOM szabványt.”

### Válasz:

Igen, a jelenleg használt munkaállomás informatikailag támogatja a DICOM szabványt.

### 4. Kérdés:

„Kérjük megerősíteni, hogy Ajánlatkérő a dokumentáció Szakmai Ajánlat részében Generátor rész Minimum műszaki elvárás “Áram-nagy fókusznál” paraméter alatt a röntgengenerátor maximális teljesítményéből IEC 60601-2-45 számú szabvány szerint származtatott értéket érti.”

### Válasz:

Igen, Ajánlatkérő a Generátor rész Minimum műszaki elvárás “Áram-nagy fókusznál”

Iroda: 1091 Budapest, Üllői út 55.

Tel: 210-9610

Fax: 210-9618



Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.

Központi e-mail cím:

[titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu](mailto:titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu)

paraméter alatt a röntgengenerátor maximális teljesítményéből IEC 60601-2-45 számú szabvány szerint származtatott értéket érti.

**5. Kérdés:**

*„Az eljárást megindító felhívásban szereplő szakmai ajánlat előírja a DICOM funkciók meglétét, de nem egyértelműsíti, hogy bármilyen PACS rendszerhez kellene az illesztést biztosítani. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt pontosítsa, hogy az ajánlattevőnek kell-e biztosítania a megajánlott berendezésekkel a meglévő PACS rendszerhez történő illesztést, illetve ha igen, akkor az intézmény milyen PACS rendszerrel rendelkezik. Milyen költségek merülhetnek fel ezzel kapcsolatban?”*

**Válasz:**

A jelenleg üzemelő Agfa Impax rendszerhez kell az illesztést biztosítani. Az ehhez szükséges kábelek rendelkezésre állnak, erről az oldalról plusz költség nem merül fel.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2017. május „18.”

Tisztelettel:



**Dr. Ménési Balázs**  
igazgató

melléklet: 2 db kiegészítő tájékoztatás kérés



**Tárgy: kiegészítő tájékoztatáskérés**  
**Eljárás tárgya: „Digitális mammográf beszerzése”**

Tisztelt Ajánlatkérő!

Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció tanulmányozását követően az alábbi kérdéseink merültek fel, melyre adott válaszukkal kérjük, segítsék az ajánlattételt:

1. Kérjük megerősíteni, hogy a dokumentáció Szakmai Ajánlat részében a Gantry/C-ív rész alatt szereplő „Szöveget változtató kompressziós lap” minimum műszaki előírással egyenértékű flexibilis *kompressziós lap* is megajánlható, mivel ennek alkalmazásával az egész mell, beleértve az anteriorus rész egyenletes kompressziója szintén biztosítható.
2. Kérjük megerősíteni, hogy a jótállás keretében a kiszállási idő megadásánál a max. 24 órán a hibakeresés megkezdésének idejét érti Tisztelt Ajánlatkérő.
3. Kérjük megadni, hogy az Intézetben lévő, jelenleg használt munkaállomás informatikailag támogatja a DICOM szabványt.
4. Kérjük megerősíteni, hogy Ajánlatkérő a dokumentáció Szakmai Ajánlat részében Generátor rész Minimum műszaki elvárás “Áram-nagy fókusznál” paraméter alatt a röntgengenerátor maximális teljesítményéből IEC 60601-2-45 számú szabvány szerint származtatott értéket érti.

1. Az eljárást megindító felhívásban szereplő szakmai ajánlat előírja a DICOM funkciók meglétét, de nem egyértelműsíti, hogy bármilyen PACS rendszerhez kellene az illesztést biztosítani. **Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt pontosítsa, hogy az ajánlattevőnek kell-e biztosítania a megajánlott berendezésekkel a meglévő PACS rendszerhez történő illesztést, illetve ha igen, akkor az intézmény milyen PACS rendszerrel rendelkezik. Milyen költségek merülhetnek fel ezzel kapcsolatban?**