

Tárgy: kiegészítő tájékoztatáskérés

Eljárás tárgya: „Digitális mammográf beszerzése”

Tisztelt Ajánlatkérő!

Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció tanulmányozását követően az alábbi kérdéseink merültek fel, melyre adott válaszukkal kérjük, segítsék az ajánlattételt:

1. Kérjük megerősíteni, hogy a dokumentáció Szakmai Ajánlat részében a Gantry/C-ív rész alatt szereplő „Szöveget változtató kompressziós lap” minimum műszaki előírással egyenértékű flexibilis *kompressziós lap* is megajánlható, mivel ennek alkalmazásával az egész mell, beleértve az anteriorus rész egyenletes kompressziója szintén biztosítható.
2. Kérjük megerősíteni, hogy a jótállás keretében a kiszállási idő megadásánál a max. 24 órán a hibakeresés megkezdésének idejét érti Tisztelt Ajánlatkérő.
3. Kérjük megadni, hogy az Intézetben lévő, jelenleg használt munkaállomás informatikailag támogatja a DICOM szabványt.
4. Kérjük megerősíteni, hogy Ajánlatkérő a dokumentáció Szakmai Ajánlat részében Generátor rész Minimum műszaki elvárás “Áram-nagy fókusznál” paraméter alatt a röntgengenerátor maximális teljesítményéből IEC 60601-2-45 számú szabvány szerint származtatott értéket érti.