



# SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság  
Beszerzési Igazgatóság

Igazgató  
Dr. Ménesi Balázs

Iktatószám: 17876/ <sup>LL</sup> /GFIBSZI/2017.  
Tárgy: 1. sz. kiegészítő tájékoztatás  
Ügyintéző: Dr. Molnár Gábor *GMZ*  
Telefonszám +36-1-210-9610/119  
Fax: +36-1-210-9618  
Validálta: Dr. Schäffer Kinga *SK*

## Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint Ajánlatkérő „Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika részére kardiológiai és radiológiai intervenciók, egyszer használatos eszközök, valamint egyszer használatos invazív kardiológiai ablációs és radiológiai szettek beszerzése” tárgyú, uniós eljárásrendben lefolytatásra kerülő, nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja:

### 1. Kérdés:

73 rész: Sheathek perifériás intervencióhoz: Sheath introducer 4-8F.

Kérdés: 110-125 cm hosszú introducereket kér az Ajánlatkérő?

### 1. Válasz:

110 cm és 125 cm között bármilyen hosszúságú terméket elfogadunk, beleértve az intervallum határait is.

### 2. Kérdés:

76 rész: Sheathek perifériás intervencióhoz: Sheath introducer 11F, 40-70 cm hosszú.

Kérdés: Elfogad-e Ajánlatkérő 30 illetve 80 cm introducert is?dokumentációt áttanulmányozva, annak

### 2. Válasz:

Nem, Ajánlatkérő 40 és 70 cm közötti hosszúságú introducereket fogad el.

### 3. Kérdés:

121 rész: Sheath radialis intervencióhoz:: Sheath introducer, 5-7F belső átmérő, 10 cm hossz.

Kérdés: Ajánlatkérő elfogad 7 illetve 13 cm-es radiális sheath introducert?

### 3. Válasz:

Nem, Ajánlatkérő 10 cm hosszú introducert fogad el.

#### **4. Kérdés:**

#### **Egyszer használatos szett**

Rész száma: 146

**„C” típusú Angio/Axiom tálca tartalma: (Mennyiség: 4000 db/év; Fedezeti egységár: 8950 Ft/db)**

- 1 db izolációs lepedő min. 210x290, két oldali nylon, 2 radialis és 1 femoralis nyílás
- 20 db 10x10 mm hajtogatott mullap
- 1 db tálca 250 ml-es
- 1 db 2 ml-es fecskendő (csavaros végkiképzés)
- 1 db 10 ml-es fecskendő (csavaros végkiképzés)
- 1 db 20 ml-es fecskendő (csavaros végkiképzés)
- 1 db local tű, 21 G min. 38 mm
- 1 db felszívó tű, 18 G min. 50 mm
- 1 db kétvégű vezető drót, 0,035” 180 cm, „J” vége 3 mm-es
- 1 db rtgcső védő fólia 75x80cm
- 1 db ólompajzs védő fólia min. 100x100 cm
- 2 db köpeny, steril – L

- 1 db izolációs lepedő min. 210x290, két oldali nylon, 2 radialis és 1 femoralis nyílás. Milyen alapanyagú, rétegszámú, anyagsűrűségű, megerősítésű izoláló lepedőre kér ajánlatot?

#### **4. Válasz:**

3 rétegű gyapjú filc, 120 \* 80 cm-es nedvszívó felülettel, 122 x 154 cm-es megerősített területtel  
Kék színű  
Két oldalon nylon 58 -58 cm szélességű.

#### **5. Kérdés:**

Rész száma: 146

- Kérjük pontosítani a 2 radiális, és 1 femorális nyílások elhelyezkedését, a nyílás alakját, és méretét.

#### **5. Válasz:**

2 Radiális – Ovális alakú - 12 x 7.6 cm  
Femorális – Kör alakú – 12 cm átmérőjű

#### **6. Kérdés:**

Rész száma: 146

- 1 db rtgcső védő fólia 75x80cm és 1 db ólompajzs védő fólia min. 100x100 cm. Gumirozott végű termékek legyenek?

#### **6. Válasz:**

Igen.

#### **7. Kérdés:**

Rész száma: 146

- 2 db köpeny, steril – L vonatkozásában kérjük megadni a termék műszaki specifikációját.

*Handwritten signature*

**7. Válasz:**

Körsteril egyszerhasználatos operációs kabát, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral vagy patenttal. Anyaga minimum 35 gramm/ m<sup>2</sup>, nem szőtt, latexmentes. Külső felszíne vízlepergető. Folyadék behatolásával szemben ellenálló, magas szintű komfortot biztosít, két nedvszívó papír törülközővel rendelkezik. Szín: kék vagy zöld.

**8. Kérdés:**

Rész száma: 146

- Az izolációs lepedő, és a rtgcső védőfólia vonatkozásában a megadott méretektől , negatív-kisebb, vagy pozitív - nagyobb irányú eltérés megengedett?


**8. Válasz:**

Rtgcső védő fólia: Igen, fel és lefele 10%-os eltérés egyik oldalon

Izolációs lepedő: Lefele nem, felfele max. 250 x 360 cm legyen


Budapest, 2017. június 29.

Tisztelettel:

  
**Dr. Ménesi Balázs**  
beszerzési igazgató



Az I. számú kiegészítő tájékoztatást ellenjegyzem:

  
**Dr. Schäffer Kinga**  
Felelős akkreditált közbeszerzési  
szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00275  
**dr. Schäffer Kinga**  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
**Lajstromszám: 00275**

**Levelezési cím:** 1091 Budapest, Üllői út 55. I.em.

(Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság)

**E-mail:** [schaffer.kinga@semmelweis-univ.hu](mailto:schaffer.kinga@semmelweis-univ.hu)

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*