



# SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság  
Beszerzési Igazgatóság

Igazgató  
Dr. Ménesi Balázs

Iktatószám: 17876/15/GFIBSZI/2017.  
Tárgy: 3. sz. kiegészítő tájékoztatás  
Ügyintéző: Dr. Molnár Gábor  
Telefonszám: +36-1-210-9610/119  
Fax: +36-1-210-9618  
Validálta: Dr. Schäffer Kinga

## Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint Ajánlatkérő „Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika részére kardiológiai és radiológiai intervenciók, egyszer használatos eszközök, valamint egyszer használatos invazív kardiológiai ablációs és radiológiai szettek beszerzése” tárgyú, uniós eljárásrendben lefolytatásra kerülő, nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja:

### 1. Kérdés:

Érdeklődni szeretnék, hogy a tender kapcsán a megajánlott termék(ek) 1-1 db mintapéldányát az ajánlattal együtt, július 14-én 10 óráig kell benyújtani?

### 1. Válasz:

Igen, a megajánlott termék(ek) 1-1 db mintapéldányát az ajánlattal együtt kell benyújtani.

### 2. Kérdés:

A műszaki specifikációban, a **135. részre** vonatkozóan az alábbi leírás szerepel:

7.5F 4 mm-es hűtött fejű ablációs katéter elektromágneses szenzorral, a hozzá tartozó térképező rendszer térítésmentes biztosításával
Összekötőkábel

A felolvasólapon ezzel szemben az alábbi szöveg szerepel, amely megegyezik a 134. részre vonatkozó specifikációs leírással.

<p><b>135. rész: Elektroanatómiai mapping elektródatételek és kiegészítők: 7,5F Rugós erőmérés elvén működő szöveti nyomóerőt megjeleníteni képes mágneses szenzorral ellátott katéter a hozzá tartozó térképező rendszer térítésmentes biztosításával</b></p>
--

nettó ajánlati ár (Ft/db)
---------------------------

Iroda: 1091 Budapest, Üllői út 55.  
Tel: 210-9610  
Fax: 210-9618



Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.  
Központi e-mail cím:  
[titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu](mailto:titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu)

Amennyiben a felolvasólap iratmintáján elírás történt, kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen módosítani az iratmintát a műszaki specifikációban foglaltak szerint, vagy tegye lehetővé az ajánlattevők számára annak javítását.

## **2. Válasz:**

A kérdéssel összefüggésben Ajánlatkérő intézkedett a Közbeszerzési dokumentumok módosításáról.

## **3. Kérdés:**

A 16. sorszámú (26. 27. 28. résszámú) **Monorail semicompliant ballonoknál** Ajánlatkérő a követelmények között az alábbiakat kéri:

„-rated burst pressure  $\geq 14$  atm (1,5 – 3,25 mm átmérőben)

-rated burst pressure  $\geq 18$  atm (1,2 mm átmérőben)”

Ennek ellenére az alábbi sorokban a ballonátmérő tartomány követelmény az alábbi:

26. rész: 2,0-2,25-2,50-3,00-4,00-4,50-5,00

27. rész: 2,0-2,25-2,50-2,75-3,00-3,25-3,50-4,00-4,50

28. rész: 2,5-3,00-3,50-4,00

Miután Ajánlatkérő az elvárt átmérő tartományban nem tart igényt a 2,00 mm-nél kisebb méretekre, ezért kérjük a követelményekben a 2,00 mm-nél alacsonyabb ballonokra vonatkozó rated burst pressure érték törlését.

## **3. Válasz:**

A kérdéssel összefüggésben Ajánlatkérő intézkedett a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Specifikáció módosításáról.

## **4. Kérdés:**

Közbeszerzési műszaki leírás – Specifikáció – 12. sorszám 22. számú rész – Aortabillentyű tágítására alkalmas karcsúsított ballon:

- A specifikációban T. Ajánlatkérő a Rated burst pressure  $\geq 8$  atm. (25 mm átmérőig) paramétert írja elő.

Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként minden más paraméterében a specifikációban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező „dog-bone” ballon, amely esetében a Rated burst pressure  $\geq 4$  atm. 25 mm-es ballonátmérőig?

## **4. Válasz:**

A kérdéssel összefüggésben Ajánlatkérő intézkedett a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Specifikáció módosításáról.

## **5. Kérdés:**

Közbeszerzési műszaki leírás – Specifikáció – 13. sorszám 23. számú rész – Aortabillentyű tágítására alkalmas nagynyomású ballon:

- A specifikációban T. Ajánlatkérő a kis átmérőjű bevezetés 14 mm átmérőig  $\geq 7$  Fr sheath paramétert írja elő.

Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként minden más paraméterében a specifikációban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező nagynyomású ballon,

amely esetében a bevezetés 14 mm átmérőig 7 Fr shaft méret mellett maximum 9 Fr introducer szetten keresztül valósítható meg?

**5. Válasz:**

A kérdéssel összefüggésben Ajánlatkérő intézkedett a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Specifikáció módosításáról.

**6. Kérdés:**

Közbeszerzési műszaki leírás – Specifikáció – 72. sorszám 144. számú rész – Bal pitvari fülcse percutan zárására alkalmas eszköz:

- A specifikációban T. Ajánlatkérő a következőket írja elő többek között:
  - a felvezető katéterbe előre illesztett
  - felvezető katéter 12 French külső átmérőjű, „sideport”-tal, hemosztatikus szeleppel felszerelt, distalis végén sugárfogó markerekkel

Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, olyan rendszer megajánlása, amely esetében az eszköz előre illesztett egy úgynevezett „loader” eszközbe, amely a bevezető rendszerhez csatlakoztatható, amelynek mérete az eszköz méretétől függően 12 Fr vagy 14 Fr és, amelynek distalis vége teljes mértékben sugárfogó?

**6. Válasz:**

A kérdéssel összefüggésben Ajánlatkérő intézkedett a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Specifikáció módosításáról.

Budapest, 2017. július 14.

Tisztelettel:

  
**Dr. Ménesi Balázs**  
beszerzési igazgató



Az 3. számú kiegészítő tájékoztatást ellenjegyzem:

**Dr. Schäffer Kinga**  
Felelős akkreditált közbeszerzési  
szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00275



**dr. Schäffer Kinga**

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

**Lajstromszám: 00275**

**Levelezési cím: 1091 Budapest, Üllői út 55. I.em.**

**(Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság)**

**E-mail: [schaffer.kinga@semmelweis-univ.hu](mailto:schaffer.kinga@semmelweis-univ.hu)**

