



SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerezési Igazgatóság

Igazgató
Dr. Ménesi Balázs

Iktatószám: 37312-*9*./GFIBSZI/2017.
Tárgy: Kbt. 56. § szerinti 1. számú
kiegészítő tájékoztatás
Ügyintéző: Czap Krisztina *Cz*
Validálta: Dr. Schäffer Kinga *SK*
Telefonszám: +36-1-210-9610/110
Fax: +36-1-210-9618

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő „*Lézerszipesz beszerzése a Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet részére*” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján az alábbi **1. számú kiegészítő tájékoztatást nyújtja:**

1. kérdés:

„Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya szerinti áru a gyártó minősítése szerint nem orvostechikai eszköz, hanem szakértők által használt kutatási eszköz, a megajánlott termék nem kell, hogy rendelkezzen CE tanúsítvánnyal. Az áru gyártója, mint jogi személy megfelel a legszigorúbb minőségi követelményeknek, rendelkezik ISO 9001:2000 és ISO 13485 tanúsítvánnyal. Ezen felül a megajánlott eszköz fejlesztése az alábbi EU irányelveknek megfelelően történt:

- Low Voltage Directive (2014/35/EU)
- EMC Directive (2014/30/EU)
- RoHS Directive (2011/65/EU)

Kérjük szíveskedjen megerősíteni, hogy amennyiben az eszközt a gyártó nem orvostechikai eszköznek minősíti, úgy a megajánlott eszköz esetén CE tanúsítvánnyal egyenértékűnek tekintik a gyártó ISO 9001:2000 és ISO 13485 tanúsítványát, valamint ajánlattevő nyilatkozatát a fenti EU irányelveknek való megfeleléséről, illetve gyártó nyilatkozatát arról, hogy a termék megfelel a műszaki leírás követelményeinek.

1. válasz:

Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a műszaki, szakmai alkalmasság köréből törlésre került a CE tanúsítvány előírása, melyre tekintettel ajánlatkérő módosítja ajánlati felhívását.

2. kérdés:

„A műszaki leírásban az alábbi szerepel:

„*Konfokális lézer pozicionálási pontossága legalább <25 nm.*”

A verseny biztosítása érdekében elfogadható-e egyenértékű megoldásként, ha ez az érték 100 nm?”

2. válasz:


Az ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a kérdésben megjelölt eltérést a verseny biztosítása érdekében elfogadja, tehát a küszöb paraméter 100 nm. Tekintettel arra, hogy ez az előírás értékelési szempont is, ajánlatkérő módosítja az ajánlati felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat.

A módosított ajánlati felhívás megjelenéséről tájékoztatni fogjuk a T. Gazdasági Szereplőket.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és az ajánlatnak a kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő összeállítását és benyújtását.


Budapest, 2017. augusztus 30.

Tisztelettel:


Dr. Ménesi Balázs
beszerzési igazgató



Az I. számú kiegészítő tájékoztatást ellenjegyzem:


Dr. Schäffer Kinga
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Dr. Schäffer Kinga
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó