



SE10364383

SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerezési Igazgatóság

Igazgató
Dr. Ménesi Balázs

Iktatószám: 763/2/GFIBSZI/2018.
(korábbi szám:
83169/GFIBSZI/2017.)
Tárgy: Kbt. 114. § (6) bekezdés szerinti
1. számú kiegészítő tájékoztatás
Ügyintéző: Dr. Molnár István
Validálta: Dr. Schäffer Kinga
Telefonszám: +36-1-210-9610/123
Fax: +36-1-210-9618

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő „*Elektromos kórházi ágy – matrac nélkül*” beszerzése a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika részére tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része 112. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján (figyelemmel a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseire) az alábbi **1. számú kiegészítő tájékoztatást nyújtja, valamint a gazdasági szereplőket tájékoztatja, hogy az ajánlattételi határidő meghosszabbításra került, illetve a gazdasági szereplőket tájékoztatja a közbeszerzési dokumentumok 1. sz. módosításáról.**

1. kérdés: „Ágyméret: Fekvőfelület mérete, legalább: 1980 x 900 mm. Ajánlatkérő elfogadja-e egy olyan ágy megajánlását, amelynél a fekvőfelület szélessége 870 mm (az eltérés kevesebb mint 3,5%)?”

1. válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a fekvőfelület szélessége **nem lehet** 870 mm, mivel a rendelkezésre álló matrac mérete 1980 x 900 mm, így kisebb fekvőfelület esetén a rendelkezésre álló matrac nem férne a beszerzendő kórházi ágyba.

2. kérdés: „Az ágy hosszában ¾-ig futó süllyeszthető vagy lehajtható oldalrácsok és Egy kézzel működtethető gázrugó rásegítéses oldalrácsok. Ajánlatkérő elfogadja-e olyan ¾-es, fém oldalráccsal rendelkező ágy megajánlását, amely kezelése egyszerű és biztonságos, de nem rendelkezik gázrugó rásegítéssel?”

2. válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a kérdésben megjelölt változtatást a verseny biztosítása érdekében **elfogadja.**

Tekintettel a fentiekre Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a fentiek vonatkozásában a dokumentáció 59. és 91. oldalán módosítja, azaz az „egy kézzel működtethető gázrugó rásegítéses oldalrácsok” műszaki minimumfeltételt a dokumentációból törli, a módosított dokumentációt a honlapon közzéteszi egyben az ajánlattételi határidőt **2018. január 17-én 10.00. órára** megváltoztatja. Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és az ajánlatnak a kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő összeállítását és benyújtását.

Budapest, 2018. január 05.

Tisztelettel:


Dr. Ménesi Balázs
beszerzési igazgató

Iroda: 1091 Budapest, Üllői út 55.
Tel: 210-9610
Fax: 210-9618



Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Központi e-mail cím:
titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu