



SE10364270

# SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerzési Igazgatóság

Igazgató  
Dr. Ménesi Balázs

**Iktatószám:** 763/4/GFIBSZI/2018.  
(korábbi szám:  
83169/GFIBSZI/2017.)

**Tárgy:** Kbt. 114. § (6) bekezdés szerinti  
2. számú kiegészítő tájékoztatás

**Ügyintéző:** Dr. Molnárfi István *W. Molnárfi*

**Validálta:** Dr. Schäffer Kinga *K. Schäffer*

**Telefonszám:** +36-1-210-9610/123

**Fax:** +36-1-210-9618

## Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő „*Elektromos kórházi ágy – matrac nélkül*” beszerzése a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika részére tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része 112. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján (figyelemmel a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseire) az alábbi 2. számú kiegészítő tájékoztatást nyújtja, valamint a gazdasági szereplőket tájékoztatja, hogy az ajánlattételi határidő meghosszabbításra került, illetve a gazdasági szereplőket tájékoztatja a közbeszerzési dokumentumok 2. sz. módosításáról.

**1. kérdés:** „Elektromos működtetés: alsó lábrcs állítás. Elfogadja-e az ajánlatkérő olyan ágy megajánlását, melynél az alsó lábrcs mechanikusan, több pozícióban állítható?”

**1. válasz:** Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy az alsó lábrcs mechanikus, több pozíciós állíthatóságát elfogadja. A fentiek alapján a közbeszerzési dokumentáció műszaki minimumkövetelményeinek releváns részét a dokumentáció 59. és 91. oldalán módosítja.

**2. kérdés:** „Az eljárást megindító felhívás dokumentum IV. fejezetének 4. pontjában, az érvényes ajánlat(ok) értékelési szempont szerinti értékelése részben a 4. és 5. részszempontra vonatkozó egyenes arányosítással értékelt szempont részben: Az értékelésre adható pontszám alsó határának meghatározása hibás. A dokumentumban foglaltak alapján a 4. és 5. értékelési szempontként értékelt paraméter megléte esetén a legkedvezőtlenebb ajánlat 0 pontot kap, annak ellenére, hogy többletfunkciót ajánl a minimum elváráshoz képest.

Kérjük ajánlattevőt, hogy a megadott képlethez tartozó értékelési pontszám alsó és felső határát 1-10 pontra módosítsa, biztosítva, hogy az értékelési szempontként meghatározott paraméter megléte esetén ajánlatkérők minimum 10, maximum 100 többletpontot kapjanak.”

**2. válasz:** Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a kérdésben megjelölt értékelésre adható pontszám alsó határát a Miniszterelnökség a közbeszerzési eljárás ellenőrzése során határozta meg. Az ajánlatokat Ajánlatkérő az értékelés során egyenes arányosítás módszerével, a közölt képlet alapján viszonyítja egymáshoz. A fentiek miatt Ajánlatkérő az értékelési pontszám alsó határát nem változtatja meg.

**3. kérdés:** „Jól értelmezzük, hogy az Összefoglaló Tájékoztató Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1) pontja alatt meghatározott „közbeszerzés tárgya szerinti elektromos kórházi

ágyak teljesítésénél” a pályázni kívánt Ajánlattevő által megajánlott típusra vonatkozóan kell szállítási referenciával rendelkezni?”

**3. válasz:** Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy nem az Ajánlattevő által megajánlott típusra vonatkozóan kell szállítási referenciával rendelkezni, hanem az eljárás tárgya szerint meghatározott, azzal műszakilag egyenértékű kórházi ágyra vonatkozóan kell a referenciában meghatározottakat teljesíteni.


**4. kérdés:** „Ajánlatkérő elfogadja e az ágyvégek tekintetében az egy mozdulattal kivehető műszaki paraméter megtartása mellett az olyan típusú ágyvéget mely nem csak műanyag, hanem alumínium és műanyag kombinációját vagy alumínium és compact hpl műanyag betétű kombinációt tartalmaz? Véleményünk szerint, tisztíthatóság, ellenállás, baktérium elleni bevonatának köszönhetően megegyező. Ezt a típust intenzív környezetben is használják.”

**4. válasz:** Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy az alumínium és műanyag kombinációját vagy alumínium és compact hpl műanyag betétű kombinációt tartalmazó ágyvéget figyelemmel a közbeszerzési dokumentáció műszaki minimumkövetelményeinek konstrukciós leírásában foglaltakra nem fogadja el. A fentiek mellett a következő indokok is szerepet játszanak Ajánlatkérő döntésében: a klinikával szerződésben álló takarítócég takarítási technológiája impregnált moppal történik, valamint praktikus ok az is, hogy könnyebben takarítható a levehető műanyag résmentes felületű ágyvég.

Tekintettel a fentiekre Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a fentiek vonatkozásában a dokumentáció 59. és 91. oldalán módosítja, azaz az a műszaki minimumkövetelmények – műszaki leírás – „Elektromos működtetés: háttámla, fekvőfelület magasság, felső lábrész, alsó lábrész” szövegrészből az alsó lábrész szövegrészt kiveszi és „Mechanikus működtetés: alsó lábrész” műszaki minimumfeltétel vonatkozásában a dokumentációt megváltoztatja, kiegészíti és a módosított dokumentációt a honlapon 2. számú módosítás néven közzéteszi egyben az ajánlattételi határidőt **2018. január 22-én 10.00. órára** megváltoztatja. Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és az ajánlatnak a kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő összeállítását és benyújtását.

**Budapest, 2018. január 11.**

Tisztelettel:

  
**Dr. Ménési Balázs**  
beszerzési igazgató

