



SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerezési Igazgatóság

Igazgató

Dr. Ménesi Balázs

Iktatószám: 2615/G/GFIBSZI/2018.
(korábbi szám:
92464/GFIBSZI/2017.)
Tárgy: Kbt. 114. § (6) bekezdés szerinti
2. számú kiegészítő tájékoztatás
Ügyintéző: Dr. Molnárfi István *M. I.*
Validálta: Dr. Schäffer Kinga *K. S.*
Telefonszám: +36-1-210-9610/123
Fax: +36-1-210-9618

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő „*Kutatási célú mikro bioreaktor berendezés*” beszerzése a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika részére tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része 112. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján (figyelemmel a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseire) az alábbi **2. számú kiegészítő tájékoztatást nyújtja, valamint gazdasági szereplőket tájékoztatja a közbeszerzési dokumentumok 1. számú módosításáról.**

Gazdasági szereplők az alábbi kérdéseket küldték meg:

1. kérdés: „Mit jelent pontosan a szerződés szövegében a 61. oldalon az 1.1 pontban említett orvosszakértői próbaüzem?”

1. válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy az orvosszakértői próbaüzem kifejezés nem található a dokumentációban. A kérdés nyilván az orvosszakmai próbaüzemre vonatkozik. Az orvosszakmai próbaüzem alatt a berendezés valamennyi rendeltetésszerű működési funkciójának kezelőszemélyzet általi kipróbálását, ellenőrzését, értékelését értjük.

2. kérdés: „Mit jelent pontosan az aktív közreműködés az orvosszakmai próbaüzem lebonyolításában? Telefonos és e-mail-es közreműködés elegendő.”

2. válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy az orvosszakmai próbaüzem alatti aktív közreműködés alatt nem feltétlenül személyes jelenlétet értünk. Telefonon állandóan elérhető kompetens szakértő, aki szükség esetén ésszerű időn (néhány órán) belül személyesen is meg tud jelenni a berendezés mellett, elfogadható.

Az e-mail-es közreműködés semmiképpen sem fogadható el.

3. kérdés: „A 62. oldalon a Fizetési feltételek 5.1. pontja anyacégünk szabályzata miatt nem elfogadható. Módosítható úgy a szerződés, hogy a leszállítás teljesítése után a teljes vételár 90%-a számlázható legyen és a fennmaradó 10% pedig a beüzemelés, technikai próbaüzem és betanítás után?”

3. válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy Ajánlatkérő a szerződéstervezetben foglaltak szerint tudja a fizetési kötelezettségét teljesíteni.

4. kérdés: „A beüzemelés, technikai próbaüzem és a betanítás történhet angol nyelven?”

4. válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy ha a Nyertes Ajánlattevő tolmács jelenlétét biztosítja a beüzemelés, a próbaüzem és a betanítás során akkor azok történhetnek angol nyelven is.

Iroda: 1091 Budapest, Üllői út 55.
Tel: 210-9610
Fax: 210-9618



Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Központi e-mail cím:
titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu

5. kérdés: „A korábban említett pályázattal kapcsolatban, a micro-Matrix berendezés nem biztos, hogy megfelel a 93/42/EEC direktívának, mivel ez nem egy kifejezetten orvosi eszközzel van szó (bár orvosi kutatásra kiválóan alkalmas). A kérdésem az lenne, hogy elfogadják-e alternatívaként egy másik direktívának való megfelelést?”

5. válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy alternatívaként elfogadja ha a megajánlott mikro bioreaktor berendezés az eredetileg megjelölt 93/42/EEC direktíva helyett a 2006/42/EEC direktívának felel meg.

Ajánlatkérő a dokumentációt a fentiek alapján módosítja.

A dokumentáció az alábbi helyeken került módosításra:

a 10. oldalon (Műszaki szakmai alkalmassági követelmények M2. pont):

a megajánlott áru megfelel a 93/42/EEC irányelvben vagy a 2006/42/EEC irányelvben foglaltaknak,

a 42. oldalon (Szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai alkalmasság igazolása, CE tanúsítvány)

a megajánlott áru megfelel a 93/42/EEC irányelvben vagy a 2006/42/EEC irányelvben foglaltaknak.


A módosított dokumentáció közzétételéről gondoskodunk.

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az ajánlattételi határidő továbbra is 2018. január 23-án 10.00. óra.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és az ajánlatnak a kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő összeállítását és benyújtását.

Budapest, 2018. január 16.

Tisztelettel:



Dr. Ménesi Balázs
beszerzési igazgató

