



SE10364102

# SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerzési Igazgatóság

Igazgató  
Dr. Ménesi Balázs

Iktatószám: 763/<sup>13</sup>/GFIBSZI/2018.  
(korábbi szám:  
83169/GFIBSZI/2017.)  
Tárgy: Kbt. 114. § (6) bekezdés szerinti  
3. számú kiegészítő tájékoztatás  
Ügyintéző: Dr. Molnárfi István  
Validálta: Dr. Schäffer Kinga  
Telefonszám: +36-1-210-9610/123  
Fax: +36-1-210-9618

## Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő „**Elektromos kórházi ágy – matrac nélkül**” beszerzése a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika részére tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része 112. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján (figyelemmel a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseire) az alábbi **3. számú kiegészítő tájékoztatást nyújtja, valamint a gazdasági szereplőket tájékoztatja, hogy az ajánlattételi határidő meghosszabbításra került, illetve a gazdasági szereplőket tájékoztatja a közbeszerzési dokumentumok 3. sz. módosításáról.**

**1. kérdés:** „Kérjük, a tisztelt ajánlatkérő választát, „alsó lábrész állítási min. 0-15°” helyett elfogadja-e „alsó lábrész állítási szög -16 - +11°”-ot, mely nagyobb, azaz 27°-os állítási tartományt jelent?”

**1. válasz:** Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy elfogadja az alsó lábrész állítási szögének gazdasági szereplő által megjelölt tartományát, azaz a -16 - +11°-ot. Ennek megfelelően a dokumentációt Ajánlatkérő **az 59. oldalon és a 91. oldalon módosítja.**

**2. kérdés:** „Az ajánlatkérő számára elfogadható-e az „Egy mozdulattal kivehető műanyag ágyvégek” helyett a „Kioldás után egy mozdulattal kivehető műanyag ágyvégek” paraméter, ugyanis az előírt MSZ EN 60601-2-52-es szabvány a kivétel idejét (maximum 15 másodperc) és a módját rögzíti (szerszám nélkül, 1 ember által is lehetséges). A megajánlani kívánt termék két, könnyedén nyitható kallantyúval rendelkezik, hogy az ágy mozgásakor az ágyvég rögzítése biztosítva legyen. Ezek oldása után az ágyvég egy mozdulattal kivehető?”

**2. válasz:** Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy elfogadja a kioldás után egy mozdulattal kivehető műanyag ágyvégek paramétert. Ajánlatkérő célja olyan ágy beszerzése amely egy ember által kezelhető. Ennek megfelelően a dokumentációt Ajánlatkérő **a 60. oldalon és a 91. oldalon módosítja.**

**3. kérdés:** „Kérjük pontosítását a „a beépített matracháló fekvőfelület oldalán” elvárásnak. Jól értelmezzük-e, hogy a matracháló a matrac rögzítését szolgálja és a „beépített matrachátároló a fekvőfelület oldalán”-t jelenti?”

**3. válasz:** Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy jól értelmezi azt, hogy a matracháló a matrac rögzítését szolgálja és a beépített matrachátároló a fekvőfelület oldalán-t jelenti.

**4. kérdés:** „Elfogad-e Tisztelt Kiíró más rögzítési megoldás megajánlását, azaz a háló helyett az ágy 4 sarkán lévő fix matrac tartót, amely oldalról is és fej-láb részről is rögzíti a matracot. Ez a stabil, matracot fixen tartó támasz, biztosítja, hogy a matrac semmilyen irányba ne mozdulhasson ki”.

**4. válasz:** Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy elfogadja a háló helyett a matrac négy sarkán lévő fix matractartót. A matrac rögzítési módja szakmailag irreleváns. Ennek megfelelően a dokumentációt Ajánlatkérő **a 60. oldalon és a 91. oldalon módosítja**.

**5. kérdés:** „Kérjük, az Ajánlatkérő válaszát, hogy elfogadja-e a „Fekvőfelület mérete legalább 1980x900 mm” követelményben esetén a kevesebb, mint 5%-os eltérést, azaz a „Fekvőfelület mérete legalább 2000x870 mm”-t?

**5. válasz:** Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy nem fogadja el a 2000x870 mm fekvőfelületi méretet figyelemmel arra, hogy a meglévő matracok nem férnének bele az ilyen fekvőfelület méretű kórházi ágyba.

**6. kérdés:** „Az ajánlatkérő szíves válaszát kérjük, hogy „a rögzíthető hevederhez kiképzés az ágykereten” paraméter esetén elfogadható-e az ágykerethez való rögzítés lehetősége, mely külön kiképzés nélkül is lehetséges”.

**6. válasz:** Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy elfogadja az ágykerethez való rögzítés lehetőségét, mely külön kiképzés nélkül is lehetséges. Ennek megfelelően a dokumentációt Ajánlatkérő **a 60. oldalon és a 91. oldalon módosítja**.

**7. kérdés:** „Elfogad-e az Ajánlatkérő a magasságállítás elvárt paraméternél +/- 10% eltérést? Amennyiben nem, úgy kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy legyen szíves orvos szakmailag megindokolni azt.”

**7. válasz:** Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy elfogadja a +/- 10%-os eltérést, azaz a magasságállítás 44-68 cm közötti lehetőségét.

Tekintettel arra, hogy a magasságállítás az értékelési szempontok 5. pontjában is szerepel, ezért a dokumentációt Ajánlatkérő **a 6. (értékelési szempontok), a 25. (felolvasólap), az 59. (szakmai leírás), a 64. (értékelés folyamata), a 68. (szerződéstervezet) és a 91. (műszaki minimumkövetelmények) oldalakon is módosította**.

Tekintettel a fentiekre Ajánlatkérő a dokumentációt megváltoztatja, kiegészíti és a módosított dokumentációt a honlapon **3. számú módosítás** néven közzéteszi.

Az ajánlattételi határidő **2018. január 29-én 10.00. óra**.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és az ajánlatnak a kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő összeállítását és benyújtását.

**Budapest, 2018. január 22.**

Tisztelettel:

  
**Dr. Ménési Balázs**  
beszerzési igazgató

