



SE10320472

SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerzési Igazgatóság

Igazgató

Dr. Ménesi Balázs

Iktatószám: 76314/GFIBSZI/2018.
(korábbi szám:
83169/GFIBSZI/2017.)

Tárgy: Kbt. 114. § (6) bekezdés szerinti
4. számú kiegészítő tájékoztatás

Ügyintéző: Dr. Molnárfi István *Moluf*

Validálta: Dr. Schaffer Kinga *KS*

Telefonszám: +36-1-210-9610/123

Fax: +36-1-210-9618

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő „*Elektromos kórházi ágy – matrac nélkül*” beszerzése a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika részére tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része 112. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján (figyelemmel a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseire) az alábbi 4. számú kiegészítő tájékoztatást nyújtja, valamint a gazdasági szereplőket tájékoztatja, hogy az ajánlattételi határidő meghosszabbításra került, illetve a gazdasági szereplőket tájékoztatja a közbeszerzési dokumentumok 4. sz. módosításáról.

1. kérdés: „Jól értelmezzük-e, hogy a pl. 42-68 cm magasságállítású paraméterű ágy megajánlásakor érvénytelen az ajánlat a fenti értékelési folyamat értelmében, annak ellenére, hogy a kiíráshoz képest (min. 44-68 cm) nagyobb/jobb a magasságállítás tartománya, mindamellett, hogy úgy gondoljuk, hogy szakmailag indokolatlan lenne a kedvezőbb paraméter érvénytelenítése? Kérjük szíveskedjenek részletezni, hogy mit jelent a min. 44-68 cm magasságállítás! Pl. lehet-e min. 44 cm-nél kedvezőbb, pl. min. 42 cm-es alsó tartományi értékkel érvényes ajánlatot tenni?”

1. válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a 44-68 cm magasságállítást olyan minimális műszaki követelmény melytől Ajánlatkérő minden kedvezőbb megajánlást elfogad. A kérdésre válaszolva 44 cm-es magasságállítástól kedvezőbb (ettől a számtól kisebb) megajánlást is elfogadja az Ajánlatkérő, ebből következően a 68 cm-es magasságállítástól kedvezőbb (ettől a számtól nagyobb) megajánlást is elfogadja.

A fentiek alapján a dokumentációt Ajánlatkérő a 64. oldalon módosítja és „az 5. értékelési szempont esetén a 44 cm alatti magasságállítást az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után” szövegrészt törli.

2. kérdés: „Amennyiben a fenti paraméter pl. 42-68 cm megajánlásával az ajánlat érvényes, úgy kérjük szíveskedjenek az ellentmondást feloldani a 64. oldalon lévő értékelési folyamatnál az 59. oldalon, valamint a 91. oldalon szereplő „magasságállítást min. 44-68 cm” előírt paraméternél?”

2. válasz: Ajánlatkérő az ellentmondást a 64. oldalon szereplő mondat törlésével feloldotta.

3. kérdés: „Fenti tárgyú pályázat 3. számú kiegészítő tájékoztatás 4. kérdésre adott válasz nem egyértelmű, mivel a kérdésben „az ágy sarkán lévő fix matrac tartó, amely oldalról is és

fej-láb részről is rögzíti a matracot” szerepel, míg a válaszban a „matrac 4 sarkán lévő fix matractartó” szerepel. Továbbá a módosított dokumentáció 60. oldalán a „Szakmai leírás”-ban „vagy a matrac négy sarkán lévő fix matractartó a fekvőfelület oldalán” elvárás van, míg a 91-dik oldalon a „Műszaki minimumkövetelmények”-ben „az ágy négy sarkán lévő fix matrac tartó a fekvőfelület oldalán” van. Kérjük a fenti elvárás egyértelművé tételét.”

3. válasz: Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a „matrac 4 sarkán lévő...” előírás elírás volt. A műszaki kívánalom az, hogy az ágy alkalmas legyen a matrac stabilizálására. Ezt azt jelenti, hogy irreleváns Ajánlatkérő számára, hogy a fix matrac tartó az ágy sarkain vagy az ágy oldalán van, a lényeg hogy a matracot az ágy stabilizálni tudja.

A fentiek alapján a dokumentációt Ajánlatkérő a **60. oldalon módosítja** és a „beépített matracháló (matrachatóró) vagy a matrac négy sarkán lévő fix matractartó a fekvőfelület oldalán” szövegrészt a „beépített matracháló (matrachatóró) vagy az ágyon levő fix matractartó a fekvőfelület oldalán” szövegrészre módosítja.

A **91. oldalon** a „beépített matracháló (matrachatóró) vagy a matrac négy sarkán lévő fix matractartó a fekvőfelület oldalán” szövegrészt az „beépített matracháló (matrachatóró) vagy az ágyon levő fix matractartó a fekvőfelület oldalán” szövegrészre **módosítja**.

4. kérdés: „Kérjük Tisztelt Ajánlatkérő szíves tájékoztatását, hogy a 3. számú kiegészítő tájékoztatásban (2018. január 22.) szereplő alsó lábrész módosított kiírását (-16° - +11°), mely mozgatási irányokra érti. Az alsó lábrész emelési szöge szokványosan, körülbelül 0-20°-ig terjed, a felső lábrész nyitási szögétől függően.”

4. válasz: Az alsó lábrész törhetőségének akkor van jelentősége, amikor a felső lábrész emeljük. Ha a felső lábrész emelkedik és ezzel egyidejűleg az alsó lábrész kevésbé emelkedik, azaz visszatörhető – ami Ajánlatkérő elvárása – ez negatív és pozitív fokokban is értelmezhető (megfogalmazás kérdése). A lényeg, hogy a fenti funkció mechanikusan kivitelezhető legyen.

Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy az alsó lábrész állíthatóságának számmal kifejezett értékét a dokumentációból törli és az **59., illetve a 91. oldalon** „alsó lábrész állíthatóságának lehetőségére” **módosítja**.

Tekintettel a fentiekre Ajánlatkérő a dokumentációt megváltoztatja, kiegészíti és a módosított dokumentációt a honlapon **4. számú módosítás** néven közzéteszi.

Az ajánlattételi határidő **2018. február 05-én 10.00. óra.**

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és az ajánlatnak a kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő összeállítását és benyújtását.

Budapest, 2018. január 29.

Tisztelettel:


Dr. Ménési Balázs
beszerzési igazgató

