



SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerzési Igazgatóság



SE10369442

Igazgató
Dr. Ménesi Balázs

Iktatószám: 9380-⁹.../GFIBSZI/2018.
Tárgy: 3. számú kiegészítő tájékoztatás
Ügyintéző: Laczi Viktória *R.N.*
Validálta: Dr. Schaffer Kinga *KS*
Telefonszám: +36-1-210-9610
Fax: +36-1-210-9618

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő „*PACS szoftver beszerzése és támogatás*” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része 81. §(1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján az alábbi **3. számú kiegészítő tájékoztatást nyújtja:**

1. kérdés:

„Kérjük erősítse meg az Ajánlatkérő, hogy az Ajánlattevőnek elegendő a HSM megosztásán elhelyezni a hosszútávú archívumot és az adatbázis mentéseket, melyet utána a HSM automatikusan lekezel és igény esetén erről a megosztásról ezt bármikor visszanyerheti.”

1. válasz:

Ajánlatkérő megerősíti. Elegendő az adatokat a HSM-en elhelyezni.

2. kérdés:

„Kérjük erősítse meg az Ajánlatkérő, hogy csak azon modalitások, munkaállomások és egyéb DICOM eszközök csatlakoztatását kéri a PACS rendszerhez, melyek rendelkeznek aktív DICOM SEND licenccel.”

2. válasz:

Ajánlatkérő megerősíti. A megfelelő licenccel rendelkező modalitások, munkaállomások és egyéb DICOM eszközök csatlakoztatását kérjük.

3. kérdés:

„Kérjük erősítse meg az Ajánlatkérő, hogy csak azon modalitások részére szükséges a munkalista szolgáltatás, melyek rendelkeznek aktív DICOM MWL SCU licenccel.”

3. válasz:

Ajánlatkérő megerősíti.

4. kérdés:

„Kérjük erősítse meg az Ajánlatkérő, hogy az archívum migrálásához az Ajánlattevő által szállított rendszer adatait beállítja, így a felvételek az adatbázis szerinti állapotban migrálhatók át.”

Iroda: 1091 Budapest, Üllői út 55.
Tel: 210-9610
Fax: 210-9618



Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Központi e-mail cím:
titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu

R.N.

KS

4. válasz:

Amennyiben a kérdés arra vonatkozik, hogy az adathelyes migráció megvalósítható-e abban a formában, hogy a szállításra kerülő rendszer a jelenlegi PACS rendszerben DICOM-node-ként felvételre kerül, és a képanyagok migrálása a két PACS rendszer között DICOM send metódussal történik, akkor a válasz igen. A szállított rendszer DICOM node-ként felvehető a jelenlegi rendszerben.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és az ajánlatnak a kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő összeállítását és benyújtását.


Budapest, 2018. március 10.

Tisztelettel:


Dr. Ménesi Balázs
beszerzési igazgató



A kiegészítő tájékoztatást ellenjegyzem
Dr. Schäffer Kinga
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
regisztrációs szám: 00275



Dr. Schäffer Kinga
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó