



SE10412436

# SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerzési Igazgatóság

Igazgató  
Dr. Ménesi Balázs

Iktatószám: 29959-<sup>12</sup>.../GFIBSZI/2018.  
Tárgy: Kbt. 56. § szerinti 1. számú  
kiegészítő tájékoztatás  
Ügyintéző: Czap Krisztina *ck*  
Validálta: Dr. Schäffer Kinga *ks*  
Telefonszám: +36-1-210-9610/110  
Fax: +36-1-210-9618

## Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő „*Embolektómiás katéterek, érprotézisek, carotis shunt és pericardium folt beszerzése*” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján az alábbi **1. számú kiegészítő tájékoztatást nyújtja:**

### 1. kérdés:

„Az ajánlati felhívás VI.3) pontjában Ajánlatkérő előírja a megajánlott részek vonatkozásában 1-1 db mintatermék benyújtását.

- Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy erősítse meg, hogy elfogadja a 3. rész esetében 1 db egyenes és 1 db Y-elágazású nem steril dacron alapanyagú műér mintatermék benyújtását.
- Továbbá kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy erősítse meg, hogy elfogadja a 4. rész esetében 1 db Polytetrafluoretilén (PTFE) alapanyagú, külső erősítésű, vékony falú műér nem steril mintatermék benyújtását.

Véleményünk szerint nem szükséges minden megajánlott méretből termékminta beadása, mert a benyújtandó 1-1 darab nem steril mintatermék vizsgálata során megállapítható a termékeknek az Ajánlatkérő által meghatározott minimális műszaki paramétereknek való megfelelése.”

### 1. válasz:

Az ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a megpályázni kívánt részek vonatkozásában tételenként szükséges 1 db tetszőleges mintapéldány benyújtása. Tehát a 3. rész esetén 1 db tetszőleges méretű dacron alapanyagú egyenes műér, és 1 db tetszőleges méretű dacron alapanyagú Y elágazású protézis benyújtását kérjük.

Továbbá ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a 4. részajánlat esetén 1 db tetszőleges méretű polytetrafluoretilén (PTFE) alapanyagú külső erősítésű, vékony falú műér benyújtását kérjük.

**Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a Közbeszerzési Dokumentumokat ennek megfelelően módosította.**

### 2. kérdés:

„Elfogad-e Ajánlatkérő 5. rész 2. tétele tekintetében 40 cm hosszúságú érprotézist 30 cm gyűrűs résszel?”

**2. válasz:**

Az ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy elfogadja az 5. rész 2. tétele tekintetében a 40 cm hosszúságú érprotézist 30 cm gyűrűs résszel.

**Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőt, hogy a Közbeszerzési Dokumentumokat ennek megfelelően módosította.**

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és az ajánlatnak a kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő összeállítását és benyújtását.

Budapest, 2018. május 11.

Tisztelettel:



**Dr. Ménési Balázs**  
közbeszerzési igazgató

Az 1. számú kiegészítő tájékoztatást ellenjegyzem:

  
**Dr. Schäffer Kinga**  
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
Irányítószám: 00275

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó