



SE10418494

**SEMMEIWEIS EGYETEM****Gazdasági Főigazgatóság**

Beszerzési Igazgatóság

Igazgató: Dr. Ménesi Balázs

Iktatószám: 16379- *20* /GFIBSZI/2018.  
Tárgy: Kbt. 56. § szerinti 3. számú  
kiegészítő tájékoztatás  
Ügyintéző: Gredics Éva  
Validálta: Dr. Schäffer Kinga  
Telefonszám: +36-1-210-9610/109  
Fax: +36-1-210-9618

### Tisztelt Részvételre Jelentkező!

A Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő „*Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése*” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része 90. § (1) bekezdése szerinti versenypárbeszéd közbeszerzési eljárás, második szakaszában a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján az alábbi **3. számú kiegészítő tájékoztatást** nyújtja:

#### 1. kérdés:

„Műszaki leírásban T. Ajánlatkérő “A mágnesből eltávolítható (a vizsgáló helyiségből kitolható), magasságában állítható betegvizsgáló asztal” várja el. Feltételezzük hogy Ajánlatkérő célja az, hogy a MR helységen kívül is megoldható legyen a betegek vizsgálatra történő előkészítése, és a vizsgálóba tolva őket, átfektetés nélkül is vizsgálhatóak legyenek.

Kérjük egyenértékű megoldásként elfogadni a mágnesből eltávolítható asztallapot, melyet egy magasságállítható nem ferromágneses kocsival az MR helységbe tolva az MR asztalra dokkolható úgy, hogy a beteg átfektetés nélkül is vizsgálható. Sőt egy következő asztallap megajánlásával az előző vizsgálattal egyidőben megtörténhet a betegek vizsgálatra történő előkészítése, jelentősen megnövelve a berendezés betegáteresztő képességét, amit egyéb gyártók csak egy második lecsatolható asztal elvárásával tudnának teljesíteni.”

#### 1. válasz:

Az ajánlatkérő tájékoztatja a T. Részvételre Jelentkezőt, hogy ajánlatkérő egyenértékű megoldásként elfogadja a mágnesből eltávolítható, az MR vizsgálóasztalához dokkolható asztallapot egy darab magasságában állítható nem ferromágneses kocsival együtt, amennyiben az a gyakorlatban is, azaz jelen telepítési körülmények (ti. elrendezés) mellett lehetővé teszi a beteg átfektetése nélküli vizsgálatkezdést.

Ajánlatkérő a második betegvizsgáló asztallap és/vagy koci megajánlását nem tartja szükségesnek.

## 2. kérdés:

„Műszaki leírásban T. Ajánlatkérő “Rendszeres szoftver upgrade, mely magában foglalhatja a méréseket vezérlő computer(ek), a hozzá tartozó rekonstruktor számítógép(ek), valamint a képfeldolgozó munkaállomás(ok) cseréjét (pl. DV25 Continuum Pak, Syngo MR E11 upgrade vagy SmartPath to Release 5) legfeljebb 3 évente” várja el.

Kérjük megerősíteni, hogy a előírt rendszer, és leletező szoftver verzió upgrade-k során, számítógépek cseréje csak a gyári ajánlások esetén szükséges!”

## 2. válasz:

Az ajánlatkérő tájékoztatja a T. Részvételre Jelentkezőt, hogy ajánlatkérő a későbbi szoftver upgrade-ek során csak akkor várja el a számítógépek cseréjét is, ha az a gyártói ajánlásokban szerepel. Amennyiben az új szoftver a gyártó nyilatkozata (termékleírása) szerint nem támaszt olyan hardver követelményeket, melyeket az upgrade pillanatában meglévő számítógépek nem tudnak teljesíteni, nem szükséges azok cseréje a szoftver upgrade mellett.

## 3. kérdés:

„Műszaki leírásban T. Ajánlatkérő “Szélesebb körű upgrade maximum 6 év üzemidőt követően (pl. Signa Explorer Lift, Avanto Fit, vagy SmartPath to dStream)” várja el. Az említett példák valóban egy szélesebb körű upgrade-t jelentenek, ahol a berendezés teljesen megújul, és “életciklusa újraindul”. Ára is egy Új MR berendezéshez mérhető. Azonban nem jósolható /számítható előre, hogy a jelen tender keretében megajánduló berendezésekre fognak-e a gyártók hasonló upgrade-t kifejleszteni, így elképzelhető, hogy a jelen tenderben nyertes ajánlattevő nem tud ilyen upgrade-t felajánlani. Kérjük T. Ajánlatkérőt, az említett versenytorzító hatások miatt törölje ezen elvárását!”

## 3. válasz:

Az ajánlatkérő tájékoztatja a T. Részvételre Jelentkezőt, hogy ajánlatkérő a hat év üzemidő utáni szélesebb körű upgrade feltételeiről, az elvárás esetleges törléséről a versenypárbeszéd szakaszban kíván egyeztetni a részvételre jelentkezőkkel.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és a megoldási javaslatnak a kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő összeállítását és benyújtását.

Budapest, 2018. június 5.

Tisztelettel:

  
**Dr. Ménesi Balázs**  
beszerzési igazgató

A 3. számú kiegészítő tájékoztatást ellenjegyzem:

  
**Dr. Schäffer Kinga**  
Felelős akkreditált közbeszerzési  
szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00275

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

