




SEMMELWEIS EGYETEM

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

a

**„Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60
hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése”**
tárgyú, a Kbt. Második Része szerinti versenypárbeszéd közbeszerzési eljárás
ajánlattételi szakaszához

Az ajánlattételi felhívást és közbeszerzési dokumentumokat ellenjegyzem:


..... Felelős akkreditált közbeszerzési szakértő
Dr. Schäffer Kinga Lajstromszám: 00275
felelős akkreditált közbeszerzési szakértő
Lajstromszám: 00275
Levelezési cím: 1091 Bp., Üllői út 55.
E-mail: schaffer.kinga@semmelweis-univ.hu

2018.

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés	
I. Fejezet	Ajánlattételi felhívás
II. Fejezet	Útmutató az ajánlat elkészítéséhez
III. Fejezet	Nyilatkozatminták
IV. Fejezet	Tájékoztató a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
V. Fejezet	Közbeszerzési műszaki leírás
VI. Fejezet	Szerződéstervezet

BEVEZETÉS

A Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő, a „**Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése**” tárgyában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Rész 90. § (1) bekezdésére tekintettel uniós eljárásrendben versenypárbeszéd közbeszerzési eljárást folytat le.

A megfelelő ajánlat benyújtásának elősegítése érdekében a jelen közbeszerzési dokumentumokat bocsátjuk az ajánlattevők rendelkezésére.

A közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az ajánlat elkészítéséhez szükséges előírásokat, formai követelményeket, nyilatkozatmintákat, továbbá az ajánlattételi felhívásban megadott információk, feltételek részletesebb ismertetését.

Felhívjuk a figyelmüket a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, miszerint

„Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -

- a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,*
- b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,*
- c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés]”.*

Felhívjuk a figyelmüket a Kbt. 91. § (2) bekezdésében foglaltakra, miszerint

„A párbeszédben részvételre önállóan felhívott ajánlattevők közösen nem nyújthatnak be megoldási javaslatot vagy tehetnek ajánlatot.”

Kérjük, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozzák át a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat, és az ajánlatukat a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint állítsák össze, **bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési törvény által lehetővé tett „kiegészítő tájékoztatás” kérés lehetőségével.**

Bízunk abban, hogy megfelelő ajánlatok kerülnek benyújtásra, biztosítva a számunkra legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának lehetőségét.

I. FEJEZET

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

(ajánlattételi szakasz)

I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon/fax száma:

Név: Semmelweis Egyetem

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.

Tel: 459-1500

Fax: 210-9618

Az ajánlatkérő típusa: **Központi szintű**

Az ajánlatkérő tevékenységi köre: **Oktatás, Egészségügy**

Az ajánlatkérő **nem** más ajánlatkérők képviselőjében folytatja le az eljárást.

II. Kapcsolattartási pont, ahol a további információk és az ajánlattételi dokumentáció beszerezhető:

Név: Semmelweis Egyetem Gazdasági Főigazgatóság, Beszerzési Igazgatóság

Cím: 1091 Budapest, Üllői út 55. I. em.

Tel: 210-9610/109

Fax: 210-9618

E-mail: gredics.eva@semmelweis-univ.hu

III. Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra és közzétételének napjára:

2018/S 040-086861, az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent: 2018. február 27. napján.

IV. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetőségének helye:

A közbeszerzési dokumentumok **KardMR2018** jelszó segítségével a következő helyről érhetők el:

<http://semmelweis.hu/beszerzes/2018/02/27/kardiovaszkularis-mr-vizsgalo-berendezes-12-honap-jotallással-es-ezt-kovetoen-60-honap-atalanydijas-javitas-karbantartas-beszerzese/>

V. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alátámasztására a Kbt. 69. § szerint benyújtandó igazolások meghatározása, valamint az ajánlathoz csatolandó azon nyilatkozatok, dokumentumok meghatározása, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állására és az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető – illetve az ajánlatkérő erre vonatkozó döntése alapján az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb – ajánlattevő köteles csatolni az ajánlatkérőnek az eljárás eredményéről szóló döntését megelőző felhívására.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Az ajánlatkérő a gazdasági szereplő által a részvételi jelentkezésben és ajánlatában benyújtott igazolásokat figyelmen kívül hagyja. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőt az ajánlatkérő azonban nem hívja fel a korábban már benyújtott igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be, és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok érvényesítését írta elő.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni, figyelemmel a rendelet 12-16. §-aiban foglaltakra is.

A Kbt. 87. § (5) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek az ajánlathoz nem kell csatolni azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, amelyeket a részvételi jelentkezéséhez már csatolt, kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás vagy nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak bizonyítására.

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1) A 321/2015. (X. 30.) K. r. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb a közbeszerzés tárgya (kardiovaszkuláris MR berendezés) szerinti ismertetését tartalmazó, a 321/2015. (X.30.) K. r. 22. § (1) bek. szerinti referenciaigazolás(ok) vagy nyilatkozat(ok) a 321/2015. (X.30.) K. r. 22. § (2) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal:

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a szállítás tárgya, valamint az ellenszolgáltatás összege,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján az ajánlattevő által megajánlott termék vonatkozásában külső akkreditált szervezet által kiállított CE tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű intézkedések bizonyítékai a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9 §. (2) bekezdésében foglaltak szerint (gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az orvostechikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítványt).

M3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján azoknak – a teljesítésbe bevont – szakembereknek (szervezeteknek), a megnevezése,

képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni. A szakember rendelkezésre állására vonatkozó nyilatkozata, valamint a szakemberek képzettségének, végzettségének igazolására szolgáló okirat(ok) egyszerű másolata, továbbá a szakember által aláírt szakmai önéletrajza.

M4) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján részvételre jelentkező mutassa be a szervizhálózatát és nyilatkozzon arról, hogy rendelkezik diszpécserközponttal, amely 24 órás ügyeletet tart és képes a beérkező hibabejelentések fogadására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmos az ajánlattevő, ha rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített legalább 1 db, egészségügyi intézménytől származó, kardiovaszkuláris MR berendezés szállítására vonatkozó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával, amelynek értéke eléri legalább a nettó 280.000.000 Ft-ot. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya 1 db kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés beszerzése, így ajánlatkérő mennyiségi értéket nem tud meghatározni a Kbt. 65. § (5) bekezdésére tekintettel.

M2) Alkalmos az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a megajánlott termékre vonatkozó érvényes CE tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű intézkedések bizonyítékaival a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9 §. (2) bekezdésében foglaltak szerint (gyártói megfelelési nyilatkozattal és - ha az orvostechikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelési értékelési tanúsítvánnyal).

M3) Alkalmos az ajánlattevő, ha rendelkezik 2 fő szervizmérnökkel, aki villamos mérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint MR berendezés javításában és/vagy karbantartásában minimálisan 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M4) Alkalmos az ajánlattevő, ha rendelkezik szervizhálózattal és 24 órás ügyeletet tartó és a hibabejelentések fogadására képes diszpécserközponttal.

Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bekezdésében, a 22. § (5), és a 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

VI. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2018. november 19. (hétfő) 10:00 óra.

VII. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:

Az ajánlatot személyesen vagy postai úton nyújthatók be az alábbi címen:

Simmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság, Magyarország, 1091 Budapest, Üllői út 55. I. em.

A borítékon/csomagon fel kell tüntetni:

- az ajánlattevő nevét és címét,

- a benyújtás címét: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság, 1091 Budapest, Üllői út 55. I. em.

- a következő feliratokat: „**Ajánlat – Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése**”, „**Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!**”

A postai úton benyújtani kívánt ajánlat kapcsán az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatot a Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság, 1091 Budapest, Üllői út 55. I. em. címre kell címezni!

VIII. Magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: nem

A közbeszerzési eljárás nyelve: magyar.

Az eljárás során mindennemű közlés, beleértve a párbeszédet magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.

Az ajánlat nyelve: magyar.

Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős magyar fordítása is benyújtandó.

IX. Az ajánlatok felbontásának ideje és helye, valamint az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

ideje: 2018. november 19. (hétfő) 10:00 óra

helye: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság, 1091 Budapest, Üllői út 55. I. em., tárgyaló

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.

X. Az ajánlati kötöttség időtartama:

A versenypárbeszéd eljárásban az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához az eljárás harmadik, ajánlattételi szakaszának ajánlattételi határidejétől van kötve. A Kbt. 94. § (5) bekezdése alapján:

„Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik. Az ajánlati kötöttség időtartamát az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban nem határozhatja meg annak kezdetétől számított harminc napnál későbbi időtartamban.”

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 94. 0 (6) bekezdésére:

„Versenypárbeszéd esetében az ajánlattevő ajánlati kötöttsége azzal az eltéréssel érvényesül, hogy az ajánlatkérőnek szükség esetén lehetősége van arra, hogy a szerződés egyes nem lényeges feltételeit a nyertesként megnevezni kívánt ajánlattevővel egy tárgyaláson pontosítsa. Ezek a pontosítások nem torzíthatják a versenyt és nem sérthetik a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét.”

XI. Az ajánlathoz – a fentiekben előírtakon túlmenően - csatolni kell az alábbiakat:

1. Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék.
2. Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólap, a 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal
3. Tételes árajánlat
4. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) alapján
5. Ajánlattevői nyilatkozat a részvételi, illetve párbeszéd szakaszban tett nyilatkozatokról
6. Nyilatkozat a bizalmas adatkezelésről
7. Nyilatkozat idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben)
8. Nyilatkozat az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatról
9. Nyilatkozatot üzleti titokról
10. Nyilatkozat a szerződéses feltételekről
11. Szakmai ajánlat
12. Műszaki követelménytáblázat
13. Kizáró okok fenn nem állásának igazolásai
14. Alkalmasság igazolásai

XII. Egyéb információk:

1. Az ajánlattevő – az ajánlat benyújtásával összefüggésben, a megfelelő ajánlat érdekében - a Kbt. 56. § alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban, a Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság 06-1-210-9618 telefonszámára küldött fax útján, vagy elektronikus úton, a gredics.eva@semmelweis-univ.hu címre küldött e-mailben. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton küldi meg az ajánlattevőnek legkésőbb az ajánlat benyújtásának határideje lejárta előtti hatodik napon. Az ajánlatot cégszerűen aláírva, 1 (egy) darab lezárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagolásra rá kell írni: „**Ajánlat – „Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése”**”, „**Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!**”
2. Az ajánlatot 1 db eredeti példányban kell nyomtatott formában, papíralapon benyújtani. A papír alapú ajánlat eredeti példányával mindenben megegyező elektronikus másolati példányát CD vagy DVD lemezen, vagy más általánosan elfogadott és ismert adathordozón, PDF formátumban is be kell nyújtani.
3. Az ajánlat eredeti példányát lapozhatóan össze kell fűzni. Az ajánlatot oldalszámozással kell ellátni, az oldalszámozás eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészíti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. Az ajánlatnak az elején

tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus formában, illetőleg a papír alapon benyújtott ajánlat tartalmában és formájában egymással mindenben megegyezik.

4. Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az e jogosultságot igazoló dokumentumokat, amennyiben azok a részvételi jelentkezésben, megoldási javaslatban nem kerültek csatolásra, az ajánlatban csatolni kell (aláírási címpéldány, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta vagy meghatalmazás) – az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézzel kell ellátni. Amennyiben az ajánlatok csomagolása nem az előírtaknak megfelelően történik, vagy a felirat nem megfelelő, ez nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban ajánlattevő kockázata, amennyiben az ajánlat nem kerül felbontásra, vagy elírányítják.
5. Az ajánlatokat postán vagy személyesen kell benyújtani, személyes kézbesítés esetén hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00 óráig, pénteken 09:00-13:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi határidőig.
6. Az ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
7. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kbt. 138. § (2) bekezdése szerint az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
8. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

9. Az ajánlatkérő javasolja, hogy a gazdasági szereplők ajánlatuk összeállítását – különös tekintettel ajánlati áruk meghatározását – megelőzően tájékozódjanak a teljesítés helyén az adózásra, a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossgal élők esélyegyenlőségére irányadó feltételekről. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat [Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdés].

10. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. november 7.

II. FEJEZET

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

1. A közbeszerzési dokumentumok

Az ajánlat elkészítéséhez szükséges információkat/előírásokat, a benyújtás feltételeit, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét, a nyilatkozatmintákat, a szerződés tervezetét és a beszerzés tárgyának leírását (közbeszerzési műszaki leírás) a közbeszerzési dokumentumok, és az ajánlattételi felhívás tartalmazzák.

Az ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumokban foglalt információkat bizalmasan kezelni. Harmadik fél részére információ kizárólag olyan mértékben adható, amely az ajánlat elkészítéséhez feltétlenül szükséges.

A közbeszerzési dokumentumok, azok egyes részei, vagy a közbeszerzési dokumentumok másolati példányai, illetve azok részei kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatóak fel.

Ennek teljesítéséről az ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban megadottak szerint, írásban nyilatkoznia kell.

Az ajánlattevő köteles ellenőrizni, hogy a közbeszerzési dokumentumok tartalmukban megfelelőek-e a tartalomjegyzék szerinti tartalomnak. Bármely eltérést vagy hiányt az ajánlattevőnek haladéktalanul írásban jeleznie kell. Amennyiben ezt elmulasztja, az ajánlat beadását követően már nem hivatkozhat arra, hogy bármely, a tartalomjegyzékben szereplő információ nem volt a részére elérhető.

2. Az ajánlat költségei

A dokumentumok átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.

3. Kiegészítő tájékoztatás

Az ajánlattevő - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlat tétel érdekében - a Kbt. 56. § alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban, a Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság 06-1-210-9618 telefonszámára küldött fax útján, vagy elektronikus úton, a gredics.eva@semmelweis-univ.hu címre küldött e-mailben. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton küldi meg az ajánlattevőnek a Kbt. 56. §-ának megfelelően a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő előtti hatodik napon.

Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentumok részévé válnak, az ajánlattevő köteles az ajánlatát ezen információk figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.

Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, köteles az ajánlat benyújtásának határidejét meghosszabbítani.

4. A közbeszerzési eljárás és az ajánlat nyelve

A közbeszerzési eljárás nyelve: magyar.

Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen

más nyelven nem fogadható el.

- Az ajánlat nyelve: magyar.

Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt benyújtandó annak magyar nyelvű egyszerű fordítása is. A fordítás helyességéért az ajánlattevő felel.

Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. (Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján).

5. A benyújtandó iratok eredetisége

A benyújtandó dokumentumok az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint benyújtott nyilatkozatának kivételével - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. Eredeti példányban kell azon dokumentumokat benyújtani, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak.

6. Aláírássra jogosult személy(ek)

Az ajánlatban lévő minden - az ajánlattevő vagy kapacitást nyújtó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén – joghatás kiváltására alkalmas módon – alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében az ajánlattevő és kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát (hiteles cégaláírási nyilatkozatát) vagy aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták (kivéve természetes személyek esetén).

Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő és kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőnek felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.

Amennyiben az ajánlattevő vagy kapacitást nyújtó szervezet olyan formában működik, ahol nem szükséges aláírási címpéldány vagy aláírás-minta készítése, úgy kérjük az aláíró fél nyilatkozatát erre vonatkozóan, valamint a kötelezettség vállalásra jogosult személy aláírásának mintáját is tartalmazó teljes bizonyítóerejű magánokirat benyújtását egyszerű másolatban.

Amennyiben a fenti dokumentumok a részvételi jelentkezés során benyújtásra kerültek, és az aláíró személyek körében nem történt változás, úgy azok ismételt benyújtása nem szükséges.

7. Üzleti titok, az adatok nyilvánossága

A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz *indokolást köteles csatolni*, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az *adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet*. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Ezzel kapcsolatban felhívjuk a gazdasági szereplő figyelmét a Kbt. 44. §-ában foglaltakra.

A Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját honlapján – köteles közzétenni.

A szerződésben foglalt adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg.

8. Az ajánlat tartalmi követelményei

Az ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

A közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák azokat az előírásokat, melyeket az ajánlat összeállítása és benyújtása során be kell tartani. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak.

Jelen közbeszerzési dokumentumok III. fejezetében megtalálhatóak azok a „bekérő” lapok és ajánlott nyilatkozat minták, amelyek segítségével az ajánlat elkészíthető. Azokon a helyeken, ahol az előírt igazolások/nyilatkozatok becsatolása szükséges, az adott irat benyújtásának szükségességét ismertető lapok találhatóak, amelyek az ajánlattétel összeállítása során kicserélhetők a szükséges dokumentumokra.

Amennyiben az ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással és tekintettel – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlattevőnek csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási vagy egyesülési szerződést, átalakulási cégiratokat.

Az ajánlatnak nyilatkozatot kell tartalmaznia bizalmas adatkezelésről, az eljárás során az ajánlattevő tudomására jutott információk megtartásáról, valamint arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) példánya az eredeti nyomtatott példánnyal mindenben megegyezik.

Csatolni kell továbbá a szerződéstervezetről, valamint a szerződésben feltüntetendő adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről szóló nyilatkozatot.

Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén az ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő elsődlegesen a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.

A nem a kért valutánemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által az eljárást megindító felhívás megküldésének napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.

9. Az ajánlat formai követelményei

A papír alapú ajánlat formai követelményei a következők:

- a) Az ajánlatban lévő minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén joghatás kiváltására alkalmas módon alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személy(ek)nek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

- b) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
- c) Az ajánlatot roncsolásmentesen, nem bontható kötésben kell benyújtani. „Roncsolás mentesen, nem bontható” kötésen az ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott dokumentumban annak látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek vagy pótoljanak. Ennek a követelménynek megfelel a ragasztott, könyvszerű bekötésen kívül a spirálozott kötés is, ha két lyukon spárgát vezetnek át, csomóra kötik, és a néhány cm-re levágott két szabad végét öntapadós matricával leragasztják, majd arra cégszerű aláírást tesznek oly módon, hogy az aláírás a papírlapra is áttérjen.
- d) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
- e) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
- f) Az ajánlatot az ajánlati felhívásban meghatározott számú és formátumú példányban kell beadni.
- g) Az ajánlati példányon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá a jelen eljárásban kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását, telefon- és faxszámát, e-mail címét.
- h) A fent megjelölt kapcsolattartóval közöltek a közbeszerzési eljárás során joghatályos közlésnek minősülnek. A kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.
- i) Az ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti nyomtatott példány az irányadó.

10. A nyomtatott ajánlat összeállításának ajánlott menete

- a) Ha minden irat elkészült, ezek sorba rendezése.
- b) Az ajánlat oldalszámozása.
- c) Tartalomjegyzék aktualizálása (iratok felsorolása, oldalszámok feltüntetése az egyes iratokhoz).
- d) Az így véglegessé vált ajánlat CD/DVD-re történő átírása.
- e) A papír alapú ajánlati példány leírt mód szerinti összefűzése/bekötése (ld. jelen pontban feljebb).
- f) A papír alapú ajánlat és CD/DVD csomagolása csomagba/borítékba.
- g) A csomag/borítékcímzéssel történő ellátása, feltüntetve a jelen pontban meghatározott szövegeket.
- h) A boríték/csomag lezárása.

11. Az ajánlat benyújtása

A nem elektronikusan benyújtott ajánlat esetében az ajánlattevőnek az ajánlata papír alapú eredeti és elektronikus másolati példányait a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az ajánlattételi felhívásban megjelölt helyre eljuttatni.

A borítékon/csomagon fel kell tüntetni:

- az ajánlattevő nevét és címét,
- a benyújtás címét: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság, 1091 Budapest, Üllői út 55. I. em.

- a következő feliratokat: **„Ajánlat – „Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése”, „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”**

Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért.

Az ajánlatot az ajánlat benyújtásának határideje lejártáig kell benyújtani az ajánlattételi felhívásban megadott címre. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az épületbe történő belépés a biztonsági szolgálat munkája következtében néhány percet igénybe vehet. A beléptetés miatti esetleges késésekért az ajánlatkérő nem vállalja a felelősséget.

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott helyen kívül személyesen benyújtott (pl. portaszolgálatnál, stb.) ajánlat beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget.

A postai úton benyújtani kívánt ajánlat kapcsán az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatot a Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság 1091 Budapest, Üllői út 55. I. em. címre kell címezni!

Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével nyújtja be, az ezzel járó kockázatot az ajánlattevő saját maga viseli. (Az ajánlat benyújtásának határidejét követő beérkezés, az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, stb.)

A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlat benyújtásának határideje lejártá után nyújtották be.

Az ajánlatkérő csak azt az ajánlatot tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amely az ajánlat benyújtásának határidejéig az ajánlatok benyújtásának az ajánlattételi felhívásban megadott címére megérkezik.

A fentiek értelmében az ajánlatkérő határidőn túl érkező, késedelmesen benyújtott, illetve a postai úton késedelmesen beérkező ajánlatot csak az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontja fel.

Az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli.

12. Irányadó idő

A felhívásban és a dokumentumokban valamennyi órában megadott idő magyarországi idő szerint értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatok benyújtásának határideje lejártát a www.pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg.

13. Tájékoztatás a Kbt. 73. § (5) bekezdés szerint

Az ajánlatkérő javasolja, hogy ajánlattevők ajánlatuk összeállítását – különös tekintettel ajánlati áruk meghatározását – megelőzően tájékozódjanak a teljesítés helyén az adózásra, a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére irányadó feltételekről. Azon Szervezetek (hatóságok) neve és elérhetősége, amelyektől a kötelezettségekről tájékoztatás kérhető a fenti területek kapcsán:

Munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó kérdésekben

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály, Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.

Tel.: 06-80204292

E-mail: munkafelugy-info@ngm.gov.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya

1036 Budapest, Váradi u. 15.

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.

tel: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600

fax: 06-1-323-3602

E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Adózási kérdésekben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal

cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Telefon: +36-1-428-5100

Fax: +36-1-428-5382.

Kék szám (mobilhálózatról is hívható): 06-40/42-42-42

Környezetvédelmi kérdésekben

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B

1364 Budapest Pf. 270.

E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu

Honlap: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/>

Egészségvédelmi kérdésekben

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság

Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Központi telefonszám: 06-1-795-4755

Honlap: <http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma>

Fogyatékossgal élők esélyegyenlőségére vonatkozó kérdésekben

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

Telefonszám: 06-1-795-54-78

e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu

14. Az ajánlatok értékelése

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján értékeli az alábbi részszempontok alapján:

értékelési szempontok:

Minőségi kritériumok

	Minőségi kritérium megnevezése:	megajánlható érték	súlyszám
1.	A berendezéshez tartozó (nem az MR kondicionális beteg monitorozó rendszerhez tartozó) EKG vezeték nélküli adatátvitelt használ	igen / nem	3

2.	Vizsgálat elején beállítható 2.0W/kg-os SAR maximum érték, melynek megfelelően a tervező és vezérlő szoftver automatikusan beállítja a mérési paramétereket a vizsgálat során, mérésenként legfeljebb 1 kérdés megválaszolását követően	igen / nem	3
3.	A T1-mapping mérést a vezérlő szoftver a szívritmushoz igazítja oly módon, hogy a légzésvisszatartás hossza számottevően ne változzon (ne legyen egyenesen arányos a légzésvisszatartás hossza a szívritmussal)	igen / nem	2
4.	Automatikus mozgás korrekciót képes végrehajtani a berendezés T1-mapping képeken	igen / nem	1
5.	Compressed sensing gyorsítás elérhető mozgó szív méréshez	igen / nem	2
6.	A szív MR vizsgálati síkok (rövid tengely, hossz tengely) automatikus tervezése, normál anatómiájú betegeknél	igen / nem	2
7.	Teljes szívet lefedő, Dixon-féle zsír-víz-szeparációt használó, EKG-szinkron 3D mérés	igen / nem	3
8.	Az automatikus légzésvezérlés az előre beállított késleltetési időn kívül figyelembe veszi a beteg aktuális légzését is	igen / nem	1
9.	Áramlásmérés esetén megadható 500cm/s-ot elérő VENC érték	igen / nem	1
10.	Analóg-digitális jelátalakítás a felületi tekercsben történik	igen / nem	1
11.	A vizsgálatot vezérlő és tervező szoftver grafikus felülete torzításmentesen jelenik meg legalább 23 colos monitoron (a pixel dimenziók natív felbontáson működő monitor esetén nem változnak)	igen / nem	1

Ár kritérium

Teljes nettó ellenszolgáltatás [Ft]

súlyszám: 80

Az értékelés során adható pontszám részszerpontként: 1-10

A minőségi kritériumok esetében a pontozás az alábbiak szerint történik:

A minőségi kritérium 1-11. értékelési részszerpontok esetében a pontkiosztást, mint abszolút értékelési módszert alkalmazzuk:

A meghatározott műszaki tartalom / paraméter megléte (igen válasz) esetén 10 pontot, annak hiányában (nem válasz esetén) 1 pontot kap az ajánlattevő.

Segédlet a 2., 3. és 8. minőségi kritériumnak való megfelelés megállapításához

A 2., 3. és 8. minőségi kritérium esetén a technikai megfelelés megállapítására javasolt módszer alább kerül részletezésre.

A 2. minőségi kritérium megléte már a mérés tervezési fázisában ellenőrizhető. Egy olyan vizsgálat tervezésének elindítására van szükség, amelynél a SAR határérték 2.0 W/kg-ban kerül meghatározásra. Ezt követően egy olyan szekvencia tervezését kell elindítani, amely átállítás nélkül meghaladná a megadott SAR határértéket (pl. bármilyen síkú mozgó balanced

SSFP szekvencia, 36-os FOV-val és 8mm-es szeletvastagsággal, miközben a grádiens üzemmód a klinikai maximumra van állítva). Amennyiben a mérést vezérlő és tervező szoftver a szekvencia paramétereit automatikusan átszámolja oly módon, hogy mégse lépje át az imént megadott SAR határértéket – legfeljebb 1 kérdést megválaszolását követően – akkor a megajánlott berendezés teljesíti a minőségi kritériumot. Amennyiben a szoftver csak jelzi a felhasználónak a SAR túllépés tényét, de nem számolja át automatikusan a paramétereiket, vagy több, mint 1 kérdést meg kell válaszolni az átszámoláshoz, akkor nem felel meg a minőségi kritériumnak. Becsült időtartam: 5 perc. Önkéntes jelenléte nem szükséges.

A 3. minőségi kritérium esetén is a tervező fázisban elegendő megfigyelni a szoftver viselkedését. Egy T1-mapping MOLLI (vagy más típusú T1-mapping) szekvencia tervezését kell kezdeményezni. A szívritmust előbb 75-re kell beállítani és megnézni, hogy meddig tartana a légzésvisszatartás (vagy megmérni egy önként jelentkezőn) – szokásos MOLLI séma esetén 13,6 secundum körüli érték várható. Utána vagy EKG szimuláció használatával, vagy a szívritmust felülbíráva 50-re módosítandó a szívritmus. Ekkor is feljegyzendő, hogy milyen hosszú a légzésvisszatartás tervezett időtartama (vagy megmérni egy önként jelentkezőn) – szokványos MOLLI sémával 20,4 secundum várható. Ha a tervezett/mért légzésvisszatartás ideje 50%-kal nő, vagy 50%-os növekménytől számottevően nem tér el, akkor fordított egyenes arányosság áll fenn a légzés időtartama között és a szoftver a minőségi kritériumot nem teljesíti. Amennyiben a csökkentett szívritmusnál várható légzésvisszatartás várható/mérhető ideje az 50%-os várható növekménytől több, mint 20%-kal elmarad, az annak a jele, hogy a szoftver kompenzálja a bradycardiát és megfelel a minőségi kritériumnak. Becsült időtartam: 5 perc. Önkéntes jelenlétére akkor van szükség, ha nem áll rendelkezésre EKG szimuláció.

A 8. minőségi kritérium esetén egy légzésvisszatartásos mérést kell tervezni úgy, hogy bekapcsolandó a légzésvisszatartás automatikus diktálásáért felelős funkció is. Az ellenőrzéshez szükség van egy önkéntesre, vagy légzés szimulációra. A tesztelés során az automatikus légzési instrukciók ellenére folytatódnia kell a légzésnek. Amennyiben a szoftver a légzés folytatódása ellenére elindítja az akvizíciót, akkor nem figyeli a beteg aktuális légzését. Ha a folytatódó légző mozgások kapcsán az akvizíció indításával kivár, akkor teljesíti a minőségi kritériumot. Becsült időtartam: 10 perc. Önkéntes jelenléte akkor szükséges, ha nem áll rendelkezésre légzés szimuláció.

Ár kritérium

Az ár kritériumnál a pontozás módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb tartalmi elem 10 pontot kap, a többi ajánlat tartalmi elemére adandó pontszám pedig az alábbi képlet szerint kerül meghatározásra:

$$P = (A_{\text{legjobb}}/A_{\text{vizsgált}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott részszerempontra vonatkozó pontszáma.

P_{max} : a pontskála felső határa.

P_{min} : a pontskála alsó határa.

A_{legjobb} : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme.

$A_{\text{vizsgált}}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Az értékelési részszerempontra adott pontszámok kettő tizedes jegy pontossággal kerülnek meghatározásra.

Ajánlatkérő a fentiekben meghatározottak szerint a részszerempontokra adott pontszámot megszorozza az adott részszeremponthoz tartozó súlyszámmal, majd az így kapott szorzatokat összeadja.

III. FEJEZET

NYILATKOZATMINTÁK

Ajánlattevő(k) neve:

Ajánlattevő(k) székhelye:

A közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy adatai:

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

Fax-szám:

E-mail cím:

AJÁNLAT

„Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése”

2018.

TARTALOMJEGYZÉK¹

(a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke)

Irat megnevezés	oldal
Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint	
Tételes árajánlat	
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint	
Ajánlattevői nyilatkozat a részvételi és párbeszéd szakaszban tett nyilatkozatokról	
Nyilatkozat bizalmas adatkezelésről	
Nyilatkozat idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben)	
Nyilatkozat üzleti titokról	
Nyilatkozat elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatról	
Nyilatkozat a szerződéstervezetről, valamint a szerződésben feltüntetendő adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről	
Szakmai ajánlat	
Műszaki követelménytáblázat	
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja, valamint Kbt. 62. § (2) bekezdés alapján (A részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlatba nem kell csatolni, azokat az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles ajánlattevő benyújtani.)	
A szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása (A részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlatba nem kell csatolni, azokat az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles ajánlattevő benyújtani.)	

¹ A fenti tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

FELOLVASÓLAP

amely tartalmazza azokat az adatokat, amelyek az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülnek

Az ajánlattevő neve:

Székhelye:

Az ajánlat tárgya: Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése

	Szempon t megnevezése	Érték
1.	Teljes nettó ellenszolgáltatás Ft
2.	A berendezéshez tartozó (nem az MR kondicionális beteg monitorozó rendszerhez tartozó) EKG vezeték nélküli adatátvitelt használ	igen / nem ²
3.	Vizsgálat elején beállítható 2.0W/kg-os SAR maximum érték, melynek megfelelően a tervező és vezérlő szoftver automatikusan beállítja a mérési paramétereket a vizsgálat során, mérésenként legfeljebb 1 kérdés megválaszolását követően	igen / nem
4.	A T1-mapping mérést a vezérlő szoftver a szívritmushoz igazítja oly módon, hogy a légzésvisszatartás hossza számottevően ne változzon (ne legyen egyenesen arányos a légzésvisszatartás hossza a szívritmussal)	igen / nem
5.	Automatikus mozgás korrekciót képes végrehajtani a berendezés T1-mapping képeken	igen / nem
6.	Compressed sensing gyorsítás elérhető mozgó szív méréshez	igen / nem
7.	A szív MR vizsgálati síkok (rövid tengely, hossz tengely) automatikus tervezése, normál anatómiájú betegeknél	igen / nem
8.	Teljes szívet lefedő, Dixon-féle zsír-víz-szeparációt használó, EKG-szinkron 3D mérés	igen / nem
9.	Az automatikus légzésvezérlés az előre beállított késleltetési időn kívül figyelembe veszi a beteg aktuális légzését is	igen / nem
10.	Áramlásmérés esetén megadható 500cm/s-ot elérő VENC érték	igen / nem
11.	Analóg-digitális jelátalakítás a felületi tekercsben történik	igen / nem
12.	A vizsgálatot vezérlő és tervező szoftver grafikus felülete torzításmentesen jelenik meg legalább 23 colos monitoron (a pixel dimenziók natív felbontáson működő monitor esetén nem változnak)	igen / nem

Az ajánlati ár tartalmazza a szerződés szerű teljesítésből adódó valamennyi költséget.

....., 2018. hó nap

.....
cégszerű aláírás(ok)

² A 2-12. szempontnál az igen vagy nem választ kell aláhúzni.

TÉTELES ÁRAJÁNLAT

Alulírott (név) az Ajánlattevő/közös Ajánlattevők³
..... (ajánlattevő/közös ajánlattevők megnevezése)⁴ nevében
nyilatkozom arról, hogy a Semmelweis Egyetem által indított

**„Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap
átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése”**

tárgyú közbeszerzési eljárás jelen szakaszában az alábbi tételes árajánlatot nyújtom:

Megnevezés	Ajánlati ár nettó Ft)	ÁFA (Ft)	Ajánlati ár (bruttó Ft)
A megajánlott berendezés teljes vételára			
A garanciaidő utáni teljes körű szerviz ára 60 hónap időtartamra			
Teljes ellenszolgáltatás⁵			

A szerviz havidíja: Ft/hó

Az ajánlati ár tartalmazza a szerződés szerű teljesítésből adódó valamennyi költséget.

....., 2018. hó nap

.....
cégszerű aláírás(ok)

³ Megfelelő aláhúzendó.

⁴ Megfelelő aláhúzendó.

⁵ A Felolvasólapon a Teljes ellenszolgáltatás nettó értékét kell feltüntetni.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT⁶

a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint

Alulírott (név) az Ajánlattevő/közös Ajánlattevők⁷
..... (ajánlattevő/közös ajánlattevők megnevezése)⁸ nevében
nyilatkozom arról, hogy a Semmelweis Egyetem által indított

**„Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap
átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése”**

tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) (ajánlattevő/közös
ajánlattevők megnevezése) ajánlattevő részt kíván venni.

Miután az Önök fenti tárgyú közbeszerzési eljárásához kapcsolódó **ajánlattételi felhívásnak és a közbeszerzési dokumentumoknak a feltételeit** – a műszaki leírást a szerződéses feltételekkel együtt – átvizsgáltuk, megértettük, ezúton nyilatkozunk, hogy azokat **elfogadjuk és ajánlatot teszünk a szerződés teljesítésére** az ajánlatunkban megadottak szerint.

Nyertességünk esetén a szerződést az ajánlattételi szakaszban tett ajánlatunkban foglalt feltételeknek megfelelően kívánjuk megkötni és azt teljesíteni szándékozunk.

Alulírott, mint a(z)
(ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre⁹ jogosult képviselője **kijelentem**, hogy a (cég megnevezése) által benyújtott, az ajánlat részét képező **valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalok.**

..... 2018. év hó nap

.....
cégszerű aláírás

⁶ A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlat eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat **eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.**

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban és a nyilatkozatot az együttműködési nyilatkozatban meghatározott képviseleti mód szerint kell aláírni!

⁷ Megfelelő aláhúzendó.

⁸ Megfelelő aláhúzendó.

⁹ Megfelelő aláhúzendó!

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a részvételi és párbeszéd szakaszban tett nyilatkozatokról

a)

Alulírott (név) az Ajánlattevő/közös ajánlattevők¹⁰
..... (ajánlattevő/közös ajánlattevők megnevezése)¹¹ nevében
nyilatkozom arról, hogy a Semmelweis Egyetem által indított „**Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése**” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi és párbeszéd szakaszában tett összes nyilatkozat (ide értve a kizáró okokkal és az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos nyilatkozatokat) a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételekor is érvényes.

....., 2018. hó nap

.....
cégszerű aláírás

b)

Alulírott (név) az Ajánlattevő/közös ajánlattevők
..... (ajánlattevő/közös ajánlattevők megnevezése) nevében
nyilatkozom arról, hogy a Semmelweis Egyetem által indított „**Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése**” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában tett,
..... szóló, a részvételi jelentkezés oldalán/ megoldási javaslat ...
oldalán¹² található nyilatkozat a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételekor nem érvényes. Az új, érvényes nyilatkozat az ajánlat oldalán található.

....., 2018. hó nap

.....
cégszerű aláírás

¹⁰ Megfelelő aláhúzendő.

¹¹ Megfelelő aláhúzendő.

¹² Megfelelő aláhúzendő.

NYILATKOZAT

bizalmas adatkezelésről

Alulírott, mint a(z)
(ajánlattevő/közös ajánlattevők¹³ neve) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre¹⁴ jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy a

„Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése”

tárgyú közbeszerzési eljárás során rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokban foglalt információkat bizalmasan kezel(t)em, harmadik fél részére információt kizárólag olyan mértékben adtam, amely az ajánlat elkészítéséhez, a Kbt.-ben meghatározott jogaimnak gyakorlásához és kötelezettségeimnek teljesítéséhez feltétlenül szükséges volt.

A közbeszerzési dokumentumokat, annak egyes részeit, vagy a közbeszerzési dokumentumok másolati példányait, illetve annak részeit kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a Kbt.-ben meghatározott jogaimnak gyakorlásához és kötelezettségeink teljesítéséhez használtam fel.

....., 2018. év.....hó.....nap

.....
cégszerű aláírás

¹³ Megfelelő aláhúzendó!

¹⁴ Megfelelő aláhúzendó!

NYILATKOZAT

idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben)

Alulírott, mint a(z)(ajánlattevő/közös ajánlattevő¹⁵).....
cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre¹⁶ jogosult képviselője a

**„Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap
átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése”**

tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy a fent nevezett eljárásban az ajánlat részeként idegen
nyelven becsatolt valamennyi dokumentum magyar nyelvű fordítását is becsatoltam.
Nyilatkozom továbbá, hogy a becsatolt magyar nyelvű fordítások megegyeznek az idegen
nyelvű eredeti dokumentumok tartalmával.

....., 2018. hó nap

.....
cégszerű aláírás

¹⁵ Megfelelő aláhúzó!

¹⁶ Megfelelő aláhúzó!

NYILATKOZAT üzleti titokról

Alulírott, mint a(z) ajánlattevő/közös ajánlattevők¹⁷ jelen eljárásban cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre¹⁸ jogosult képviselője kijelentem, hogy az általam benyújtott ajánlat:

üzleti titkot tartalmaz az ajánlat oldalától az ajánlat oldaláig, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom.

üzleti titkot nem tartalmaz.¹⁹

Amennyiben az ajánlat nyilatkozati része üzleti titkot tartalmaz, úgy az üzleti titokká minősítés indokolását az ajánlatunkban benyújtjuk, továbbá az üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönített módon csatoljuk az ajánlatban.

Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentéseimet polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában teszem meg, azokért mindenkor helytállni tartozok.

....., 2018. év hó nap

.....
cégszerű aláírás

¹⁷ Megfelelő aláhúzendó!

¹⁸ Megfelelő aláhúzendó!

¹⁹ a megfelelő rész a -ban jelölendő vagy a szöveg aláhúzendó!

NYILATKOZAT

az elektronikus formában benyújtott ajánlatról

Alulírott, mint a(z) ajánlattevő/közös ajánlattevők²⁰ jelen eljárásban cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre²¹ jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a

„Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése”

tárgyú közbeszerzési eljárás során az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú ajánlat (eredeti) példányával mindenben megegyezik.

....., 2018. év..... hó nap

.....
cégszerű aláírás

²⁰ Megfelelő aláhúzendó!

²¹ Megfelelő aláhúzendó!

NYILATKOZAT²²**szerződéstervezetről**

Alulírott, mint a (ajánlattevő/közös ajánlattevők neve) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a(z)

„Kardiavaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése”

tárgyú közbeszerzés szerződéstervezetét elfogadjuk, nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben feltüntetendő adatok (céggadatok) az alábbiak:

székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
számlavezető pénzüintézet:
számlaszám:
képviselő:

A szerződés teljesítésével, módosításával, operatív ügyekkel összefüggésben cégünket az alábbi személyek képviselik:

Témakör	Személy adatai
	Név: Beosztás: Telefonszám: Mobil: Fax-szám:
	Név: Beosztás: Telefonszám: Mobil: Fax-szám: E-mail:

A fent megjelölt kapcsolattartóval közöltek a szerződés teljesítése során joghatályos közlésnek minősülnek. A kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazololásának pillanatában joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

....., 2018. év..... hó nap

.....
cégszerű aláírás

²² A többváltozatú javaslatok száma szerint ismételtető.

Szakmai ajánlat

Kbt. 94. § (3) bekezdése szerint:

„az ajánlattevők korábbi megoldási javaslatukat véglegesítve tesznek ajánlatot”.

Továbbá ajánlattevő a mellékelt műszaki követelménytáblázatot is szükséges benyújtania.

Műszaki követelménytáblázat

A megajánlott készülék típusa:	
Gyártó neve:	
Gyártás időpontja:	
Ajánlattevő neve:	

Paraméter megnevezése	Előírt érték	Megajánlott érték
Hardver elemek		
1.5 T indukciójú aktívan árnyékolt állandó mágnes	Igen	
Min. 70 cm páciens alagút átmérő	Igen, kérjük megadni	
Grádiens rendszer: irányonként minimum 40 mT/m grádiens térerősség és legalább 200 mT/m/ms grádiens váltási sebesség	Igen, kérjük megadni	
A mágnesből eltávolítható (a vizsgáló helyiségből kitolható), magasságában állítható betegvizsgáló asztal	Igen	
EKG és pulzus érzékelő	Igen	
Teljes körű betegkommunikációs lehetőség: légzésvisszatartás automatikus diktálása, rádióműsor vagy zene fülhallgatón keresztül történő bejátszására való képesség	Igen	
Beépített test tekercs és asztalba épített hátsó tekercselemek	Igen	
Torzó tekercs szív vizsgálatokhoz, illetve mellkasi és hasi mérésekhez min. 16 tekercselemmel	Igen	
Flex tekercsek min. 2 különböző méretben, összesen 3 darab	Igen	
Tartalék torzó tekercs a vizsgáló telephelyén	Igen	
Több elemes koponya tekercs	Igen	

Több elemes neurovaszkuláris tekercs	Igen	
Megfelelő felületi tekercek asztalléptetési perifériás MRA vizsgálathoz, melyek egyidőben lefedik az alsó végtagok és a hasi aorta régióját	Igen	
Tekercelemek egyidejű kezelése asztalléptetési vagy asztalmozgató MRA mérés során: az aktív elülső felületi tekercs és a gerinc tekercs az aktuális FOV-on belül elhelyezkedő elemeit egyszerre tudja használni a gép adatgyűjtésre, és egyszerre legalább 32 analóg-digitális konverter működhessen egy időben	Igen	
Kezelőszervek az asztal mindkét oldalán	Igen	
Analóg-digitális jelátalakítás a vizsgálóhelységen belül	Igen	
Min. 15 kW teljesítményű RF erősítő	Igen, kérjük megadni	
A vizsgálatok minőségét nem befolyásoló beteg monitorozó kamera külső kijelzővel	Igen	
A berendezésbe épített segéd kijelző a vizsgálattal kapcsolatos hasznos információk megjelenítésére	Igen	
Szoftver elemek		
A berendezés kommunikáljon a PACS rendszerrel és kezelje a munkalistát	Igen	
Mozgóképek, 2D áramlás mérés, késői halmozás, 2D Phase Sensitive Inversion Recovery (PSIR)	Igen	
Navigátoros, zsírelnyomós, T2-prep koszorúér leképezésre való szekvencia	Igen	
Szív T2*, T1- és T2- kvantifikáció	Igen	
3D mozgó funkció meghatározás egy légzésvisszatartásban	Igen	
4D áramlás mérésre való szoftver	Igen	
Légzés kompenzált (navigátoros vagy más technika) 3D késői halmozás szekvencia kamrai illetve pitvari heg meghatározáshoz	Igen	
Realtime képalkotás szív vizsgálathoz	Igen	
2D mozgó áramlás mérés kiértékelhető a vezérlő számítógépen	Igen	
Bóluskövetéses kontrasztanyagot carotis, aorta, pulmonalis, renalis és asztalléptetési perifériás MRA	Igen	
Time resolved 3D MRA (TRICKS/4DTRAK/TWIST)	Igen	
Kontrasztanyag adás nélküli agyi perfúziós mérés	Igen	
Proton spektroszkópia koponyához – single és multi voxel	Igen	
Nem EPI alapú diffúziós mérés koponyához	Igen	
Szuszeptibilitás súlyozott képalkotás koponyához	Igen	
3D TSE szekvenciák koponya vizsgálathoz	Igen	

Párhuzamos képalkotási módszer	Igen, kérjük megadni	
Dinamikus máj szekvencia zsírelnyomással	Igen	
Egyéb nem koponyára való diffúziós mérések (fejnyak, gerinc, mellkas, has, kismedence régiókhoz)	Igen	
Csendes mérési opció koponyához, gerinchez, has/kismedencei mérésekhez és végtagokra	Igen	
Szoftveresen segített vizsgálat tervezés koponya vizsgálatokhoz	Igen	
Kontrasztanyag adás nélküli szekvencia renalis MRA-hoz	Igen	
Kontrasztanyag adás nélküli szekvencia carotis MRA-hoz	Igen	
Kontrasztanyag adás nélküli szekvencia perifériás MRA-hoz	Igen	
Kontrasztanyag adás nélküli szekvencia intracranialis MRA-hoz	Igen	
Mozgás korrekció koponya szekvenciákhoz	Igen, kérjük megadni	
Mozgás korrekció mellkasi mérésekhez	Igen, kérjük megadni	
Fém artefaktum redukciós mérési módszer nem szív szekvenciákhoz (MAVRIC, MAVRIC-SL / SEMAC, SEMAC-VAT, syngo WARP / O-MAR, O-MAR XD)	Igen	
3D MIP és VR rekonstrukció végezhető a vezérlő számítógépen	Igen	
Diffúziós képek feldolgozása a vezérlő számítógépen	Igen	
Koponya perfúziós, SWI, DTI feldolgozási lehetőség a vezérlő számítógépen	Igen	
Szekvencia programozás és poszt-processzing tanfolyam 3 fő részére	Igen	
A mérés vezérlő program forrás kódjának részleges vagy teljes megnyitása kutatási célú szoftver fejlesztés céljából a szerződés időtartama alatt (részletek a közbeszerzési eljárás tárgyalásos szakaszában)	Igen	
Tudományos összekötő biztosítása a szerződés időtartama alatt	Igen	
Csecsemők vizsgálatára való, speciális torzó és koponya tekercs	Igen	
Rendszeres szoftver upgrade, mely magában foglalhatja a méréseket vezérlő computer(ek), a hozzá tartozó rekonstruktor számítógép(ek), valamint a képfeldolgozó munkaállomás(ok) cseréjét (pl. DV25 Continuum Pak, Syngo MR E11 upgrade vagy SmartPath to Release 5) legfeljebb 3 évente	Igen	

Audio-vizuális megoldás a páciens kooperáció javítása érdekében, melynek használatával a beteg számára mozgó kép vetíthető egy tükör és egy lapos kijelző segítségével (pl. NordicNeuroLabs nordicComfortSolution), a rendszer minden szükséges hardver és szoftver tartozékával	Igen	
Kiértékelő munkaállomás – csak új érvényes (1 db)		
MPR/MIP/minIP rekonstrukciók	Igen	
Spektroszkópiás kiértékelés koponyához	Igen	
T2*-perfúzió (koponya) kiértékelés	Igen	
Kontrasztanyag nélküli koponya perfúzió kiértékelése	Igen	
Diffúzió súlyozott paraméter képek előállítása	Igen	
DTI feldolgozás és megjelenítés	Igen	
SWI kiértékelés	Igen	
T1-perfúzió kiértékelés	Igen	
TRICKS/4DTRAK/TWIST megjelenítés	Igen	
Asztalléptetési MRA lépéseinek összekapcsolása, együttes feldolgozása és megjelenítése	Igen	
Szív funkció és 2D áramlás kiértékelés	Igen	
4D áramlás mérés kiértékelése és megjelenítése	Igen	
Szív T1-, T2 és T2* kiértékelés	Igen	
Szív perfúziós kiértékelés	Igen	
Egyszerre három személyi számítógépen használható a szív funkció kiértékelés	Igen	
Egyszerre két személyi számítógépen futtatható a perfúzió kiértékelés, az áramlás mérés, a T1/T2/T2*-mapping és a késői halmozás kvantifikáció	Igen	
Egyszerre két személyi számítógépen futtatható strain analízis kiértékelés	Igen	
Heg szegmentáló szoftver, mely 3D késői halmozású képeken képes megjelölni a széli zónában lévő esetleges csatornákat, az eredményt pedig ki tudja exportálni olyan formátumban, melyet a Biosense Carto és az Abbott Ensite katéteres navigációs rendszer be tud importálni az abláció hatékonyságának növeléséhez	Igen	
MR kondicionális betegmonitorozó rendszer		
Pulzoximetria – csecsemőkhöz, gyermekekhez és felnőttekhez	Igen	
Non-invazív vérnyomás mérés – csecsemőkhöz, gyermekekhez és felnőttekhez	Igen	
EKG – csecsemőkhöz, gyermekekhez és felnőttekhez	Igen	
Kilégzett CO2 monitorizálás lehetősége	Igen	
Invazív vérnyomás mérés	Igen	
Testhőmérséklet mérés	Igen	

A kardiológiai vizsgálatokhoz szükséges EKG elektródák és jelfeldolgozó egységek, az esetleges optikai kábelek, továbbá az ezekhez tartozó dedikált áramforrások szükség szerinti és limitmentes cseréje oly módon, hogy azokból a helyszínen (VSZÉK MR laboratórium) folyamatosan rendelkezésre áll tartalék egység az EKG kapuzott vizsgálatok üzembiztos elvégezhetősége érdekében	Igen	
Hordozható második monitor egység	Igen	
Kontrasztanyag injektor berendezés		
Olyan kontrasztanyag injektor berendezés, mely sóval kevert kontrasztanyagot képes beadni, miközben Adenozinos perfúzióra is lehetőséget biztosít	Igen	
Szállítási és üzembe helyezési paraméterek		
Szállítási és üzembe helyezési határidő a szerződéskötéstől számítva maximum 4 hónap, ezt követően a próbaüzem az üzembe helyezéstől számítva 30 nap, vagyis összesen a teljesítési határidő 5 hónap	Igen	
Szerviz paraméterek		
Vállalt garanciaidő 12 hónap	Igen	
Garanciaidő utáni teljes körű szerviz 60 hónapra	Igen	
Magyarországi telephelyű szervizpartner vagy saját szerviz megléte	Igen	
A szerviz reagálási ideje a dokumentált hibabejelentéstől számítva minden naptári napon maximum 4 óra	Igen	
A hibaelhárítás maximális időtartama a bejelentéstől számítva maximum 3 nap	Igen	
A berendezés éves garantált (kötbérterhes) rendelkezésre állása minimum 96%	Igen	
Garantált alkatrészellátás időtartama a minimum 10 év	Igen, kérjük megadni	
A gyártó nyilatkozata a megajánlott termék 4/2009. (III.17.) EUM rendelet szerinti osztályba sorolásáról	Kérjük megadni	

....., 2018. év..... hó nap

.....
cégszerű aláírás

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!**AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA²³
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján**

Alulírott, mint a(z)
(ajánlattevő) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján **nyilatkozom**, hogy²⁴

I. Ha a gazdasági szereplőnek van a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa:

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye a következő:

Tényleges tulajdonos neve	Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

II. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, akkor az alábbi nyilatkozat aláhúzása szükséges:

Cégünknel a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.

....., 2018. év..... hó nap

.....
cégszerű aláírás

²³ Közös ajánlattétel esetén szervezetenként töltendő ki.

²⁴ A megfelelő aláhúzendó, illetve értelemszerűen kitöltendő az I. és II. pontok közül.

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!**AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA²⁵
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja alapján**

Alulírott, mint a(z)
(ajánlattevő) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja alapján **nyilatkozom**, hogy a (cég megnevezése) mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely esetében

a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

Vagy

a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint az alábbi jogi személy / személyes joga szerint jogképes szervezet vállalkozásunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal **rendelkezik**, és annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek **nem állnak fenn¹ / fennállnak²⁶**:

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése	Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet székhelye

....., 2018. év..... hó nap

.....
cégszerű aláírás

²⁵ Közös ajánlattétel esetén szervezetenként töltendő ki.

²⁶ A megfelelő aláhúzendó, illetve értelemszerűen kitöltendő.

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!**AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA²⁷
a Kbt. 62. § (2) bekezdés alapján^{28,29}**

Alulírott, mint a(z)
(ajánlattevő) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (2) bekezdés alapján **nyilatkozom**, hogy a (cég megnevezése) mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely esetében nem áll fenn az alábbi kizáró okok egyike sem:

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előlélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

....., 2018. év..... hó nap

.....
cégszerű aláírás

27 Közös ajánlattétel esetén szervezetenként töltendő ki.

28 Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtása szükséges.

29 Amennyiben ajánlattevő természetes személy, úgy a Kbt. 62. § (1) a) és e) pontja vonatkozásában szükséges jelen nyilatkozatot benyújtania.

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

A szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai alkalmasság igazolása

Referenciák bemutatása

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1)

A 321/2015. (X. 30.) K. r. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb a közbeszerzés tárgya (kardiovaszkuláris MR berendezés) szerinti ismertetését tartalmazó, a 321/2015. (X.30.) K. r. 22. § (1) bek. szerinti referenciaigazolás(ok) vagy nyilatkozat(ok) a 321/2015. (X.30.) K. r. 22. § (2) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal:

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a szállítás tárgya, valamint az ellenszolgáltatás összege,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1)

Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített legalább 1 db, egészségügyi intézménytől származó, kardiovaszkuláris MR berendezés szállítására vonatkozó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával, amelynek értéke eléri legalább a nettó 280.000.000 Ft-ot.

Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya 1 db kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés beszerzése, így ajánlatkérő mennyiségi értéket nem tud meghatározni a Kbt. 65. § (5) bekezdésére tekintettel.

Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bekezdésében, a 22. § (5), és a 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

„Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése”
Ajánlattételi szakasz

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

Nyilatkozat a referenciákról³⁰

Alulírott, mint a (ajánlattevő) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „**Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése**” tárgyú, versenypárbeszéd közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai alkalmasság M1) szerinti minimumkövetelményének igazolásaként – mint az általunk az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával műszakilag egyenértékű, ellenszolgáltatás fejében történő szállítások tekintetében – az alábbi referenciákat ismertetjük:

1. rész:

Ssz.	A teljesítés ideje, illetve időtartama (év, hónap, nap,- tól-ig)	A szerződés tárgya	A szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége	A nettó ellenszolgáltatás összege (Ft)	A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (igen/nem)	Saját teljesítés aránya (adott esetben) ³¹
1.						
2.						
...						
n						

....., 2018. év hó nap

.....
cégszerű aláírás

³⁰ A nyilatkozatot az ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezetnek (személynek) külön-külön ki kell töltenie. A referenciák ismertetését olyan tartalommal és részletességgel kell elvégezni, melyből egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.

³¹ Amennyiben a saját teljesítés aránya 100 %, kérjük a „Saját teljesítés aránya (adott esetben)” elnevezésű oszlopot törölni, vagy annak minden sorában feltüntetni a 100 % kifejezést.

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

REFERENCIA IGAZOLÁS
(Referenciát adó által töltendő ki!)

1. A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése:
2. A referencia igazolást kiállító személy
 - a. neve:
 - b. beosztása:
 - c. elérhetősége:
3. A szállítást végző cég megnevezése:
4. A teljesítés adatai:
 - a. A szállítás tárgya:
.....
.....
 - b. A teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év/hó/nap megjelöléssel):
 - c. A nettó ellenszolgáltatás összege (Ft):
5. Saját teljesítés aránya (adott esetben)
6. Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:
(igen/nem; nem válasz esetén indokolás)
.....

....., 2018. év hónap.

.....
Név
(a referenciát kiállító részéről)

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!**CE tanúsítvány****Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:****M2)**

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján az ajánlattevő által megajánlott termék vonatkozásában külső akkreditált szervezet által kiállított CE tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű intézkedések bizonyítékai a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9 §. (2) bekezdésében foglaltak szerint (gyártói megfelelési nyilatkozatot és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfeleléség értékelési tanúsítványt).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):**M2)**

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a megajánlott termékre vonatkozó érvényes CE tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű intézkedések bizonyítékaival a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9 §. (2) bekezdésében foglaltak szerint (gyártói megfelelési nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfeleléség értékelési tanúsítvánnyal).

Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bekezdésében, a 22. § (5), és a 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!**Szakemberek bemutatása****Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:****M3)**

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján azoknak – a teljesítésbe bevont – szakembereknek (szervezeteknek), a megnevezése, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni. A szakember rendelkezésre állására vonatkozó nyilatkozata, valamint a szakemberek képzettségének, végzettségének igazolására szolgáló okirat(ok) egyszerű másolata, továbbá a szakember által aláírt szakmai önéletrajza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):**M3)**

Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik 2 fő szervizmérnökkel, aki villamos mérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint MR berendezés javításában és/vagy karbantartásában minimálisan 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bekezdésében, a 22. § (5), és a 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!**NYILATKOZAT****a szakemberekről**

Alulírott, mint a(z)
ajánlattevő/közös ajánlattevők³² cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult³³
képviselője nyilatkozom a teljesítésbe az alább bemutatott szakembereket kívánjuk bevonni:

Az ajánlati felhívás III.1.3) M3) pontjában előírt szakemberek:

a. neve:

képzettsége:

b. neve:

képzettsége:

Nyilatkozom, hogy a bemutatott szakemberekkel az ajánlattétel időpontjában
alkalmazotti jogviszonyban / megbízási jogviszonyban³⁴ / egyéb
(.....) rendelkezünk.

Csatolandó:

- szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza
- a szakember(ek) képzettségét, végzettségét igazoló dokumentumai másolata
- szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata

....., 2018. év hónap.

.....
cégszerű aláírás/aláírás

³² Megfelelő aláhúzó!

³³ Megfelelő aláhúzó!

³⁴ A megbízási jogviszony kapcsán ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 4. § 2. pontjában szereplő alvállalkozó definícióra.

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!**SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ³⁵**

SZEMÉLYES ADATOK	
Név	
Cím	
Végzettség, képzettség	
Alkalmassági minimumkövetelmény	M3)
Annak a munkáltatónak/foglalkoztatónak a megjelölése, akivel/amellyel az adott szakember az ajánlattétel során foglalkoztatási jogviszonyban áll*	

A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KORÁBBI MUNKÁK, TAPASZTALATOK ISMERTETÉSE³⁶			
sor- szám	A szakember által ellátott feladat/munkakör/tevékenység	A tevékenység kezdő és befejező időpontja (év-hónap megadásával)	Tevékenység időtartama hónapban megadva ³⁷
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
.....			
Szakmai tapasztalat összesen:		 hónap

³⁵ A nyilatkozatban megnevezett szakemberek vonatkozásában külön-külön csatolandó!³⁶ Szakmai tapasztalat igazolására szolgáló gyakorlati időként a felhívás III.1.3) M3) pontjában előírt szakterületen végzett tevékenység vehető figyelembe.³⁷ Az időben párhuzamos gyakorlati idő csak egyszer vehető figyelembe.

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben „**Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése**” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő a ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként, az ajánlattevő rendelkezésére állok, közreműködök a teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban (pozícióban) a szerződés teljes időtartama alatt, és nincs más olyan kötelezettségem a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

....., 2018. év hónap.

.....
szakember aláírása

*- amennyiben a szakember az ajánlattevő saját munkavállalója, az ajánlattevő nevét kell beírni,

- amennyiben a szakember más szervezet munkavállalója, és ez a szervezet alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, a szervezet nevét kell beírni,

- amennyiben a szakember, mint természetes személy kerül alvállalkozóként bevonásra a szerződés teljesítésébe, csak a szakember nevét kell beírni a táblázatba, nem kell a munkaadója nevét megadni, a munkaadóra vonatkozó oszlopba – jelet kell beírni, vagy egyéb módon kell a nemleges információt jelölni.

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

Szervizhálózat bemutatása

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M4)

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján részvételre jelentkező mutassa be a szervizhálózatát és nyilatkozzon arról, hogy rendelkezik diszpécserközponttal, amely 24 órás ügyeletet tart és képes a beérkező hibabejelentések fogadására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M4)

Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik szervizhálózattal és 24 órás ügyeletet tartó és a hibabejelentések fogadására képes diszpécserközponttal.

Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bekezdésében, a 22. § (5), és a 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

IV. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRÓL

1. Az ajánlat felbontása

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az ajánlat benyújtásának határideje lejártának időpontjában kerül megkezdésre.

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

A nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

2. Az ajánlatok elbírálása, érvényesség vizsgálata

2.1. Hiánypótlás, felvilágosítás (Kbt. 71. § alapján)

A Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. Ajánlatkérő egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra.

A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat – ideértve a 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is – módosítani és kiegészíteni is lehet.

Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására – a Kbt. 71. § (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.

Az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 71. § (1)-(2) bekezdése szerint és csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlat elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevővel történő tárgyalásra.

A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:

- a) a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
- b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. [Kbt. 71. § (8) bekezdése]

(9) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítást megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.

2.2 Számítási hiba javítása

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításra alapuló – adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell [Kbt. 71. § (11) bekezdés.].

A közbeszerzési (döntőbizottsági) gyakorlat alapján azonban ebben a körben kizárólag azok a hibák kerülhetnek javításra, amelyek hibás matematikai műveletekből (összeadási, szorzási hibák) erednek, és nyilvánvalóan szembeötlők. Nem kerülhetnek javításra e körben a kiírással ellentétes, vagy hiányos árképzésre visszavezethető hibák, hiányosságok, az ajánlatkérő nem képezhet „új” árelemeket, nem pótolhat ajánlattételi hiányosságokat, nem javíthat hibás számítási módokat. Továbbá az ajánlatkérő nem köteles átszámolni a teljes ajánlatot, javítási kötelezettsége a nyilvánvaló, szembeötlő számítási hibák javítására terjed ki.

2.3 Aránytalanul alacsony ár vizsgálata

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni kívánt szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében, amely a Kbt. 76. § szerint önállóan értékelésre kerül [Kbt. 72. § (1) bekezdés]. Az ajánlatkérő a vizsgálat és az ajánlat e tekintetben történő értékelése során a Kbt. 72. § (2)-(7) bekezdései szerint jár el.

3. Az ajánlat érvénytelensége

Az ajánlat érvénytelen a **Kbt. 73. §** alapján:

„73. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;

b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;

c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező

fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy

fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §].

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.

(4) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.

(5) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

(6) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha

a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;

b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;

c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.”

4. Eredménytelen az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés alapján, ha

„a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést;

b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;

c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.

(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha

- a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];
- b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;
- c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;
- d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható;
- e) - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (ajánlatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;
- f) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.”

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az ajánlatról készített írásbeli összegezés megküldésével. A biztosítási szerződést a felhívásnak, illetőleg a közbeszerzési dokumentumoknak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezés kori tartalma szerint köti meg a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerint.

5. Az ajánlat példányainak kezelése

A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 37. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig ajánlatkérő megőrzi. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni.

A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton hozzáférést biztosítani.

V. FEJEZET

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés 12 hónap jótállással, és ezt követően 60 hónap átalánydíjas javítás-karbantartás beszerzése

Műszaki követelmények

a Semmelweis Egyetem által a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika számára megvásárolni kívánt kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezésre vonatkozóan.

A berendezések, részegységek, tartozékok, szoftverek stb. típusára utaló megnevezések kizárólag csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ennek megfelelően az esetleges specifikus vagy szabadalmi oltalom alatt álló megnevezésekkel ekvivalens, azaz azokkal funkcionálisan és műszakilag egyenértékű, de más elnevezésű termékek azonosnak tekintendők. A funkcionalitás és műszaki tartalom egyenértékűségét, megfelelőségét az ajánlattevőnek az ajánlatához becsatolt dokumentumokkal kell igazolnia.

Az értékelési szempontok kapcsán a 2., 3., és 8. minőségi kritérium esetén a megfelelőség megállapításához kérjük, hogy az Ajánlattevő támaszkodjon a dokumentációban leírt módszerre.

A készülékekre vonatkozó általános elvárások:

Az eljárás keretében szállításra kerülő berendezésnek az alábbi orvosszakmai elvárásoknak kell megfelelnie:

- rendelkezzen az üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez szükséges engedélyekkel
- funkcionális és villamos biztonsági szempontból feleljen meg a vonatkozó EU és magyar szabványoknak
- fokozott terhelés mellett is nagy működési biztonságot garantáljon
- kis szervizigény mellett biztosítson nagy megbízhatóságú üzemeltetést

A készülékekre vonatkozó alapvető technikai elvárások:

A beszerzés eredményeként egy jelenleg használatban lévő, 1.5 T-s térerejű Philips Achieva 1.5T Nova HP Dual típusú készülék kerül lecserélésre a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika (VSZÉK) Budapest XII. kerület, Határőr út 18. cím alatti Képkalkotó Diagnosztikai Részlege MR laboratóriumában.

A beszerzés tárgya egy 70 cm-es páciens alagút átmérővel rendelkező, 1.5 T térerejű MR berendezés, melynek rendelkeznie kell minden elérhető szív- és érvizsgálathoz való szoftver és hardver összetevővel; továbbá (a funkcionális MR-től és a multinukleáris spektroszkópiától eltekintve) valamennyi neuroradiológiai szoftver és hardver elemmel. A beszerzés magában foglalja a jelenlegi MR-kondicionális betegmonitorozó rendszer cseréjét is.

A beszerzendő MR készüléken nem cél emlő-, prosztatata-, ízületi-, illetve teljes test MR vizsgálatok, illetve terápiás beavatkozások végzése (emlő, illetve prosztatata mintavétel,

fókuszált ultrahang), így az ezekkel kapcsolatos speciális orvosszakmai és technikai hardver és szoftver követelmények teljesítése nem szükséges.

A VSZÉK tevékenységi körébe eső szoftveres kutatásfejlesztési tevékenység keretén belül, akadémiai környezetben a gyártóval való együttműködés elvárt követelmény.

A leszállításra kerülő berendezés tervezett és folyamatos korszerűsítése érdekében az állandó update mellett a legfőbb hardver komponenseket (mágnes, grádiens és RF erősítők) nem érintő rendszeres szoftver upgrade is része a beszerzésnek, mely magában foglalhatja – amennyiben az upgrade végrehajtásához a gyártói útmutató azt javasolja, vagy megköveteli – a méréseket vezérlő computer(ek), a hozzá tartozó rekonstruktor számítógép(ek), valamint a mérést vezérlő szoftver upgrade-del összhangban a képfeldolgozó munkaállomás(ok) szoftverének és – amennyiben az upgrade végrehajtásához a gyártói útmutató azt javasolja vagy megköveteli – hardverének cseréjét (pl. DV25 Continuum Pak, Syngo MR E11 upgrade vagy SmartPath to Release 5) legfeljebb 3 évente.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a berendezés üzemeltetéséhez szükséges teljes körű szerviz szolgáltatást a 12 hónapos garancia és további 60 hónap alatt (azaz összesen 6 év időtartamra), mely magában foglalja a rendszeres és hibajavító karbantartás során felhasznált anyagokat, valamennyi alkatrész cseréjét, a szükséges hélium töltést, a kardiológiai vizsgálathoz szükséges EKG elektródák és jelfeldolgozó egységek, az esetleges optikai kábelek, továbbá az akkumulátorok szükség szerinti és limitmentes cseréjét oly módon, hogy azokból a helyszínen (vagyis a VSZÉK MR laboratóriumában) folyamatosan rendelkezésre álljon tartalék egység.

Meglévő MR berendezés leszerelése:

A VSZÉK-en jelenleg működő MR készülék leszerelése nem képezi nyertes ajánlattevő feladatát, ajánlatkérő külön szerződéssel kezeli azt. A nyertes ajánlattevőnek a leszerelést végző céggel együtt kell működnie; és időben úgy kell megszerveznie az új MR készülék leszállítását, a telepítési környezet kialakítását és a berendezések installációját, hogy a betegellátás folytonossága csak a műszakilag elengedhetetlenül szükséges legrövidebb időre szakadjon meg.

Építési feltételek:

- Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa ajánlott MR berendezés tartozékaival együtt a jelen tenderdokumentációhoz mellékelte alaprajzú helyiségbe bevihető és működtethető. A beviteli útvonalat Ajánlattevőnek ellenőriznie kell, amelyre ajánlatkérő lehetőséget biztosított az eljárás második szakaszában a Kbt. 56. § (7) bekezdése alapján helyszíni bejárás keretében.
- Ajánlattevőnek el kell vállalnia és szükség szerint el kell végeznie az MR laboratóriumi helyiségek építészeti, épületgépészeti átalakításának tervezését és kivitelezését annak érdekében, hogy a megajánlott berendezés felszerelhető, üzembe állítható és működtethető legyen.
- Az eljárás keretében a nyertesnek saját költségén különösen gondoskodnia kell a következőkről:
 - A megajánlott berendezések installációs követelményeinek biztosítása. Az MR laboratóriumban a jelenleg rendelkezésre álló építészeti és épületgépészeti elemek a munkálatok során felhasználhatók. Amennyiben a pályázaton

megajánlott berendezés működtetéséhez más, vagy további épületgépészeti egységek is szükségesek (pl. RF kabin, RF árnyékolt kabinajtó, hűtőberendezések, energia-betáplálás, közmű csatlakozások stb.), akkor azt Ajánlattevőnek kell biztosítania.

- Az MR laboratórium a vele egy épületben elhelyezett többi berendezés és/vagy vizsgáló működését technikailag ne befolyásolja; ezek zavartalan működését a régi berendezés leszerelése, a működési feltételek kialakítása és a szállított berendezés telepítése alatt is biztosítani kell. Amennyiben az MR laboratórium zavarmentes és biztonságos működtetéséhez más helyiségek jelenlegi kialakításán bármilyen változtatás szükséges, azt kizárólag Ajánlatkérővel egyeztetve és saját költségére teheti meg Ajánlattevő.
- Az MR laboratórium munkaterületként átadott helyiségében a funkcionális bútorzat cseréje, a közművezetékek szükség szerinti cseréje, a közműszerelvények cseréje, a festett falfelületek felújítása (tapétázása, festése), az álmennyezetek cseréje valamennyi fényforrással együtt, valamennyi padlóburkolat cseréje az alapszigetelések revíziójával és szükség szerinti javításával együtt; illetve nyílászárók szükség szerinti kialakítása, beépítése, cseréje vagy felújítása.
- A berendezések telepítése és üzembe helyezése.
- A konkrét tervek elkészítésénél Ajánlattevőnek biztosítani kell, hogy a telepített berendezés körül az orvosi és asszisztensi munkát el lehessen végezni a betegforgalom folyamatának zavartalansága és zökkenőmentessége mellett.
- Ajánlattevőnek meg kell vizsgálnia az MR laboratórium épületgépészeti, elektromos és egyéb rendelkezésre álló rendszereit, és amennyiben a megajánlott készülék bármilyen paraméterben rendelkezésre nem álló feltételeket igényel, annak biztosítására vonatkozó valamennyi tervezési és építési feladatot az Ajánlattevőnek teljesítenie kell (beleértve a statikai jellegű átalakításokat, a csatornázást és más közművezetéseket, az RF kabint és részegységeit, az elektromos tápvezetéseket, a klímaberendezéseket, stb.).
- Ajánlattevőnek a fentieknek megfelelően 3 példányban és 1:50 méretarányban kell beadnia az átalakításra és telepítésre vonatkozó elképzeléseit. A berendezés részegységei több lehetséges elrendezésének, illetve az ezek nyomán az Ajánlatkérő számára fennálló esetleges választási lehetőségek bemutatása nem minősül alternatív ajánlatnak.

A készülékre vonatkozó részletes technikai elvárások:

A megajánlott készülék típusa:	
Gyártó neve:	
Gyártás időpontja:	

Ajánlattevő neve:	
-------------------	--

Paraméter megnevezése	Előírt érték	Megajánlott érték
Hardver elemek		
1.5 T indukciójú aktívan árnyékolt állandó mágnes	Igen	
Min. 70 cm páciens alagút átmérő	Igen, kérjük megadni	
Grádiens rendszer: irányonként minimum 40 mT/m grádiens térerősség és legalább 200 mT/m/ms grádiens váltási sebesség	Igen, kérjük megadni	
A mágneستől eltávolítható (a vizsgáló helyiségből kitolható), magasságában állítható betegvizsgáló asztal	Igen	
EKG és pulzus érzékelő	Igen	
Teljes körű betegkommunikációs lehetőség: légzésvisszatartás automatikus diktálása, rádióműsor vagy zene fülhallgatón keresztül történő bejátszására való képesség	Igen	
Beépített test tekercs és asztalba épített hátsó tekercselemek	Igen	
Torzó tekercs szív vizsgálatokhoz, illetve mellkasi és hasi mérésekhez min. 16 tekercselemmel	Igen	
Flex tekercsek min. 2 különböző méretben, összesen 3 darab	Igen	
Tartalék torzó tekercs a vizsgáló telephelyén	Igen	
Több elemes koponya tekercs	Igen	
Több elemes neurovaszkuláris tekercs	Igen	
Megfelelő felületi tekercsek asztalléptetési perifériás MRA vizsgálathoz, melyek egyidőben lefedik az alsó végtagok és a hasi aorta régióját	Igen	
Tekercselemek egyidejű kezelése asztalléptetési vagy asztalmozgatásos MRA mérés során: az aktív elülső felületi tekercs és a gerinc tekercs az aktuális FOV-on belül elhelyezkedő elemeit egyszerre tudja használni a gép adatgyűjtésre, és egyszerre legalább 32 analóg-digitális konverter működhessen egy időben	Igen	
Kezelőszervek az asztal mindkét oldalán	Igen	
Analóg-digitális jelátalakítás a vizsgálóhelyésen belül	Igen	
Min. 15 kW teljesítményű RF erősítő	Igen, kérjük megadni	

A vizsgálatok minőségét nem befolyásoló beteg monitorozó kamera külső kijelzővel	Igen	
A berendezésbe épített segéd kijelző a vizsgálattal kapcsolatos hasznos információk megjelenítésére	Igen	
Szoftver elemek		
A berendezés kommunikáljon a PACS rendszerrel és kezelje a munkalistát	Igen	
Mozgóképek, 2D áramlás mérés, késői halmozás, 2D Phase Sensitive Inversion Recovery (PSIR)	Igen	
Navigátoros, zsírelnyomósos, T2-prep koszorúér leképezésre való szekvencia	Igen	
Szív T2*, T1- és T2- kvantifikáció	Igen	
3D mozgó funkció meghatározás egy légzésvisszatartásban	Igen	
4D áramlás mérésre való szoftver	Igen	
Légzés kompenzált (navigátoros vagy más technika) 3D késői halmozás szekvencia kamrai illetve pitvari heg meghatározáshoz	Igen	
Realtime képalkotás szív vizsgálatához	Igen	
2D mozgó áramlás mérés kiértékelhető a vezérlő számítógépen	Igen	
Bóluskövetéses kontrasztanyag os carotis, aorta, pulmonalis, renalis és asztalléptetéses perifériás MRA	Igen	
Time resolved 3D MRA (TRICKS/4DTRAK/TWIST)	Igen	
Kontrasztanyag adás nélküli agyi perfúziós mérés	Igen	
Proton spektroszkópia koponyához – single és multi voxel	Igen	
Nem EPI alapú diffúziós mérés koponyához	Igen	
Szusceptibilitás súlyozott képalkotás koponyához	Igen	
3D TSE szekvenciák koponya vizsgálatához	Igen	
Párhuzamos képalkotási módszer	Igen, kérjük megadni	
Dinamikus máj szekvencia zsírelnyomással	Igen	
Egyéb nem koponyára való diffúziós mérések (fejnyak, gerinc, mellkas, has, kismedence régiókhoz)	Igen	
Csendes mérési opció koponyához, gerinchez, has/kismedencei mérésekhez és végtagokra	Igen	
Szoftveresen segített vizsgálat tervezés koponya vizsgálatokhoz	Igen	
Kontrasztanyag adás nélküli szekvencia renalis MRA-hoz	Igen	
Kontrasztanyag adás nélküli szekvencia carotis MRA-hoz	Igen	
Kontrasztanyag adás nélküli szekvencia perifériás MRA-hoz	Igen	
Kontrasztanyag adás nélküli szekvencia intracranialis MRA-hoz	Igen	

Mozgás korrekció koponya szekvenciákhoz	Igen, kérjük megadni	
Mozgás korrekció mellkasi mérésekhez	Igen, kérjük megadni	
Fém artefaktum redukciós mérési módszer nem szív szekvenciákhoz (MAVRIC, MAVRIC-SL / SEMAC, SEMAC-VAT, syngo WARP / O-MAR, O-MAR XD)	Igen	
3D MIP és VR rekonstrukció végezhető a vezérlő számítógépen	Igen	
Diffúziós képek feldolgozása a vezérlő számítógépen	Igen	
Koponya perfúziós, SWI, DTI feldolgozási lehetőség a vezérlő számítógépen	Igen	
Szekvencia programozás és poszt-processzing tanfolyam 3 fő részére	Igen	
A mérés vezérlő program forrás kódjának részleges vagy teljes megnyitása kutatási célú szoftver fejlesztés céljából a szerződés időtartama alatt (részletek a közbeszerzési eljárás tárgyalásos szakaszában)	Igen	
Tudományos összekötő biztosítása a szerződés időtartama alatt	Igen	
Csecsemők vizsgálatára való, speciális torzó és koponya tekercs	Igen	
Rendszeres szoftver upgrade, mely magában foglalhatja a méréseket vezérlő computer(ek), a hozzá tartozó rekonstruktor számítógép(ek), valamint a képfeldolgozó munkaállomás(ok) cseréjét (pl. DV25 Continuum Pak, Syngo MR E11 upgrade vagy SmartPath to Release 5) legfeljebb 3 évente	Igen	
Audio-vizuális megoldás a páciens kooperáció javítása érdekében, melynek használatával a beteg számára mozgó kép vetíthető egy tükör és egy lapos kijelző segítségével (pl. NordicNeuroLabs nordicComfortSolution), a rendszer minden szükséges hardver és szoftver tartozékával	Igen	
Kiértékelő munkaállomás – csak új érvényes (1 db)		
MPR/MIP/minIP rekonstrukciók	Igen	
Spektroszkópiás kiértékelés koponyához	Igen	
T2*-perfúzió (koponya) kiértékelés	Igen	
Kontrasztanyag nélküli koponya perfúzió kiértékelése	Igen	
Diffúzió súlyozott paraméter képek előállítása	Igen	
DTI feldolgozás és megjelenítés	Igen	
SWI kiértékelés	Igen	
T1-perfúzió kiértékelés	Igen	
TRICKS/4DTRAK/TWIST megjelenítés	Igen	
Asztalléptetési MRA lépéseinek összekapcsolása, együttes feldolgozása és megjelenítése	Igen	

Szív funkció és 2D áramlás kiértékelés	Igen	
4D áramlás mérés kiértékelése és megjelenítése	Igen	
Szív T1-, T2 és T2* kiértékelés	Igen	
Szív perfúziós kiértékelés	Igen	
Egyszerre három személyi számítógépen használható a szív funkció kiértékelés	Igen	
Egyszerre két személyi számítógépen futtatható a perfúzió kiértékelés, az áramlás mérés, a T1/T2/T2*-mapping és a késői halmozás kvantifikáció	Igen	
Egyszerre két személyi számítógépen futtatható strain analízis kiértékelés	Igen	
Heg szegmentáló szoftver, mely 3D késői halmozású képeken képes megjelölni a széli zónában lévő esetleges csatornákat, az eredményt pedig ki tudja exportálni olyan formátumban, melyet a Biosense Carto és az Abbott Ensite katéteres navigációs rendszer be tud importálni az abláció hatékonyságának növeléséhez	Igen	
MR kondicionális betegmonitorozó rendszer		
Pulzoximetria – csecsemőkhöz, gyermekekhez és felnőttekhez	Igen	
Non-invazív vérnyomás mérés – csecsemőkhöz, gyermekekhez és felnőttekhez	Igen	
EKG – csecsemőkhöz, gyermekekhez és felnőttekhez	Igen	
Kilégzett CO2 monitorizálás lehetősége	Igen	
Invazív vérnyomás mérés	Igen	
Testhőmérséklet mérés	Igen	
A kardiológiai vizsgálatokhoz szükséges EKG elektródák és jelfeldolgozó egységek, az esetleges optikai kábelek, továbbá az ezekhez tartozó dedikált áramforrások szükség szerinti és limitmentes cseréje oly módon, hogy azokból a helyszínen (VSZÉK MR laboratórium) folyamatosan rendelkezésre áll tartalék egység az EKG kapuzott vizsgálatok üzembiztos elvégezhetősége érdekében	Igen	
Hordozható második monitor egység	Igen	
Kontrasztanyag injektor berendezés		
Olyan kontrasztanyag injektor berendezés, mely sóval kevert kontrasztanyagot képes beadni, miközben Adenozinos perfúzióra is lehetőséget biztosít	Igen	
Szállítási és üzembe helyezési paraméterek		
Szállítási és üzembe helyezési határidő a szerződéskötéstől számítva maximum 4 hónap, ezt követően a próbaüzem az üzembe helyezéstől számítva 30 nap, vagyis összesen a teljesítési határidő 5 hónap	Igen	
Szerviz paraméterek		
Vállalt garanciaidő 12 hónap	Igen	

Garanciaidő utáni teljes körű szerviz 60 hónapra	Igen	
Magyarországi telephelyű szervizpartner vagy saját szerviz megléte	Igen	
A szerviz reagálási ideje a dokumentált hibabejelentéstől számítva minden naptári napon maximum 4 óra	Igen	
A hibaelhárítás maximális időtartama a bejelentéstől számítva maximum 3 nap	Igen	
A berendezés éves garantált (kötbérterhes) rendelkezésre állása minimum 96%	Igen	
Garantált alkatrészellátás időtartama a minimum 10 év	Igen, kérjük megadni	
A gyártó nyilatkozata a megajánlott termék 4/2009. (III.17.) EÜM rendelet szerinti osztályba sorolásáról	Kérjük megadni	

A berendezések, részegységek, tartozékok, szoftverek stb. típusára utaló megnevezések kizárólag csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ennek megfelelően az esetleges specifikus vagy szabadalmi oltalom alatt álló megnevezésekkel ekvivalens (azaz azokkal funkcionálisan és/vagy technikailag egyenértékű, de más elnevezésű) termékek azonosnak tekintendők.

VI. FEJEZET

SZERZŐDÉSTERVEZET

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TERVEZET

amely létrejött

**a Semmelweis Egyetem
(1085 Budapest, Üllői út 26.),
mint Vevő**

és a

mint Eladó

között

**„Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés beszerzése karbantartással a Semmelweis
Egyetem részére”**

tárgyban

Budapest, 2018.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Semmelweis Egyetem

székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26.
adószám: 15329808-2-42
ÁHT azonosító: 230254
bankszámlát vezető bank neve: Magyar Államkincstár
bankszámla száma: MÁK 10032000-00282819-00000000
képviselő neve és tisztsége: Dr. Szász Károly kancellár
Felelős szervezeti egység: Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
mint vevő (továbbiakban: **Vevő**),

másrészről a(z)

.....

székhely:
adószám:
cégjegyzékszám:
számlavezető bank megnevezése:
bankszámla száma:
képviselő neve és tisztsége:
mint eladó (továbbiakban: **Eladó**),

(a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

A Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti, versenypárbeszéd közbeszerzési eljárást folytatott le „*Kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés beszerzése karbantartással a Semmelweis Egyetem részére*” tárgyában.

Eladó részt vett az eljárásban, és Ajánlatkérő döntése alapján elnyerte a közbeszerzési szerződés teljesítésének jogát.

Jelen adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan részét képezi az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, és ezek esetleges módosításai, Eladó ajánlata, különös tekintettel Eladó szakmai ajánlatára, és ennek részeként benyújtott Felhasználói Kézikönyvre, amelyek azonban fizikailag nem kerülnek jelen Szerződés mellé csatolásra.

A fentiek alapján a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételnek eleget téve Felek az alábbi Szerződést kötik.

1. A Szerződés tárgya

1.1. Jelen Szerződés aláírásával Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja a fenti közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban (a továbbiakban: Ajánlat) meghatározott

- a) *1 db kardiovaszkuláris MR vizsgáló berendezés* [a továbbiakban: **Készülék**] leszállítását, telepítését, 30 napos próbaüzem lefolytatását,
- b) a Készülék valamint az MR laboratórium kialakításával kapcsolatos valamennyi tervezési, engedélyeztetési, építési és felszerelési tevékenység esetében 12 havi jótállás biztosítását,
- c) a jótállási időszak lejártát követően az MR készülék vonatkozásában teljes körű (minden költséget tartalmazó) 60 havi gyártó által előírt karbantartás és átalánydíjas hibajavítási (a továbbiakban: szervízzolgáltatás) szolgáltatás nyújtását,
- d) az 1.7. pontban foglaltak teljesítését

a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban rögzített minőségben, kivitelben, típusban és mennyiségben, az Eladó Ajánlatában (1. sz. melléklet) megadott áron, valamint a Szerződésben meghatározott feltételekkel.

1.2. A Készülék kizárólag gyári új kibocsátású készülék lehet, felújított vagy korábban bármilyen célra használt Készülék leszállítása nem minősül szerződésszerű teljesítésnek.

1.3. CPV kód:

33113000-5 mágneses rezonanciás képfeldolgozó berendezések

50400000-9 Gyógyászati és precíziós berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

1.4. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Szerződés 1.1. pontban meghatározott tárgyát olyan módon köteles tőle megvásárolni, ahogy ez a Szerződés 3. pontjában meghatározásra kerül.

1.5. Az Eladó által szállítandó Készüléknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott – különösen a „Közbeszerzési műszaki leírás” szerinti – alábbi feltételeknek:

- rendelkezzenek az üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez szükséges engedélyekkel;
- funkcionális és biztonsági szempontból feleljenek meg a vonatkozó EU és magyar szabványoknak;
- rendelkeznie kell minden elérhető szív-és érvizsgálathoz való szoftver és hardver összetevővel, valamennyi neuroradiológiai szoftver és hardver elemmel;
- fokozott terhelés mellett is nagy működési biztonságot garantáljon;
- kis szervizigény mellett biztosítson nagy megbízhatóságú üzemeltetést.

1.6. Eladó vállalja és szükség szerint elvégzi az MR laboratórium építészeti, épületgépészeti és épületvillamosági átalakításának tervezését, kivitelezését és felszerelését annak érdekében, hogy a megajánlott Készülék felszerelhető, üzembe helyezhető, valamint szabályszerűen és biztonságosan működtethető legyen. Ennek keretében Eladó saját költségén gondoskodik különösen a következő tervezési, engedélyezési és kivitelezési munkák elvégzéséről az 5. pontban megadottak szerint. Eladó köteles együttműködni a VSZÉK-n jelenleg működő MR

berendezés leszerelést végző céggel annak érdekében, hogy a meglévő MR berendezés elszállításának időpontját úgy lehessen meghatározni, hogy a jelen Szerződés eredményeképpen installálásra kerülő Készülék telepítése és üzembehelyezése a legrövidebb állásidő mellett zökkenőmentesen történhessen meg. A Készülék telepítése kapcsán Eladó feladata továbbá régi MR berendezés szállítójával a szükséges egyeztetéseket lefolytatni a betegellátás zavartalansága és zökkenőmentessége biztosítása érdekében.

- 1.7.** Eladó köteles a Készülék folyamatos korszerűsítése érdekében az állandó update mellett a legfőbb hardver komponenseket (mágnes, grádiens és RF erősítők) nem érintő rendszeres szoftver upgrade-et is elvégezni, amely magába foglalhatja – amennyiben az upgrade végrehajtásához a gyártói útmutató azt javasolja vagy megköveteli – a méréseket vezérlő számítógépek, a hozzá tartozó rekonstruktor számítógépek, valamint a mérést vezérlő szoftver upgrade-del összhangban a képfeldolgozó munkaállomás(ok) szoftverének és – amennyiben az upgrade végrehajtásához a gyártói útmutató azt javasolja vagy megköveteli – hardverének cseréjét legfeljebb 3 évente.

2. A Szerződés hatályba lépése, a teljesítés határideje, helye

- 2.1.** Jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba és az alábbiak szerint meghatározott időtartamra jön létre:

- a) Eladó a Készülék telepítését és üzembe helyezését megelőzően elvégzi az MR laboratórium átalakításához szükséges tervezési, engedélyezési és kivitelezési munkákat az 5. pontban felsoroltak szerint. A telepítési helyszín (munkaterület) Eladó részére történő átadására a szerződéskötést követően kerül sor egyeztetett időpontban.
- b) Vevő a Készüléket a Szerződés aláírását követő 3 (három) munkanapon belül megrendeli, melyek leszállítására és telepítésére, üzemképes állapotba helyezésére, valamint 30 napos próbaüzem lefolytatására irányadó teljesítési határidő a Szerződés aláírásától számított 5 (öt) hónap;
- c) A b.) pontban megadott 5 (öt) hónapos határidőbe nem számít bele a szükséges engedély megszerzésére jogszabályban meghatározott időtartam.
- d) a sikeres próbaüzem után 12 hónapos jótállási időszak, melyet követően
- e) 5 év (60 hónap) időtartamban - a gyártók által előírt gyakorisággal történő – karbantartás (magába foglalva az 1.7. pontban foglaltakat), valamint hibaelhárítás.

A Vevő előteljesítést elfogad.

- 2.2.** A teljesítés helye (telephely): SE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika telephelye: 1122 Budapest, Határőr út 18.

- 2.3.** A próbaüzemet kizárólag a Készülék gyártója által minősített szervizmérnökök teljesíthetik. Eladó felelősséget vállal azért, hogy a Szerződés teljesítésében résztvevő szakemberek megfelelnek a munkavégzéshez szükséges hatósági, törvényi és szakmai előírásoknak.

- 2.4. Eladó és a Vevő köteles a Készülék próbaüzemének teljesítéséről jegyzőkönyvet felvenni (4.1. pont). A jegyzőkönyv tartalmazza a próbaüzembe helyezett Készülék (lásd a „Közbeszerzési műszaki leírás” dokumentumot) tételes jegyzékét, a fellelhető esetleges külsérelmi nyomokat, valamint a Készülék paramétereinek a Felek általi beméréséről készült adatokat.
- 2.5. Jelen Szerződés megszűnik a 2.1.e) pont szerinti karbantartási időszak utolsó napján.

3. Ellenszolgáltatás

- 3.1. Jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott Készülék vételára (leszállítás, telepítés, próbaüzem elvégzése): **nettó forint + ÁFA, azaz nettó forint + ÁFA összegű ellenszolgáltatás.** Ezen felül az Eladó által a Készülékre vállalt 12 hónapos jótállási időtartamot követően 5 év (60 hónap) időtartamban a Készülékre – a gyártók által előírt gyakorisággal – vállalt karbantartási szolgáltatások teljesítéséért, illetve az MR laboratórium kialakításával kapcsolatos valamennyi tervezési, építési és felszerelési tevékenység teljesítéséért, valamint az 1.7. pontban foglaltak teljesítéséért Eladót mindösszesen **nettó Ft + ÁFA, azaz nettó forint + ÁFA összegű ellenszolgáltatás,** Eladó szakmai ajánlata alapján havonta nettó Ft + ÁFA, azaz nettó forint + ÁFA összegű havidíj (minden költséget tartalmazó, átalánydíjas hibajavítási szolgáltatások díja (anyagköltséggel együtt értendő); karbantartási szolgáltatások díja, magába foglalva az 1.7. pont szolgáltatásait is) illeti meg, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően.
- A Szerződés 1. sz. melléklete a Felolvasólap, amely tartalmazza a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfelelően azon elemeket, amelyek a Vevő által - az áron kívül - értékelésre kerültek.
- 3.2. Vevő előleget nem fizet Eladó számára. A teljesítés során Vevő a teljesítéskor hatályos magyar adójogszabályok szerint fizeti az ellenérték ÁFA tartalmát.
- 3.3. Jelen Szerződés 3.1. pontjában meghatározott teljes ellenszolgáltatás tartalmaz minden, a Szerződéssel kapcsolatos díjat és költséget (bel- és külföldi szállítás, vám, egyéb járulékos költségek, stb.), beleértve a Vevő jelen Szerződés 2.2. pontjában meghatározott telephelyére történő kiszállítás költségeit is.
- 3.4. Amennyiben a Készülék üzemszerű működéséhez és/vagy a Felhasználói Kézikönyv (vagy gyártói nyilatkozat) szerinti üzembe helyezéséhez bármilyen egyéb anyagra, eszközre, tartozékra, alkatrészre szükség van, úgy azt az Eladónak a teljesítési határidőre biztosítania kell, amiért külön ellenszolgáltatás nem számítható fel. A 3.1. pont szerinti ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell ezen anyagok, eszközök, tartozékok, alkatrészek ellenértékét is.

- 3.5.** Eladó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a 3.1. pont szerinti teljes ellenszolgáltatás összegén kívül a Szerződés teljesítésével kapcsolatban egyéb díjat (szervizelésből, karbantartásból, kötelező felülvizsgálatból származó), költséget nem számol fel.
- 3.6.** Felek a Szerződésben rögzített nettó ellenszolgáltatást (vétélár; minden költséget tartalmazó, átalánydíjas hibajavítási szolgáltatások díja; karbantartási szolgáltatások díja) fix összegnek tekintik, amelyet a Szerződés időtartama alatt Eladó a Vevő hátrányára nem módosíthat, így a magyarországi, vagy a világpiaci árak alakulására, az inflációs rátára és az árfolyamok változására tekintettel sem.
- 3.7.** Eladó kijelenti, hogy nem fizet és nem számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) k) pont szerinti feltételeknek nem megfelelő gazdasági társaság tekintetében merülnek fel és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

4. Fizetési feltételek

- 4.1.** Jelen Szerződés 2.1.b) pontja szerint a telepítés befejezésének napját követően 30 napos próbaüzemre kerül sor. A sikeres próbaüzem befejezését követően a Felek teljesítést igazoló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: teljesítésigazolás) vesznek fel (2.4. pont). A teljesítésigazolás Vevő általi aláírását követően jogosult Eladó a Készülék vételárára vonatkozó számla kiállítására, amelyet a Vevő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesít. Az átalánydíjas javítás-karbantartási időszak alatt Eladó havonta jogosult számla kiállítására a teljesítési igazolás birtokában, amelyet a Vevő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesít.
- 4.2.** Vevő az átalánydíjas javítás-karbantartás díját havi egyenlő részletekben teljesíti 60 hónapon keresztül. Eladó minden tárgyhónapot követő 5. munkanapig e tárgykörben teljesítési igazolást állít ki, amelyet elektronikusan megküld Vevő részére. Vevő a teljesítési igazolást 2 munkanapon belül ellenőrzi és aláírással ellátva visszaküldi Eladó részére. Eladó a teljesítési igazolás birtokában jogosult számla kiállítására. Vevő a kifizetéseket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
- 4.3.** A Készüléket szállítólevélnek kell kísérnie, amely tartalmazza a Szerződés tárgyát az 1.1. pont szerinti részletezésnek megfelelően (megnevezés, mennyiség, nettó és bruttó ellenérték, ÁFA összege). A számla tartalmazza az áru megnevezését, mennyiségét, a szerződés SAP számát, a szállítólevél számát, valamint az Áfa összegét. Mindig fel kell tüntetni a számlán a Vevő SAP rendszere által generált megrendelési számokat. A számla és a szállítólevél tartalmának meg kell egyeznie.
- 4.4.** Eladó a szerződés szerű teljesítést követően kibocsátott számlán a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeken, továbbá az ÁFA tv. rendelkezéseiben rögzítetteken túl köteles feltüntetni a teljesítés jogcímét (a Szerződés tárgya, valamint a számlához kapcsolódó teljesítés megnevezése). Szabályszerű a

számla többek között, ha az Semmelweis Egyetem Pénzügyi Igazgatóság nevére és számlázási címére (1085 Budapest, Üllői út 26.) van kiállítva és feltüntetni az átvevő egység nevét és címét (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor utca 68., valamint a leszállított Készülékek és Eszközök pontos megnevezését, VTSZ számát és termékkódját is, továbbá a Vevő által rendelkezésre bocsátott SAP számot is. Eladónak a benyújtott számlához csatolnia kell a Vevő által aláírt teljesítésigazolás (4.1. pont) 1 (egy) másolati példányát.

- 4.5.** Az első számlát (vételár) az Eladó a Vevő kapcsolattartója (13.1. pont) által aláírt teljesítésigazolás alapján - lehetőség szerint az aláírt szállítólevéllel együtt -, legkésőbb a teljesítést (sikeres próbaüzem jegyzőkönyvvel igazolt elvégzését – 2.4. pont) követő 5 munkanapon belül – az átalánydíjas javítás-karbantartásra vonatkozó számlát legkorábban a jótállási idő lejártát követő 1. hónap utáni hónapban a 4.2. pontban foglaltak szerint - állítja ki, melyet egyidejűleg elektronikus úton is megküld Vevő kapcsolattartójának. Eladó az alakilag és tartalmilag helyes számlát 2 (kettő) eredeti példányban, cégszerűen aláírva nyújtja be. Vevő az Eladó teljesítését igazoló, Vevő átvevője által leigazolt és átvételi elismervénnyel ellátott, alakilag és tartalmilag helyes számláit a kézhezvételtől számított 60 (hatvan) napon belül banki átutalással egyenlíti ki, Eladó Banknál vezetett számú bankszámlájára, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A § a) pontja, valamint a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével.
- 4.6.** Az Eladó által kiállított számla tartalmazza – figyelembe véve a 2.1. pontban foglaltakat is - a Szerződés tárgyát képező Készülék és az 1.1. pont szerinti szolgáltatások ellenértékét, így ezeken túlmenően Eladó semmilyen jogcímen nem jogosult Vevőtől további díj- vagy költségterítésre. A 60 hónap szervizszolgáltatás (karbantartás és eseti javítás) átalánydíjas, amely magába foglalja a rendszeres és hibajavító karbantartás során felhasznált anyagokat, valamennyi alkatrész cseréjét, a szükséges hélium töltést, a kardiológiai vizsgálatokhoz szükséges EKG elektródák és jelfeldolgozó egységek, az esetleges optikai kábelek, továbbá az ezekhez tartozó dedikált áramforrások szükség szerinti és limitmentes cseréjét oly módon, hogy azokból a helyszínen (VSZÉK MR laboratórium) folyamatosan rendelkezésre álljon tartalék egység az EKG kapuzott vizsgálatok üzembiztos elvégezhetősége érdekében; valamint az 1.7. pontban foglalt szolgáltatások ellenértékét is.
- 4.7.** Vevő fizetési késedelme esetén Eladó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
- 4.8.** A Vevő fizetési kötelezettsége teljesítettnek minősül azon a napon, amikor a Vevő számláját számlavezető pénzügyintézet megterhelte. Vevő köteles írásban haladéktalanul, de legkésőbb a számla kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül értesíteni az Eladót abban az esetben, ha a kiszámlázott összeget érdemben kifogásolja. Eladó köteles a számlával

kapcsolatos kifogásokról szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül a Vevőnek tájékoztatást nyújtani, illetve a számlát kijavítani. A fizetési határidő az ismételten kibocsátott számla elfogadásától újra kezdődik.

- 4.9.** Vevő nem esik fizetési késedelembe, ha az Eladó nem teljesíti a díjazása iránt igénye érvényesítéséhez a Szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt feltételeket.

5. Felek kötelezettségei

- 5.1.** A Készülék szállításának megszervezésével és lebonyolításával, valamint az 1.1. pont szerinti szolgáltatással kapcsolatos valamennyi feladat az Eladót terheli. A teljesítés akkor teljes körű, ha Eladó

- az MR laboratórium kialakításával kapcsolatos valamennyi tervezési, engedélyeztetési, építési és felszerelési tevékenységet a jogszabályi és egyéb hatósági előírásoknak megfelelően elvégzi,
- a Készüléket a Szerződésben foglaltak szerinti mennyiségben és minőségben, a teljesítés helyén a Vevő részére az átadást-átvételt igazoló jegyzőkönyvvel, a technikai-orvosszakmai próbaüzem igazolt elvégzését követően átadja, továbbá
- jótállással kapcsolatos, valamint karbantartási és hibajavítási kötelezettségeit, valamint az 1.7. pontban rögzített kötelezettségit maradéktalanul elvégzi.

Átadás-átvételi jegyzőkönyvnek minősül az árukísérő számlának, vagy szállítólevélnek a Vevő képviselője által aláírt példánya is.

- 5.2.** Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a Készülék a tartozékaival együtt a 2.2. pontban meghatározott telepítési helyen az ajánlati dokumentációhoz mellékelte és a Szerződés 4. számú mellékletét képező alaprajzú helyiségbe bevihető, telepíthető és működtethető. Eladó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a beviteli útvonalat ellenőrizte.

- 5.3.** Eladó az MR laboratórium kialakításával kapcsolatos valamennyi tervezési feladatokat a Vevő érintett szervezeti egységeivel (Beruházási és Létesítmény-fenntartási Igazgatóság, Biztonságtechnikai Igazgatóság, Informatikai Igazgatóság; Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Főigazgatóság, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Városmajori Klinikai Tömbigazgatóság) egyeztetve, szakmai iránymutatásaikat figyelembe véve kell elvégezni; a kivitelezést megkezdeni csak hozzájárulásuk után lehet. A Vevő köteles a jelen pont szerinti szakmai iránymutatásokat az Eladó részére a jelen szerződés megkötését követően haladéktalanul átadni, és a fenti szükséges egyeztetéseket az Eladóval a jelen szerződés aláírását követő leghamarabbi időpontban lefolytatni.

- 5.4.** A tervezés és engedélyeztetés keretében Eladónak saját költségén különösen gondoskodnia kell a következőkről:

5.4.1. Eladó gondoskodik arról, hogy az MR berendezés tartozékaival együtt a közbeszerzési eljárás dokumentációjához csatolt alaprajzú helyiségbe bevihető és működtethető. A beviteli útvonalat Eladónak ellenőriznie kell.

5.4.2. Eladó szükség szerint köteles az MR laboratóriumi helyiségek építészeti, épületgépészeti átalakításának tervezését és kivitelezését elvégezni annak érdekében, hogy a berendezés felszerelhető, üzembe állítható és működtethető legyen.

5.4.3. Eladónak a saját költségén gondoskodnia kell a következőkről:

- A berendezés installációs követelményeinek biztosítása. Az MR laboratóriumban a jelenleg rendelkezésre álló építészeti és épületgépészeti elemek a munkálatok során felhasználhatók. Amennyiben a berendezés működtetéséhez más, vagy további épületgépészeti egységek is szükségesek (pl. RF kabin, RF árnyékolt kabinajtó, hűtőberendezések, energia-betáplálás, közmű csatlakozások stb.), akkor azt Eladónak kell biztosítania.
- Az MR laboratórium a vele egy épületben elhelyezett többi berendezés és/vagy vizsgáló működését technikailag ne befolyásolja; ezek zavartalan működését a régi berendezés leszerelése, a működési feltételek kialakítása és a szállított berendezés telepítése alatt is biztosítani kell. Amennyiben az MR laboratórium zavarmentes és biztonságos működtetéséhez más helyiségek jelenlegi kialakításán bárminemű változtatás szükséges, azt kizárólag Vevővel egyeztetve és saját költségére teheti meg Eladó.
- Az MR laboratórium munkaterületként átadott helyiségében a funkcionális bútorzat cseréje, a közművezetékek szükség szerinti cseréje, a közműszerelvények cseréje, a festett falfelületek felújítása (tapétázása, festése), az álmennyezetek cseréje valamennyi fényforrással együtt, valamennyi padlóburkolat cseréje az alapszigetelések revíziójával és szükség szerinti javításával együtt; illetve nyílászárók szükség szerinti kialakítása, beépítése, cseréje vagy felújítása.
- A berendezések telepítése és üzembe helyezése.
- A konkrét tervek elkészítésénél Eladónak biztosítani kell, hogy a telepített berendezés körül az orvosi és asszisztensi munkát el lehessen végezni a betegforgalom folyamatának zavartalansága és zökkenőmentessége mellett.
- Eladónak meg kell vizsgálnia az MR laboratórium épületgépészeti, elektromos és egyéb rendelkezésre álló rendszereit, és amennyiben a megajánlott készülék bármilyen paraméterben rendelkezésre nem álló feltételeket igényel, annak biztosítására vonatkozó valamennyi tervezési és építési feladatot az Eladónak teljesítenie kell (beleértve a statikai jellegű átalakításokat, a csatornázást és más közművezetéseket, az RF kabint és részegységeit, az elektromos tápvezetéseket, a klímaberendezéseket, stb.).

5.5. Eladó köteles a **karbantartási munkákat** a Gyártói előírásnak megfelelő tartalommal és gyakorisággal elvégezni, köteles továbbá az aktuális karbantartás időpontját Vevő képviselőjével előzetesen egyeztetni. Eladó a minden költséget tartalmazó szervizelési, átalánydíjas hibajavítási, valamint karbantartási munkát a közbeszerzési dokumentumokban

megadottak figyelembe vételével gondos és szakszerű módon köteles elvégezni, valamint köteles biztosítani a szükséges kopó-, csere és speciális alkatrészeket. Eladó és a Vevő köteles a Készülék karbantartásáról jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza a karbantartott Készülék (tartozék) tételes jegyzékét, az azokon fellelhető esetleges külsérelmi nyomokat, valamint a Készülék paramétereinek a Felek általi beméréséről készült adatokat. A karbantartás időtartama alatt az elvégzett munka tekintetében az Eladó díj- és/vagy költségigényt (például kiszállási díj, szállítási díj, munkadíj, kilométerdíj, cserealkatrész költsége, stb.) Vevővel szemben nem támaszthat.

5.6. A jótállás és karbantartás időtartama alatt Eladó biztosítja a Szerződés tárgyát képező Készülékek folyamatos, üzemképes állapotát. Eladó a Készülék tartalék alkatrész ellátását úgy tartozik megszervezni, hogy az a karbantartást és a hibák gyors kiküszöbölését ne akadályozza.

5.7. Eladó vállalja és szükség szerint elvégzi a Szerződés teljesítése során érintett helyiségek építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági átalakításának tervezését és kivitelezését abban az esetben, ha a Készülékek felszerelése, üzembe állítása és működtetése e nélkül nem lehetséges. A tervezés és a kivitelezés költségét az ajánlati ár tartalmazza.

5.8. Hibabejelentés, hibajavítás

5.8.1. Vevő köteles a Készülék meghibásodásáról Eladót haladéktalanul értesíteni. Eladó a hibajelentést folyamatosan, 24 órás időtartamban a ügyeleti telefonszámon teheti meg. A szóbeli értesítést követően a hibabejelentést a faxszámon vagy email címen írásban is meg kell erősíteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a hiba minél részletesebb ismertetését (szükség esetén e-mailben képernyőképekkel), a Készülék típusát, gyári számát, helyét, a bejelentés időpontját és a bejelentő nevét.

Vevő előre egyeztetett időpontban és időtartamra köteles Eladó szervizmérnökei számára a Szerződés szerint a tervezett és a javítási / karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges felszerelésnek megfelelő munkavégzési helyet, a Készülékekhez való hozzáférést és segítséget biztosítani.

Vevő vállalja, hogy Eladó helyszínre kiszálló szervizmérnökét - amennyiben az előre bejelentett időpontban érkezik - nem várakoztatja, biztosítja a Készülékekhez való azonnali hozzáférést.

5.8.2. Hibaelhárítás keretében a hibabejelentést követő 4 (négy) órán belül Eladó szervizmérnöke telefonon, és amennyiben lehetőség van rá távdiagnosztika útján is, igazoltan jelentkezik a meghibásodott Készülék kezelőjénél a hibajelenség pontosítása, ill. esetleges hibaelhárítás céljából. Meghibásodás esetén a folyamatos betegellátás érdekében követelmény a javítás megkezdése a bejelentéstől számított 1 munkanapon belül és a legrövidebb időn, de legfeljebb 3 naptári napon belüli elvégzése. A fenti határidő elmulasztása esetén Vevő jogosult késedelmi kötbérigényét érvényesíteni.

5.8.3. Eladó a hibabejelentés alapján a javítási munkákat folyamatosan, a hiba elhárításáig és a működőképes állapot helyreállításáig köteles végezni. Eladó köteles a legjobb tudása és szakmai felkészültsége alapján, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és az

elfogadott szakmai követelményeknek megfelelően, gondos és szakszerű módon határidőben teljesíteni. Eladó a szükséges hibaelhárítási munkák tartalmát és fontossági sorrendjét minden esetben egyeztetni köteles Vevő kijelölt kapcsolattartójával.

5.8.4. Eladó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a javítás 5.8.2. pont szerinti határidejét alkatrész-hiányra hivatkozással sem lépi túl.

5.8.5. Eladó a Készülékek üzembiztos működését az éves naptári napok 96 %-ában biztosítja. Az éves 4% mértékű üzemszünet évi 15 (tizenöt) naptári nap állásidőt jelent. Az állásidőbe nem tartozik bele

- a tervezett karbantartásokra fordított munkaóra,
- a gyártó által kötelezően előírt műszaki módosítások elvégzésére fordított munkaóra,
- az olyan meghibásodás, amely a Készülék valamennyi komponensének egyidejű és a felhasználó által érzékelhető korlátozás nélküli üzemképességét, az alkalmazhatósággal szemben támasztott orvos-szakmai szempontoknak való teljes megfelelésségét nem befolyásolja, valamint
- olyan esetek miatti üzemszünet, amelynek oka:
 - vis maior eseménybekövetkezése;
 - a készüléknek a Vevő vagy harmadik személy általi nem megfelelő napi ápolása és/vagy nem rendeltetésszerű üzemeltetése vagy hibás használata;
 - eszközök nem megfelelő vízellátása, áramellátása, légkondicionálása stb.;
 - a Vevőnek az Eladó által fel nem jogosított alkalmazottja vagy ilyen harmadik személy által végrehajtott installáció, módosítás és/vagy nem megfelelő javítási munkák.
 - szakszerűtlen kezelés, nem rendeltetésszerű használat, kezelési hiba, gondatlan, vagy szándékos károkozás, vagy egyéb (különösen: harmadik személyek, a megrendelő mulasztása, tevékenysége, vis major), Eladó érdekkörén kívül eső események, egyéb külső tényezők ráhatásából keletkező hibák miatti üzemkiesés, valamint a javításra fordított idő,
 - a berendezés működését befolyásoló, azonban a szerződés tárgyát nem képező egyéb kiegészítő számítástechnikai-, gépészeti-, technológiai-, építészeti-, energetikai-, munkavédelmi-, tűzvédelmi-, klíma és egyéb itt nem felsorolt technikai eszköz meghibásodásából, illetve olyan számítógépes vírusokból fakadó leállás, amelyért Eladó nem felelős, illetve az ez által a berendezésben fellépett meghibásodás javítására fordított idő,
 - a nem rendeltetésszerű használatból fakadó hibák javítására fordított idő,
 - alaptalan bejelentés miatt kieső üzemórák.

Olyan okból, amelyért Eladó felelős, a Készülék az éves naptári napok 96%-nál kevesebb ideig használhatóak üzembiztosan, abban az esetben az hibás teljesítésnek minősül és jelen szerződés 6. pontja szerinti kötbér rendelkezések alkalmazandóak.

5.8.6. Jelen pont vonatkozásában

- rendelkezésre állás: a Készülék valamennyi komponensének egyidejű és felhasználó által érzékelhető korlátozás nélküli üzemképessége, az

alkalmazhatósággal szemben támasztott orvos-szakmai szempontoknak való teljes megfelelés.

- állásidő: minden olyan intervallum, amikor a Készülék vonatkozásában a rendelkezésre állás nem valósul meg.

5.9. A Szerződés teljesítése során Eladó a saját költségén gondoskodik az alábbiakról:

- Az MR laboratóriumot érintően az esetlegesen szükséges átalakítások során a kivitelezőnek az összes vonatkozó szabványt, hatósági előírást és jogszabályt betartva az eredeti állapotnak megfelelő műszaki kivitelezést kell biztosítania, különös tekintettel az alkalmazott megoldások mindennapi betegellátási feladatokkal való összeegyeztethetőségére és az esztétikai színvonalra.

5.10. Amennyiben az Eladó a Szerződés szerinti bármely kötelezettséget határidőben nem, nem megfelelően vagy hibásan teljesíti, a Vevő kárátalányként a jelen Szerződés 6.4. pontjában meghatározottak szerinti kötbérosszegre jogosult azzal, hogy a Vevő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Eladóval szemben. Amennyiben a Szerződés teljesítése során bármikor az Eladó terhére olyan körülmény áll elő, amely a határidőben történő teljesítést akadályozza, erről a Vevőt haladéktalanul, írásban értesíteni köteles a jelen Szerződés 13. pontjában meghatározottak szerint, a késedelem oka és várható időtartama megjelölésével.

5.11. Eladó vállalja, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

- a) nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti.

Az e pontban meghatározott követelmények megsértése esetén a Vevő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.

6. Szerződésszegés és jogkövetkezményei

6.1. Eladó szavatol azért, hogy a Szerződés szerinti feladatokat határidőben elvégzi, továbbá a Szerződés teljesítésének időtartama alatt a Szerződés szerinti feladatok elvégzése és Vevő támogatása céljából folyamatosan a Vevő rendelkezésére áll, és biztosítja a Szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet, szakemberforrást és technikai hátteret.

6.2. A Szerződésben meghatározott feladatok elvégzésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő személyiségi, szerzői, illetve egyéb jogi kérdéseket illetően Eladó köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal előzetesen eljárni és azokról a Vevőt előzetesen tájékoztatni. Eladó

szavatolja, hogy a Készüléken harmadik személynek nincsen olyan - így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó - joga (pl. szerzői joga, szabadalma, újítása vagy védjegye), amely a Vevőnek e használati jogát korlátozná, vagy megakadályozná. Eladó vállalja, hogy ha a Készülék tekintetében harmadik személynek ilyen joga lenne, a lehető legrövidebb időn belül megszerzi a harmadik személyek szükséges hozzájárulását. Ha a szükséges hozzájárulásokat Eladó nem tudja megszerezni, a Vevő jogosult a hozzájárulásokat Eladó költségére megszerezni, vagy a Szerződés szerint fizetendő esedékes vételár-részletet csökkenteni, illetve a Szerződéstől elállni.

6.3. Eladó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz (kötbér) fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős, megszegi a Szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Amennyiben Eladó a Szerződés szerinti bármely kötelezettségét késedelmesen, hibásan, vagy nem teljesíti, Vevő kárátalányként a 6.4. pont szerinti kötbérösszegre jogosult azzal, hogy Vevő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Eladóval szemben.

6.4. Eladó a Szerződés 1.1.a) pontjában rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Vevőnek:

késedelmi kötbér: amennyiben a Szerződésben vállalt kötelezettségeket Eladó olyan okból, amelyért felelős, nem a Szerződésben megállapított teljesítési határidőre teljesíti (késedelmes teljesítés), Eladó késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér összege valamennyi késedelemmel érintett nap vonatkozásában a a Készülék nettó vételára összegének 0,25 (negyed) %-a, de legfeljebb összesen 5 (öt) %-a. A késedelmi kötbér érvényesítésének maximuma összesen 20 (húsz) késedelmes nap.

- *hibás teljesítés* esetén az előírt póthatáridő eredménytelen elteltét követő naptól a szerződésszerű teljesítésig a késedelmi kötbérre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.
- *meghiúsulási kötbér:* amennyiben a Szerződés Eladó hibájára visszavezethető okból meghiúsul, illetőleg Eladónak olyan okból, amelyért felelős az előírt teljesítési véghatáridő vonatkozásában a 20 (húsz) napot meghaladja a késedelem, Megrendelő az Eladóval szemben jogosult meghiúsulási kötbért érvényesíteni, mértéke a Készülék nettó vételára 30 %-ának megfelelő összeg. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés egyidejű követelését és a késedelmi / hibás teljesítési kötbér alkalmazását kizárja.

A karbantartási időszakban (60 hónap) ellátandó feladatok vonatkozásában (Szerződés 1.1.c és 1.1.d) pont):

- *Késedelmi kötbér:* amennyiben Eladó a karbantartási időtartam alatt a gyártó által előírt gyakorisággal történő karbantartási feladatokat, határidőre nem teljesíti, a kötbér mértéke valamennyi késedelemmel érintett nap vonatkozásában a nettó havidíj összegének 0,5 (fél) %-a, de legfeljebb 5 (öt) %-a (az eredeti karbantartási határidőhöz képest).

Hibajavítás esetén, amennyiben a Vevő hibabejelentésétől számított 1 (egy) munkanapon belül (5.8.2. pont) Eladó a hiba kijavítását a helyszínen nem kezdi meg, vagy Vevő a

hibabejelentéstől számított 3 (három) napon belül nem fejezi be, a kötbér mértéke a nettó havidíj összegének 0,5 (fél) %-a minden késedelemmel érintett (megkezdett) nap után, de legfeljebb 5 (öt) %-a.

- *hibás teljesítés*: hibás teljesítésnek minősül, az is, ha olyan okból, amelyért Eladó felelős, az éves naptári napok 96%-ánál kevesebb ideig használható üzembiztosan a Készülék. Hibás teljesítés esetén a késedelmi kötbérre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni arra az időszakra (napokra), amennyivel Eladó az 5.8.5 pontban meghatározott időtartamot (15 nap) az adott évre vonatkozóan túllépte.

6.5. A késedelmi kötbér a késedelem megszűnésekor, hibás teljesítés esetén a hiba kijavításakor, a meghiúsulási kötbér pedig az Eladó teljesítési képességének megszűnéséről, vagy a teljesítés megtagadásáról történő Vevő általi tudomásszerzéskor, illetve késedelmes, vagy hibás teljesítést követően az érdekmúlás és elállás Vevő általi közlésekor válik esedékessé.

6.6. Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén Eladó haladéktalanul, illetve a Vevő által kitűzött póthatáridőn belül továbbra is köteles a teljesítésre. A késedelem, vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Eladót a teljesítés alól.

6.7. Eladó hibásan teljesít, ha a szerződés 1.1. pontja vonatkozásában a teljesítés nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, a nyertes ajánlatban és jelen szerződésben előírt követelményeknek. Hibás teljesítés esetén Eladó a Vevő felszólításában meghatározott határidőn, de legfeljebb 3 (három) munkanapon belül köteles biztosítani a hiba jellegétől függően a hiba kijavítását vagy kicserélését a Ptk. 6:159.§ (2) bekezdése a.) pontja alapján. Amennyiben a hiba jellege tekintetében a Vevő és az Eladó között vita merül fel, az Eladó köteles a saját költségére minőségvizsgáló szervek szakvéleményét beszerezni. A kellékszavatossági jogok Eladó általi késedelmes teljesítése esetén a Vevő késedelmi kötbérre jogosult.

6.8. Ha a hibás teljesítés miatt Vevő teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt- így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Készülék nem cserélhető illetve javítható ki, az Eladó a kicserélést/kijavítást nem vállalja - Vevő, mint súlyos szerződésszegési okként elállhat a Szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja azt meghiúsulási kötbérigénye érvényesítése mellett.

6.9. Vevő a teljesítés elmulasztásának tekinti, amennyiben Eladó a részéről felmerült késedelem esetén a Vevő által adott póthatáridőt is elmulasztja, vagy amennyiben Eladó a teljesítést bármilyen indokra hivatkozással – a vis maior esetét kivéve – megtagadja. A póthatáridő maximum a berendezés leszállításának késedelme esetén: 30 naptári nap, eseti hibajavítás vagy karbantartási kötelezettség elmulasztása esetén: 3 munkanap.

6.10. A teljesítés meghiúsulása esetében Vevő kötbérigényének érvényesítésével a teljesítést nem követelheti.

- 6.11.** Vevő jogosult kötbérkövetelését – amennyiben az Eladó által elismert, egynemű és lejárt követelés – az általa az Eladónak fizetendő összegbe beszámítani. Amennyiben Vevőnek Eladó nemteljesítése, vagy hibás, illetve késedelmes teljesítése következtében nem keletkezik ellenérték fizetési kötelezettsége, úgy Vevő a kötbért kiszámlázza és azt Eladó köteles a számla kézhezvételétől számított 3 (három) banki napon belül Vevő részére kifizetni. Ugyanígy kell eljárni, amennyiben a kötbér összege az ellenérték összegét meghaladja.
- 6.12.** Vevő a Ptk. 6:142. § alapján fenntartja magának azt a jogát, hogy kötbér-, illetve a szerződésszegésből fakadó egyéb igényét az elévülési határidőn belül akkor is érvényesítheti, ha a szerződésszegésről – késedelmes vagy hibás teljesítésről – tudva a teljesítést elfogadja, és haladéktalanul nem jelenti be igényét.
- 6.13.** Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdései alapján köteles a szerződésszegésből eredő igényeket érvényesíteni és azt dokumentálni.
- 6.14.** Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján Vevő köteles bejelenteni a Közbeszerzési Hatóságnak, ha az Eladó jelen Szerződésben rögzített kötelezettségeit súlyosan megszegi és ez a Szerződés felmondásához, attól való elállásához, kártérítés követeléséhez, vagy egyéb a Szerződésben rögzített jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Eladó magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződés lehetetlenülését okozza.
- 6.15.** Ugyanazon jogcímen kizárólag egyféle kötbér követelhető. A kötbérek érvényesíthetőségére a Ptk. 6:186-6:187. §-aiban foglaltak az irányadóak.
- 6.16.** Eladó által szerződésszegés címén fizetendő kártérítés összege nem haladhatja a Készülék nettó Vételárának összegét. Eladó kizárja a felelősséget a közvetett károkért, melyeket jelen szerződés megszegésével okoz, különösen az elmaradt nyereséget, kamatvesztéset, adatvesztést, termelés kiesést, elmaradt hasznot, stb. A kártérítés jelen pont szerinti korlátozása nem vonatkozik a szándékosan, illetve az életben, testi épségben vagy egészségben okozott károkra.

7. Jótállás

- 7.1.** Eladó a Szerződés tárgyát képező és a „Szakmai ajánlatban” meghatározott eszközre a leszállítást követően – a teljesítés igazolás (4.1. pont) Vevő általi aláírásának napjától kezdődően számított – 12 (tizenkettő) hónap időtartamra jótállást vállal a Ptk. 6:171-6:173. §-ai, illetve a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint. A jótállási jogokat a Vevő érvényesítheti. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő az eszközt nem tudja rendeltetésszerűen használni.

- 7.2.** Eladó az előzőekben meghatározott feltételekkel a Szerződés aláírásával teljes körű jótállást vállal a leszállításra kerülő eszköz felhasználhatóságára, illetve arra, hogy azok megfelelnek a vonatkozó hatósági előírásoknak. Az eszköz mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési vagy egyéb olyan hibáktól, amelyek Eladó tevékenységéből vagy mulasztásból erednek, vagy amelyek Eladó érdekkörében merültek fel.
- 7.3.** Eladó a Szerződés aláírásával a hatályos jogszabályoknak megfelelően 12 hónap jótállást vállal a laboratórium építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági rendszereire is.
- 7.4.** Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a leszállított Készülék használatát akadályozza vagy korlátozza.

8. A Szerződés módosítása, megszűnése

- 8.1.** A Szerződés és annak mellékletei írásos formában módosíthatók, a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vétele mellett.
- 8.2.** Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármelyik Fél részéről csak azonnali hatályú felmondási ok (súlyos szerződésszegés) esetén szüntethető meg, jelen Szerződés rendelkezései szerint. Azonnali hatályú felmondási oknak – ezáltal súlyos szerződésszegésnek - minősül a Vevő részéről, és a Vevő egyoldalú, írásbeli, az Eladóhoz intézett nyilatkozatával haladéktalanul felmondhatja a Szerződést, ha:
- Eladó gazdálkodásában vagy szervezetében olyan változások következnek be, amelyek veszélyeztetik a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését, vagy az Eladóval szemben felszámolási- vagy végrehajtási eljárást rendelnek el, kivéve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltakat;
 - Eladó a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt magatartások valamelyikét megvalósítja,
 - Eladó megtagadja a Szerződésben vállalt feladatok elvégzését,
 - a kötbér mértéke eléri a maximumát.
- 8.3.** A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján a Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
- a) a nyertes ajánlattevőben (Eladó) közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;
 - b) a nyertes ajánlattevő (Eladó) közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

A Szerződés e pont szerinti felmondása esetén Eladó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szerződéses kötelezettségei pénzbeli ellenértékére jogosult.

- 8.4.** A Szerződés súlyos szerződésszegésre hivatkozással történő felmondása esetén Vevő jogosult a Szerződés szerinti meghiúsulási kötbér követelésére.
- 8.5.** A Szerződés felmondással való megszüntetése esetére Felek egymással szemben elszámolási kötelezettséggel tartoznak.
- 8.6.** A szerződésszegésért felelős Fél köteles a másik Félnek az ebből eredő kárát a polgári jog szabályai szerint megtéríteni.

9. Részleges érvénytelenség

- 9.1.** Ha a Szerződés vagy mellékleteinek bármely része érvénytelennek bizonyul, a Szerződés fennmaradó része érvényes marad. Ebben az esetben Felek a Szerződést úgy értelmezik és módosítják, hogy az érvénytelenné vagy hatálytalanná vált részek nélkül a Szerződés a Felek céljának leginkább megfeleljen.

10. Vis maior

- 10.1.** A vis maior olyan, a Feleknek fel nem róható, akaratuktól, cselekedeteiktől, mulasztásuktól és eljárásuktól egyébként függetlenül bekövetkező, elháríthatatlan esemény, mint például háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa vagy más elháríthatatlan sürgősségi helyzet, amely számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi a Szerződés teljesítését.
- 10.2.** A vis maior események által érintett Felek kötelesek írásban – a lehetőséghez képest azonnal – értesíteni egymást az ilyen esemény bekövetkezéséről és megszűnéséről, valamint annak fennállása alatt az azzal kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről. Az ennek elmulasztásából eredő kár a mulasztó Felet terheli. Mindkét Fél – amennyiben ésszerűen lehetséges – a vis maior ideje alatt mindent megtesz a kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében.
- 10.3.** Ha a vis maior esemény következtében az Eladó nem tudja a Szerződés szerinti kötelezettségét teljesíteni és a körülmények hosszantartó, vagy előre meg nem határozható elhúzódása miatt a Vevő teljesítéshez fűződő érdeke megszűnik, Vevő jogosult a Szerződést haladéktalanul felmondani az Eladóhoz küldött írásbeli értesítéssel.
- 10.4.** Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de késlelteti azt, úgy a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával.

11. Vitás kérdések. Jogi eszköz megválasztása. Illetékesség

- 11.1.** Amennyiben a Szerződés, a közbeszerzési dokumentumok, nyertes Ajánlat között ellentmondás áll fenn, a Szerződésben foglaltak az irányadók. Ha egy adott kérdés tekintetében az ellentmondás a Szerződés rendelkezéseinek alkalmazásával nem küszöbölhető ki, elsődlegesen a közbeszerzési dokumentumok, végül a nyertes Ajánlat rendelkezései alkalmazandók, amelyek fizikailag nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.
- 11.2.** Amennyiben a Felek között a Szerződéssel összefüggésben vita alakul ki, a Felek vállalják, hogy vitájukat elsősorban megegyezéssel rendezik. Amennyiben a tárgyalások kezdetétől számított 60 (hatvan) napon belül, vagy a Felek által esetenként megállapított határidőn belül Felek nem tudják békés úton megoldani vitás kérdéseiket, jogvitáik rendezésére a Polgári Perrendtartásról szóló törvény szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 11.3.** A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jog, így különösen a Kbt., valamint a Ptk. adásvételi szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

12. Alvállalkozók

- 12.1.** Eladó a teljesítésében közreműködő alvállalkozó tekintetében a Kbt. 138. §-ban foglaltakat köteles figyelembe venni. Eladó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. Az ajánlatban megjelölt alvállalkozó személye csak a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint módosítható.
- 12.2.** Eladó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítése során a teljesítésbe jogszerűen bevont alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Jogellenesen bevont alvállalkozó esetén Eladó a Polgári törvénykönyv és más irányadó magyar jogszabályok alapján tartozik felelősséggel..

13. Kapcsolattartás

- 13.1.** Felek kötelesek a Szerződéssel kapcsolatos minden lényeges körülményről egymást haladéktalanul tájékoztatni. Felek a Szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos nyilatkozattételre kapcsolattartókat neveznek meg, akik ebben a körben a Felek képviselőinek minősülnek.

Kapcsolattartó Vevő részéről:

- általános kérdésekben:Név:
- Telefonszám: +36
- Telefax szám: +36

- E-mail:

karbantartással, javítással kapcsolatban:

- Név:
- Telefonszám: +36
- Telefax szám: +36
- E-mail:

Kapcsolattartó Eladó részéről:
általános kérdésekben:

- Név:
- Telefonszám: +
- Telefax szám: +
- E-mail:

karbantartással, javítással kapcsolatban:

- Név:
- Telefonszám: +36
- Telefax szám: +36
- E-mail:

13.2. Felek a megnevezett kapcsolattartó személyének megváltozása vagy helyettesítése esetén a változást 2 (kettő) munkanapon belül írásban közlik egymással.

13.3. Felek között a Szerződéssel kapcsolatos – a munkavégzés menetét, a teljesítést érdemileg befolyásoló – közlés, értesítés csak írásban érvényes és hatályos. Felek ezért megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében egymással szóban vagy telefonon közölt ilyen közlést, értesítést telefaxon, illetve levélpostai vagy elektronikus úton utólag megerősítik. Felek a visszaigazolt e-mailt az egymás közötti kapcsolattartásban írásbeli formának ismerik el.

13.4. Az iratokat kézbesítettnek kell tekinteni, ha azokat a címzett átveszi az irat másolati példányán, kézbesítőkönyvben vagy térítvevényen, továbbá az elektronikus úton (fax, e-mail) megküldött iratokat visszaigazolja. Az e-mail útján küldött iratok esetében a címzett kérheti a küldemény aláírt, nyomtatott formában való megismétlését. Ez utóbbi esetben is az elektronikus úton továbbított irat megérkezésének időpontja tekintendő az irat kézbesítési időpontjának.

13.5. Felek a teljesítéssel kapcsolatos kérdésekre, észrevételekre a másik Félnek legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül, írásban válaszolnak.

14. Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek

14.1. Eladó a Szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak, minőségi előírásoknak megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező Készülékeket szállíthat Vevő részére.

- 14.2.** Eladó saját költségére tartozik gondoskodni a szükséges valamennyi engedélyről, Vevő részére történő átadásról, ideértve a szükséges hatósági engedélyek beszerzését is.
- 14.3.** A Szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket, valamint az engedélyekkel kapcsolatos illetéket Eladó viseli.
- 14.4.** Amennyiben a Készülékek tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, a forgalmazás lehetőségét felfüggesztik, vagy megszüntetik, Eladó köteles a körülményekről Vevőt haladéktalanul írásban értesíteni.

15. Egyéb feltételek

- 15.1.** A Szerződés és annak mellékletei csak a Felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók, a Kbt. 141. §-ában foglaltak figyelembe vétele mellett. Nem minősül a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban – így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában – bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 (tíz) napos határidővel, vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) napon belül köteles értesíteni.
- 15.2.** Eladó a 3. számú melléklet 2 (kettő) eredeti példányának aláírásával ezúton nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül és vállalja, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatában foglaltak változása esetén haladéktalanul tájékoztatja Vevőt. A nyilatkozat mindkét eredeti példány Vevőt illeti. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést Vevő jogosult felmondani.
- 15.3.** A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
- 15.4.** Eladó tudomásul veszi, hogy a Semmelweis Egyetem területén, így a munkaterületein is, zárt láncú video megfigyelő rendszer működik, melynek rögzített felvételeit a Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság ellenőrzi.
- 15.5.** Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
- 1. sz. melléklet: Felolvasólap
 - 2. sz. melléklet: Közbeszerzési szakmai ajánlat részeként benyújtott termék- és műszaki leírás
 - 3. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
 - 4. sz. melléklet: Helyiség Alaprajz
- Jelen Szerződés 5 (öt) azonos érvényű példányban magyar nyelven készült, melyből Vevőt 4 (négy), Eladót 1 (egy) példány illet.

A Szerződést a szerződő Felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2018.

Budapest, 2018.

Dr. Szász Károly
kancellár
Semmelweis Egyetem
Vevő

.....
.....
.....
Eladó

Pénzügyileg ellenjegyzem a Vevő részéről:

Budapest, 2018. _____ hó ____ napján:

Baumgartnerné Holló Irén
gazdasági főigazgató

Jogilag ellenjegyzem a Vevő részéről:

Budapest, 2018. _____ hó ____ napján:

.....
jogtanácsos

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT***I. A 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerinti átlátható szervezetek:**

Alulírott..... (név), mint a
.....
(cégnév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint (*aláhúzendó*):

- állam,
- költségvetési szerv,
- köztestület,
- helyi önkormányzat,
- nemzetiségi önkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi személy,
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a(z)
(önkormányzat megnevezése) helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
- nemzetközi szervezet,
- külföldi állam,
- külföldi helyhatóság,
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (az állam megnevezése)
szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

Tudomásul veszem, hogy a Semmelweis Egyetem - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a Semmelweis Egyetemet haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Semmelweis Egyetem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend.50. § (1a) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviselőjére (és cégjegyzésére).

Kelt:(helyiség), 20... (év)(hónap) (nap)

.....
cégszerű aláírás

* A szervezeti formának megfelelően kell kitölteni a I-III. pontok közül a vonatkozó részt, és a kitöltött résznél kell keltezni és aláírni.

II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek:

Alulírott (név), mint a

.....
(cégnév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzendó)

- belföldi jogi személy,
- külföldi jogi személy
- belföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
- külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,

amely megfelel a következő feltételeknek:

1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa(i) megismerhető(k):

Sorsz.	Tényleges tulajdonos neve	Születési helye, ideje	Édesanyja neve	Tulajdoni hányad/szavazati jogának mértéke

Amennyiben a szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet található, annak adatai a következők (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):

Sorsz.	Jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve	adóilletősége	adószáma	Részesedés mértéke %-ban

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i) (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):

Sorsz.	Gazdálkodó szervezet neve	Tényleges tulajdonos(ok) neve	Születési helye, ideje	Édesanyja neve	Tulajdoni hányad/szavazati jogának mértéke

2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

Ebben az esetben kérjük adja meg az ajánlat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):

adóév	Gazdálkodó szervezet neve	Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest
(ajánlat benyújtásának éve)		
...		
...		
...		
(utolsó lezárt adóév)		

3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak.

Tudomásul veszem, hogy a Semmelweis Egyetem - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a Semmelweis Egyetemet haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Semmelweis Egyetem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend.50. § (1a) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviselőjére (és cégjegyzésére).

Kelt:(helyiség), 20... (év)(hónap) (nap)

.....
cégszerű aláírás**III. Civil szervezetek, vizitársulatok:**

Alulírott (név), mint a

.....
(cégnév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan (*aláhúzandó*)

- civil szervezet
- vizitársulat,

amely megfelel a következő feltételeknek:

1. vezető tisztségviselői megismerhetők:

Sorsz.	Tényleges tulajdonos neve	Születési ideje	helye,	Édesanyja neve	Tulajdoni hányad/szavazati jogának mértéke

Amennyiben a szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet található, annak adatai a következők (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):

Sorsz.	Jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve	adóilletősége	adószáma	Részesedés mértéke %-ban

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i) (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):

Sorsz.	Gazdálkodó szervezet neve	Tényleges tulajdonos(ok) neve	Születési helye, ideje	Édesanyja neve	Tulajdoni hányad/szavazati jogának mértéke

2. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
3. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

Tudomásul veszem, hogy a Semmelweis Egyetem - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés értelmében - nem köthet érvényesen visszerthes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a Semmelweis Egyetemet haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Semmelweis Egyetem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend.50. § (1a) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviselőjére (és cégjegyzésére).

Kelt:(helyiség), 20... (év)(hónap) (nap)

.....
cégszerű aláírás