



SE10553087

SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerezési Igazgatóság

Igazgató

Dr. Ménesi Balázs

Tárgy: Hiánypótlás teljesítése

Iksz: 111798 - G /GFIBSZI/2018.

Ügyintéző: Laczi Viktória *L.V.*

Telefonszám: 1-210-9610

Validálta: Kovácsné Veres Valéria *Val*

Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Döntőbizottság

1026 Budapest, Riadó u. 5.

Fax: 06-1-882-8593

e-mail cím: hnt@kt.hu

Rigó Csaba Balázs

elnök úr részére

Tisztelt Elnök Úr!

A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.) által indított, „3D Bionyomtató élő sejtekhez, mátrixokhoz” tárgyú, a Kbt. 98. § (2) bekezdése c) pontja alapján indított, nemzeti értékhatár szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárással kapcsolatos hiánypótlási felhívásának az alábbiak szerint teszünk eleget:

1. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos joga a berendezés gyártására és forgalmazására vonatkozik. A „kizárólagossági nyilatkozat” alapján nincs más forgalmazó, aki ezt a terméket Magyarországra szállítani képes. Tekintettel arra, hogy a termék gyártója és forgalmazója – a korábban már mellékelt nyilatkozat szerint – ugyanaz a gazdasági szereplő, így a berendezés telepítésére, üzembe helyezésére, a használatának betanítására, és az esetleges javítási munkák elvégzésére sem képes más gyártó/forgalmazó/gazdasági szereplő az alábbi érvelés alapján:

Amennyiben feltételezzük, hogy a berendezés telepítése, üzembe helyezése, a használatának betanítása, illetve az esetleges javítási munkák elvégzése vonatkozásában a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása nem megalapozott, abban az esetben Ajánlatkérőnek ezen feladatok ellátásra nyílt, vagy a Kbt. 114. § (5) bekezdése alapján tárgyalásos közbeszerzési eljárást kellene indítania. Amennyiben ezen feladatok vonatkozásában az eljárás nyertese nem azonos a termék kizárólagos gyártójával és forgalmazójával, úgy a garanciális kötelezettségek megoszlása miatt kezelhetetlen problémát jelentene a szerződésszerű teljesítés kikényszerítése, illetve szerződésszegés esetén a jogkövetkezmények érvényesítése. Ajánlatkérő a szerződéstervezetben előírta, hogy az Eladó a hibajelentés visszaigazolásától számított 96 órán belül, az arra szakmailag alkalmas és felkészült szerviz-szakemberével/szakembereivel a helyszínen megjelenik, és/vagy online konzultációval a hibát feltárja, és annak jellegétől függetlenül a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 4 héten belül elhárítja. Eladó kötelezettséget vállal továbbá, hogy a javítás 4 hetes határidejét alkatrész hiányra hivatkozással sem

Iroda: 1091 Budapest, Üllői út 55.

Tel: 210-9610

Fax: 210-9618



Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.

Központi e-mail cím:

titkarsag.beszerzes@semmelweis-univ.hu

R.V. Val

lépi túl, ellenkező esetben a javítás időtartamára az Áruval mindenben megegyező cserekészüléket biztosít a folyamatos betegellátás érdekében. Alkatrész, illetve cserekészülék szállítására csak a gyártó képes. Amennyiben az alkatrész/cserekészülék szállítását és a hibajavítást nem ugyanaz a gazdasági szereplő végzi, a hibajavítással kapcsolatos határidők betartása nem kényszeríthető ki, ugyanis a szállító késedelme, vagy nem megfelelő, illetve hibás alkatrész/cserekészülék szállítása esetén a szervizelést végző gazdasági szereplő mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól.

Vitára adhatna okot továbbá a hibás teljesítés megítélése, ugyanis nem lenne megállapítható, hogy az üzemzavar a leszállított alkatrész/cserekészülék hibájára, vagy a szakszerűtlen beépítésre vezethető vissza. Ugyanez a helyzet állna fenn a berendezés telepítését, üzembe helyezését, használatának betanítását követően, nem megfelelő működés esetén. Nem lenne ugyanis megállapítható illetve bizonyítható, hogy egy esetleges üzemzavar a leszállított berendezés gyári hibájára, vagy a telepítés, üzembe helyezés során okozott meghibásodásra vezethető-e vissza, illetve a használat során fellépő rendellenes működés oka a berendezésben, vagy a betanítás hiányosságaiból fakadó nem rendeltetésszerű használatban rejlik. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőtől nem várható el, hogy jótállást biztosítson egy olyan berendezésre, ahol a telepítést, üzembe helyezést, betanítást, továbbá a javítási munkákat más gazdasági szereplő látja el.

A felelősség megoszlása együtt járna a szerződészerű teljesítés kikényszeríthetőségének ellehetlenülésével, mely a beszerzés tárgyát képező nagyértékű berendezés esetén nem engedhető meg.

Fenti levezetésből következik, hogy a szállításhoz kapcsolódó kizárólagos jogokon túl a további tevékenységek tekintetében műszaki-technikai sajátosságok indokolják a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának szükségességét. Ajánlatkérő számára nem létezik más reális alternatíva a berendezés szállításának, telepítésének, üzembe helyezésének, használata betanításának, illetve az esetleges javítási munkák elvégzésének beszerzésére.

Fenti érvelést támasztja alá az a körülmény is, hogy a meghatározott gyártmányú berendezésekkel kapcsolatos szerviz tevékenységének ellátására kiírt nyílt közbeszerzési eljárásokban szinte minden esetben csak egy gazdasági szereplő tesz ajánlatot, mely a Közbeszerzési Értesítőben közzétett eredménytájékoztatók alapján nyomon követhető (pl. 2018.04.21- én közzétett 6770/2018; 2015.08.12-én közzétett 14416/2015; 2015.05.13-án közzétett 7508/2015; 2014.04.11-én közzétett 5836/2014 iktatószámú hirdetmények). Ez a tény is azt bizonyítja, hogy a javítást csak a gyártó, vagy az arra a gyártó által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező gazdasági szereplő végezheti, az alkatrészellátás pedig – a fentiekben ismertetettek alapján – ettől a tevékenységtől nem választható el, a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása jogszerű és megalapozott.

2. Ajánlatkérő célja egy az egyetemen induló 3D bionyomtatásra, élőszövetek nyomtatására alkalmas egység kiépítése. Számos követelménynek meg kell felelnie ahhoz, hogy az elvárt kutatási célok megvalósíthatók legyenek, melyről az eljárás megindításakor tájékoztattuk a Hatóságot. Ajánlatkérő előzetes piackutatás során megvizsgálta, hogy mely berendezések lehetnek alkalmasak az orvosi biológiai vizsgálatokhoz. Egy rendkívül speciális – az egészségügy területén újnak számító – berendezést szeretnénk beszerezni, mivel jelenleg még nagyon kevés cég foglalkozik 3 dimenziós élő sejtek, szövetek nyomtatására alkalmas berendezés gyártásával. Európai viszonylatban mindösszesen három potenciális gazdasági szereplő (egy spanyol, egy

svájci és egy német cég) berendezése jöhet szóba, amelyek műszaki paramétereit összehasonlítottuk aszerint, hogy milyen minimumkövetelményeknek kell megfelelniük ahhoz, hogy a beszerzéssel a célkitűzéseinket megvalósíthassuk. Ezt tartalmazza a tájékoztató levélben megküldött összehasonlító táblázat („3DBCC projekt 3D bionyomtató megvásárlásához műszaki adatok specifikációja és összehasonlításai”), amelyből jól látható, hogy a minimum elvárások közül több paraméternek sem felel meg a svájci (szám szerint ez legalább 9-et jelent, amit biztosan tudunk), illetve spanyol cég (szám szerint ez legalább 12) által gyártott 3D bionyomtató.

Fentiekből jól látható, hogy Ajánlatkérő a beszerzési igénye alapján kellő alaposággal megvizsgálta a jelenleg a piacon elérhető 3D bionyomtatókat, és objektív, műszaki-szakmai szempontok alapján jutott arra a következtetésre, hogy nem létezik más reális alternatíva a beszerzési igényeinek kielégítésére. A kitűzött kutatási célok megvalósításához, illetve az orvosbiológiai vizsgálatok elvégzéséhez egyedül a GESIM mbH által gyártott BioScaffolder 3.2' 3D bionyomtató felel meg.

3. Ajánlatkérő módosította az ajánlattételi felhívást, melynek III.1.3) pontjában megjelölte a Kbt. 50. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának indokait.

A jelen levélben foglaltakra tekintettel kérem a Tisztelt Elnök Úr szíves tudomásulvételét és a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának jóváhagyását.

Budapest, 2018. december 5.

Tisztelettel:



Dr. Farkas Dénes
igazgató

Mellékletek:

- Módosított ajánlattételi felhívás