



## NYILATKOZATMINTÁK

a

„Kapilláris alapú fehérjeanalitikai műszer”

**tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési  
eljáráshoz**

**2018.**

**Ajánlattevő neve:** .....

**Ajánlattevő székhelye:** .....

**A közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy adatai:**

Név: .....

Beosztás: .....

Telefonszám: .....

Fax-szám: .....

E-mail cím: .....

**KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT**

a

**„Kapilláris alapú fehérjeanalitikai műszer”**

tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz

**2018.**

**TARTALOMJEGYZÉK<sup>1</sup>**  
(a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke)

Irat megnevezés	oldal
Tartalomjegyzék	
Felolvasólap	EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint	EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével
Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról <i>és a kérelem (adott esetben)</i>	EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján <b>(Jelen nyilatkozatot az ajánlatba nem kell csatolni, a részletes igazolásokat az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani)</b>	EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése és 321/2015. Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően	
Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról	
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése a)-b) pontja szerint	
Aláírási címpéldány(ok), aláírás-mintá(k), <i>meghatalmazás (adott esetben)</i>	
Jogutódlás dokumentumai <i>(adott esetben)</i>	
Magyar nyelvű fényképes prospektus vagy termékleírás	
Nyilatkozat a szerződéstervezetről, valamint a szerződésben feltüntetendő adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről	
Nyilatkozat bizalmas adatkezelésről, az eljárás során az ajánlattevő tudomására jutott információk megtartásáról	
<i>Nyilatkozat idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben)</i>	
Nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozat megtételével kapcsolatban	
Nyilatkozat üzleti titokról	

<sup>1</sup> **Megjegyzés:** A fenti tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

**FELOLVASÓLAP**  
**amely tartalmazza azokat az adatokat, amelyek az ajánlatok felbontásakor ismertetésre  
kerülnek**

*Az EKR-ben található elektronikus felolvasólap alkalmazásával benyújtandó nyilatkozat.*

---

**NYILATKOZAT**  
**a kizáró okok fenn nem állásáról**

Alulírott ....., mint a(z) ..... (ajánlattevő)  
cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője

**n y i l a t k o z o m,**

hogy a ..... ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)  
bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá.

Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel, azért mindenkor helytállni  
tartozom.

....., 2018. év ..... hó ..... nap

.....  
cégszerű aláírás

**NYILATKOZAT**  
**a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján**

Alulírott ....., mint a(z) .....  
(ajánlattevő) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 67. § (4)  
bekezdésében foglaltaknak megfelelően

**n y i l a t k o z o m**, hogy a

**„Kapilláris alapú fehérjeanalitikai műszer”**

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.

....., 2018. év ..... hó ..... nap

.....  
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT<sup>2</sup>

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára vonatkozóan  
a közbeszerzés során igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében

a)

Alulírott ....., mint a(z) ..... (ajánlattevő  
megnevezése) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre<sup>3</sup> jogosult képviselője

## n y i l a t k o z o m,

hogyan a

## „Kapilláris alapú fehérjeanalitikai műszer”

tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez az alábbi részek (feladatok elvégzésére) tekintetében kívánunk alvállalkozó(ka)t<sup>4</sup> igénybe venni. Az ezen részek (feladatok) tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozók az alábbiak<sup>5</sup>:

	A közbeszerzésnek azon részei (feladatok), amelyeknek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni	Az ezen részek (feladatok) tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók
1.		
2.		

....., 2018. év ..... hó ..... nap

.....  
ajánlattevő cégszerű aláírása/aláírás

<sup>2</sup> Az ajánlattevőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie.

<sup>3</sup> Megfelelő aláhúzendó.

A Kbt. 3. § 2. szerint alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely, vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

<sup>5</sup> Amennyiben ajánlattevő az ajánlat benyújtásakor az igénybe venni kívánt alvállalkozókat nem ismeri, azt a táblázat vonatkozó részének áthúzásával kérjük jelölni.

**b)**

Alulírott ....., mint a(z) ..... (ajánlattevő  
megnevezése) cégjegyzésre/ jogosult képviselője

**n y i l a t k o z o m,**

hogya

**„Kapilláris alapú fehérjeanalitikai műszer”**

tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményképpen létrejövő  
szerződés teljesítéséhez nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni.

....., 2018. év ..... hó ..... nap

.....  
ajánlattevő cégszerű aláírása/aláírás



---

## ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY(OK)/ALÁÍRÁS-MINTÁK

Ez a lap cserélendő valamennyi jogi személynek minősülő ajánlattevő, alvállalkozó, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintájának) egyszerű másolati példányára, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).

Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is.

---

## JOGUTÓDLÁS

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

---

## FÉNYKÉPES PROSPEKTUS vagy TERMÉKLEÍRÁS

A felhívás V.3.) pont 16.) alpontjában előírtak alapján az ajánlattevőnek az ajánlatába csatolnia kell a megajánlott termék magyar nyelvű fényképes prospektusát vagy fényképes termékleírását.

**NYILATKOZAT**  
**szerződéstervezetről**

Alulírott ....., mint a(z) ..... ajánlattevő jelen eljárásban cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre<sup>6</sup> jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a

**„Kapilláris alapú fehérjeanalitikai műszer”**

tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás szerződés tervezetét

- a) **módosítás nélkül elfogadjuk**  
b) **észrevételekkel, korrektúrával jelölt szövegét csatoljuk.**<sup>7</sup>

Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben feltüntetendő adatok (cégadatok) az alábbiak:

székhely:

cégjegyzékszám:

adószám:

számlavezető pénzügyintézet:

számlaszám:

képviselő:

A szerződés teljesítésével, módosításával, és operatív ügyekkel összefüggésben cégünket az alábbi személyek képviselik:

Témakör	Személy adatai
<u>Szerződéssel kapcsolatos általános és operatív kérdésekben</u>	Név: Beosztás: Telefonszám: Mobil: Fax-szám: E-mail:
<u>Számlázással kapcsolatos kérdésekben:</u>	Név: Beosztás: Telefonszám: Mobil: Fax-szám: E-mail:

A fent megjelölt kapcsolattartóval közöltek a szerződés teljesítése során joghatályos közlésnek minősülnek. A kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

....., 2018. év ..... hó ..... nap

.....  
cégszerű aláírás

<sup>6</sup> Megfelelő aláhúzendő!

<sup>7</sup> Megfelelő aláhúzendő!

**NYILATKOZAT**  
**bizalmas adatkezelésről**

Alulírott ....., mint a(z) ..... (cég megnevezés)  
cégjegyzésre jogosult képviselője

**n y i l a t k o z o m,**

hogya

**„Kapilláris alapú fehérjeanalitikai műszer”**

tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során rendelkezésemre bocsátott dokumentumokban foglalt információkat bizalmasan kezel(t)em, harmadik fél részére információt kizárólag olyan mértékben adtam, amely az ajánlat elkészítéséhez, a Kbt-ben meghatározott jogaimnak gyakorlásához és kötelezettségeimnek teljesítéséhez feltétlenül szükséges volt.

A közbeszerzési dokumentumokat, annak egyes részeit, vagy a közbeszerzési dokumentumok másolati példányait, illetve annak részeit kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a Kbt-ben meghatározott jogainknak gyakorlásához és kötelezettségeink teljesítéséhez használtam fel.

.....,2018. év ..... hó ..... nap

.....  
cégszerű aláírás

---

**NYILATKOZAT**  
**idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról**  
*(adott esetben)*

Alulírott ....., mint a(z) ..... (ajánlattevő)  
cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre<sup>8</sup> jogosult képviselője a

**„Kapilláris alapú fehérjeanalitikai műszer”**

tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a fent nevezett eljárásban az általam ajánlatom részeként idegen nyelven becsatolt valamennyi dokumentum magyar nyelvű fordítását is becsatoltam. Nyilatkozom továbbá, hogy a becsatolt magyar nyelvű fordítások megegyeznek az idegen nyelvű eredeti dokumentumok tartalmával.

.....,2018. év ..... hó ..... nap

.....  
cégszerű aláírás/aláírás

---

<sup>8</sup> Megfelelő aláhúzendó!

## NYILATKOZAT átláthatósági nyilatkozat megtétele kapcsán

Alulírott,.....(név) mint a ..... (ajánlattevő),  
.....(székhely) törvényes képviselője teljes felelősségem  
tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011.  
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében<sup>9</sup>:

- **átlátható szervezetnek minősül**
- **nem minősül átlátható szervezetnek.**

Kijelentem, hogy a „*Kapilláris alapú fehérjeanalitikai műszer*” tárgyú, hirdetmény nélküli  
tárgyalásos közbeszerzési eljárásban – nyertességem esetén – legkésőbb a szerződés  
aláírásáig<sup>10</sup> vállalom a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján  
kötelezően előírt nyilatkozat megtételét<sup>11</sup> az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  
50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)  
bekezdés 1. pontjának való megfelelésről.

....., 2018. .... hó ..... nap

.....  
cégszerű aláírás

<sup>9</sup>A megfelelő válasz jelölendő.

<sup>10</sup>Felhívjuk az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy a Semmelweis Egyetem - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés értelmében - nem köthet érvényesen visszatérő szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

<sup>11</sup> Felhívjuk az ajánlattevő(k) figyelmét arra is, hogy valótlán tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Semmelweis Egyetem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 50. § (1a) bekezdése alapján jogosult felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.

**NYILATKOZAT**  
**üzleti titokról**

Alulírott ....., mint a(z) ..... (ajánlattevő)  
cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre<sup>12</sup> jogosult képviselője, a

**„Kapilláris alapú fehérjeanalitikai műszer”**

tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam  
benyújtott ajánlat:

- üzleti titkot tartalmaz,  
 üzleti titkot nem tartalmaz.<sup>13</sup>

Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, az üzleti titokká minősítés indokolását  
ajánlatunkban benyújtjuk, továbbá az üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönített módon, az  
EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazva csatoljuk.

Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentéseimet polgári  
jogi felelősségem tudatában teszem meg, azokért mindenkor helytállni tartozok.

....., 2018. .... hó ..... nap

.....  
cégszerű aláírás

<sup>12</sup> Megfelelő aláhúzendő!

<sup>13</sup> A megfelelő rész a -ben jelölendő vagy a szöveg aláhúzendő!



## VI. FEJEZET

## KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

„Kapilláris alapú fehérjeanalitikai műszer”  
tárgyban

A beszerzésre kerülő 1 db **Kapilláris alapú fehérjeanalitikai műszer** és annak tartozékaival szemben támasztott megfeleléségi követelményeket az alábbi táblázat „Előírt érték” oszlopa tartalmazza.

- A táblázat „Előírt érték” oszlopában szereplő minden egyes paraméter kapcsán a megkövetelt értékkel megegyező, vagy annál jobb paraméterrel rendelkező műszer ajánlható meg.

A megajánlott műszernek meg kell felelnie az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint az e fejezetben foglalt követelményeknek.

**1 darab Kapilláris alapú fehérjeanalitikai műszer és tartozékai műszaki követelménye**

Megnevezés: Kapilláris alapú fehérjeanalitikai műszer	Darabszám
	1 db
A megajánlott műszer típusa:	
A gyártó neve:	

Paraméter megnevezése	Előírt érték	Megajánlott érték
<b>Általános specifikációk</b>		
Asztali kivitel dimenziói maximum 57cm magas x 36cm széles x 36cm mély	Igen, kérjük megadni	
A tömege maximum 23kg	Igen, kérjük megadni	
Teljesen működőképes egyetlen univerzális feszültségű (100VAC-240VAC, 50/60Hz) áramcsatlakozással	Igen	
Teljesen működőképes 20-60% relatív, nem kondenzáló páratartalom között	Igen	
Teljesen működőképes 18-24°C környezeti hőmérséklet között	Igen	
Akár 25 mintát képes futásonként processzálni	Igen	
Futásidő: 3 óra	Igen	

5cm hosszú kapillárisokat használ	Igen	
400nl térfogatú kapacitású kapillárisokat használ	Igen	
100µm belső átmérőjű kapillárisokat használ	Igen	
<b>Mintabemeneti specifikációk</b>		
Akár 25 mintát képes futásonként processzálni	Igen	
Mintatárolás szobahőn	Igen	
A következő minták analízisére képes: emlős sejtvonalak, fehérvérsejtek, FACS-szortolt sejtek, fagyasztott szövetek mintáiból készült sejt vagy szövet lizátumok, illetve plazma és nyers sejt kultúra-felülúszók	Igen	
Kis mennyiségű minták felhasználása, szükséges minta mennyiség akár 1000 sejt köszönhetően az alacsony mintatérfogatnak és ebben egyszerre több fehérje vizsgálata is történhet	Igen	
<b>Reakciótér specifikációk</b>		
Nyújtott szilikon kapillárisok 5cm hosszal, 100µm belső átmérővel és 400nl térfogatú kapacitással	Igen	
Szabadalmaztatott belső kémiai kapilláris-bevonattal képes a fehérje kikötésére, amely UV fény aktiváltan kovalens immobilizációt biztosít minden fehérjére a belső kapillárisfalán	Igen	
<b>Áteresztőképesség specifikációi</b>		
Akár 25 független minta processzálása a Protein Simple által szabadalmaztatva tervezett mikrotiter plate-ekben, elegendő helyel az elválasztó és a stack-elő mátrixoknak, elsődleges és másodlagos antitesteknek, valamint a peroxid és luminol kemilumineszcens szubsztrátoknak, amelyek szükségesek 25 különálló immunoassay lefuttatására	Igen	
Teljes 25 darab nano-immunoassay mindössze három óra leforgása alatt	Igen	
Robotizált, automatizált rendszer, amely előkészíti a kapillárisokat a mintafelvételre	Igen	
Robotizált, automatizált rendszer, amely volumetrikusan betölt 40nl mintát és 360nl puffert	Igen	
Automatizált méret alapú elválasztást végez	Igen	
Mossa a kapillárisokat, eltávolítja a mátrixokat és automatizált immunoassay lépéseket végez, benne elsődleges és másodlagos antitestekkel és fehérje blokkolási lépésekkel	Igen	

Automatikusan indukálja a kemilumineszcens reagenseket az immunoassay detektálási eredményekhez	Igen	
<b>Elválasztási specifikációk</b>		
Molekulatömeg méret szerinti elválasztásához tápegység 0-3,000V előállításához	Igen	
Állandó feszültségű kimenet	Igen	
<b>Immobilizációs specifikációk</b>		
Szoftveres UV lámpa kontroll	Igen	
Tartozéka egy alacsony nyomású higanylámpa	Igen	
<b>Detektálási specifikációk</b>		
Fluoreszcensen jelölt fehérje méret standard-ek automatizált detektálása	Igen	
Molekulatömeg-létrák 2-440 kDa tömegtartományig	Igen	
Lehetőség a biotinizált fehérje standard-ek jellegzetes felbontására	Igen	
Kemilumineszcens és fluoreszcens detektor	Igen	
CCD kamera: hűtött, 1,4 MP, 16 bit felbontás	Igen	
<b>Szoftver specifikációk</b>		
Compass szoftver assay protokollok és adatanalízis beállítására	Igen	
Akár 25 minta egy futáson belüli beállítása	Igen	
Elsődleges és másodlagos antitestek mintánkénti beállítása	Igen	
Molekulatömegek mintánkénti beállítása	Igen	
Kemilumineszcens detektálási idő beállítása	Igen	
Relatív kvantifikáció végrehajtása az azonosított csúcsokkal teljes terület vagy csúcsmagasság alapján	Igen	

**A fenti, műszaki követelményeket tartalmazó táblázat kitöltése mellett kérjük a megajánlott kapilláris alapú fehérjeanalitikai műszer magyar nyelvű technikai specifikációját tartalmazó fényképes prospektusát vagy termékleírását is benyújtani, amelyekből a műszaki minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható!**