

A berendezések időszakos, független szervezetek által végzett teljes állapotfelmérésének (állapotvizsgálat) rendje (SVR. 8. melléklet 4.6.3. pont)

Vizsgálat, ellenőrzés, felülvizsgálat	Vonatkozó rendeletek	Vizsgálatok és vizsgálatot végző szervezetek	Dokumentáció
Átvételi vizsgálat	21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelete	teljes állapotfelmérés használatba vétel előtt NNGYK Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztálya által	átvételi vizsgálati jegyzőkönyv
Állapot vizsgálat	21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelete	Teljes állapotfelmérés évente és nagyobb karbantartások után akkreditált szervezettel (felv/átvil. rtg. évente, mobil +c-ív esetén 2 évente)	állapotvizsgálati jegyzőkönyv
Állandósági vizsgálat	21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelete	naponta, SvMb. Vagy kijelölt személy által	helyi nyilván tásban
Időszakos felülvizsgálat	4/2009. (III.19.) EüM rendelet 13.melléklet	Villamos, mechanikai és üzemképességi vizsgálat 2 évente	felülvizsgálati jegyzőkönyv
Egyéni védőeszközök ellenőrzése	Helyi ellenőrzés	havonta SvMb. vagy kijelölt személy által szemrevételezéssel	nem kell adminisztrálni.
	Független ellenőrzés	kétévente SvMb. vagy kijelölt személy által, rtg. felvételi módszerrel	jegyzőkönyv vagy helyi adminisztrációs mód.
Sugárvédelmi mérés	Létesítményi Sugárvédelmi Szabályzat	ellenőrző sugárvédelmi mérések az egyetemi Sugárvédelmi Szolgálat által	jegyzőkönyvek
Tevékenység megkezdését megelőző hatósági ellenőrzés	SVR. 64. §	OAH	hatósági jegyzőkönyv